

ALLEGATO P2 – DISCIPLINARE

***PROSPETTO FABBISOGNI E CARATTERISTICHE TECNICHE
MINIME ED INDISPENSABILI LOTTI***

PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN FORMA AGGREGATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTE ALL' ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) E ALL'ASST DI CREMONA (MANDANTE).

Il presente Prospetto Fabbisogni e Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili ha per oggetto l'aggiudicazione della fornitura di **PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN FORMA AGGREGATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) E ALL'ASST DI CREMONA (MANDANTE)**, così articolata:

FABBISOGNI ESENNALI PRESUNTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ED INDISPENSABILI

LOTTO 1 (CIG:9784620BD9) : FOGLI DI CARTA CRESPATA/SEMICRESPATA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE/OSSIDO DI ETILENE

Fogli di carta crespata o semicrespata per il confezionamento dei pacchi da sterilizzare a vapore o Ossido di Etilene

Descrizione del prodotto:

I fogli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- A base di cellulosa;
- Privi di sostanze tossiche;
- Idonei alla sterilizzazione a vapore o ossido di etilene;
- Latex free;
- Grammatatura non inferiore a 60gr/mq (con tolleranza di 5 gr/mq);
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione: non devono lacerarsi né durante la lavorazione, né dopo la sterilizzazione;
- Morbidi e drappeggiabili;
- Possedere effetto barriera;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) e/o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste dei fogli:

- Cm 40x40 +/-2 cm
- Cm 60x60 +/-2 cm
- Cm 75x75 +/-2 cm
- Cm 90x90 +/-2 cm
- Cm 120x120 +/-2 cm

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
--------	-------------------------------------	-------------------------------------

40x40 +/- 2 cm	240.000	
60x60 +/- 2 cm	150.000	6.000
75x75 +/- 2 cm	120.000	30.000
90x90 +/- 2 cm	60.000	30.000
120x120 +/- 2 cm	30.000	

LOTTO 2 (CIG: 9784659C08): FOGLI IN TNT 100% POLIPROPILENE TERMOSALDATI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE/ETO/PEROSSIDO DI IDROGENO grammatura leggera

Fogli termosaldati su due lati opposti costituiti dal 100% di polipropilene per la sterilizzazione a vapore o ossido di etilene o perossido di idrogeno.

Descrizione del prodotto:

I fogli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- A base di polipropilene 100%;
- Termosaldati sui lati opposti i due fogli devono avere diverso colore;
- Privi di sostanze tossiche;
- Idonei alla sterilizzazione a vapore o ossido di etilene o perossido di idrogeno;
- Latex free;
- Grammatatura pari a 70gr/mq (con tolleranza di +/- 2 gr/mq);
- La grammatura deve essere facilmente identificabile dal codice colore dei fogli;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione;
- Morbidi e drappeggiabili;
- Possedere effetto barriera.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico;

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate;

Misure richieste dei fogli:

- Cm 60x60 +/-2 cm;
- Cm 75x75 +/-2 cm;
- Cm 90x90 +/-2 cm;
- Cm 100x100 +/-2 cm;
- Cm 120x120 +/-2 cm;

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
---------------	----------------------------	---

	ASST MANTOVA	
60x60 +/- 2 cm	42.000	
75x75 +/- 2 cm	42.000	18.000
90x90 +/- 2 cm	42.000	
100x100 +/- 2 cm	43.200	30.000
120x120 +/- 2 cm	43.200	30.000

LOTTO 3 (CIG 9784680D5C): FOGLI IN TNT 100% POLIPROPILENE TERMOSALDATI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE/ETO/PEROSSIDO DI IDROGENO grammatura pesante

Fogli termosaldati su due lati opposti costituiti dal 100% di polipropilene per la sterilizzazione a vapore o ossido di etilene o perossido di idrogeno

Descrizione del prodotto:

I fogli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- A base di polipropilene 100%;
- Termosaldati sui lati opposti i due fogli devono avere diverso colore;
- Privi di sostanze tossiche;
- Idonei alla sterilizzazione a vapore o ossido di etilene o perossido di idrogeno;
- Latex free;
- Grammatura pari a 90gr/mq (con tolleranza di +/- 3 gr/mq);
- La grammatura deve essere facilmente identificabile dal codice colore dei fogli;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione;
- Morbidi e drappeggiabili;
- Possedere effetto barriera.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) e/o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste dei fogli:

- Cm 60x60 +/-2 cm;
- Cm 75x75 +/-2 cm;
- Cm 100x100 +/-2 cm;
- Cm 120x120 +/-2 cm;
- Cm 135x135 +/-2 cm;
- Cm 135x180 +/- 2cm;

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA
60x60 +/- 2 cm	18.000
75x75 +/- 2 cm	42.000
100x100 +/- 2 cm	42.000
120x120 +/- 2 cm	43.200
135x135 +/- 2 cm	12.000
135x180 +/- 2 cm	6.000

LOTTO 4 (CIG 9784700DDD): FOGLI IN TNT 100% POLIPROPILENE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE/ETO/PEROSSIDO DI IDROGENO

Fogli costituiti dal 100% di polipropilene per la sterilizzazione a vapore o ossido di etilene o perossido di idrogeno di colore verde o azzurro.

Descrizione del prodotto:

I fogli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- A base di polipropilene 100%;
- Privi di sostanze tossiche;
- Idonei alla sterilizzazione a vapore o ossido di etilene o perossido di idrogeno;
- Latex free;
- Grammatatura pari a 40gr/mq (con tolleranza di +/- 5 gr/mq);
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione;
- Morbidi e drappeggiabili;
- Possedere effetto barriera.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate;

Misure richieste dei fogli:

- Cm 40x40 +/-2 cm;
- Cm 60x60 +/-2 cm;
- Cm 75x75 +/-2 cm;
- Cm 90x90 +/-2 cm;
- Cm 120x120 +/-2 cm;

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA
40x40 +/- 2 cm	150.000
60x60 +/- 2 cm	180.000
75x75 +/- 2 cm	300.000
90x90 +/- 2 cm	180.000
120x120 +/- 2cm	30.000

LOTTO 5 (CIG 9784739E0C): ROTOLI PIATTI IN ACCOPPIATO CARTA POLIESTERE/POLIPROPILENE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE/OSSIDO DI ETILENE DA METRI 100

Sistema barriera per il confezionamento dei dispositivi medici destinati ad essere sterilizzati mediante sterilizzazione a vapore o Ossido di Etilene

Descrizione del prodotto:

I rotoli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Lato in plastica composto da bilaminato poliestere e polipropilene colorato e trasparente (in modo da permettere l'identificazione del contenuto), privo di microfori e uniforme;
- Lato carta composto da carta bianca per uso medico con grammatura non inferiore ai 60 gr/mq (tolleranza +2 gr/mq);
- I due lati termosaldati devono avere saldatura di tipo continuo o multibanda e di larghezza non inferiore a 6 mm;
- Privi di sostanze tossiche;
- Devono essere presenti indicatori di processo per vapore ed ossido di etilene posti all'esterno della linea di saldatura laterale, con superficie di almeno 1 cm² ciascuno, intercalati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Gli indicatori devono essere posizionati in modo da non entrare in contatto con il materiale e non essere influenzati dal procedimento di saldatura;
- Latex free;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Possedere effetto barriera;
- Pelabilità dei due strati dopo il processo di sterilizzazione: i due strati del rotolo devono separarsi senza lacerazione;
- Uniformità della trasparenza e della colorazione per lo strato in film plastico;
- Uniformità della trama in trasparenza per lo strato carta;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione.
- Resistente alla lavorazione e alla sterilizzazione;
- Uniformità meccanica e dimensionale della linea di saldatura ai lati del rotolo;
- Ogni rotolo deve riportare:
 - Numero del lotto;
 - Nome o marchio del fabbricante;
 - Indicatori di processo per vapore o ossido di etilene;
 - Indicazione del lato di apertura del sistema peel away;
 - Dimensioni nominali o codice del prodotto;

- Non devono essere presenti ulteriori stampe non previste dalla normativa che possano generare confusione.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste:

- Cm 15x100 metri;
- Cm 25x100 metri;
- Cm 42x100 metri;
- Cm 50x100 metri.

Informazioni utili:

La ditta dovrà fornire le seguenti ulteriori informazioni utili:

- Gamma di temperature accettabili;
- Parametri di impostazione delle termosaldatrici per ottenere saldatura soddisfacente.

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
15 cm x 100 mt	6.000	300
25 cm x 100 mt	1.200	300
42 cm x 100 mt	360	60
50 cm x 100 mt	360	30

LOTTO 6 (CIG 9784774AEF): BUSTE IN ACCOPPIATO CARTA POLIESTERE/POLIPROPILENE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE/OSSIDO DI ETILENE

Sistema barriera per il confezionamento dei dispositivi medici destinati ad essere sterilizzati mediante sterilizzazione a vapore o Ossido di Etilene.

Descrizione del prodotto:

Le buste dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Lato in plastica composto da bilaminato poliestere e polipropilene colorato e trasparente (in modo da permettere l'identificazione del contenuto), privo di microfori e uniforme;
- Lato carta composto da carta bianca per uso medico con grammatura non inferiore ai 60 gr/mq (tolleranza +2 gr/mq);
- Saldatura di tipo continuo o multibanda e di larghezza non inferiore a 6 mm;
- Privi di sostanze tossiche;
- Devono essere presenti indicatori di processo per vapore ed ossido di etilene posti all'esterno della linea di saldatura laterale, con superficie di almeno 1 cm² ciascuno, intercalati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- Gli indicatori devono essere posizionati in modo da non entrare in contatto con il materiale e non essere influenzati dal procedimento di saldatura;
- Latex free;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Possedere effetto barriera;
- Pelabilità dei due strati dopo il processo di sterilizzazione: i due strati del rotolo devono separarsi senza lacerazione;
- Uniformità della trasparenza e della colorazione per lo strato in film plastico;
- Uniformità della trama in trasparenza per lo strato carta;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione;
- Uniformità meccanica e dimensionale della linea di saldatura ai lati della busta;
- Ogni busta deve riportare:
 - Numero del lotto;
 - Nome o marchio del fabbricante;
 - Indicatori di processo per vapore o ossido di etilene;
 - Indicazione del lato di apertura del sistema peel away;
 - Dimensioni nominali o codice del prodotto;
 - Non devono essere presenti ulteriori stampe non previste dalla normativa che possano generare confusione.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste:

- Cm 7,5x15 +/- 1cm;
- Cm 7,5x25 +/- 1cm;
- Cm 7,5x30 +/- 1cm;
- Cm 10x15 +/- 1cm;
- Cm 10x30 +/- 1cm;
- Cm 10x40 +/- 1cm;
- Cm 15x30 +/- 1cm;
- Cm 15x40 +/- 1cm;
- Cm 20x40 +/- 2 cm;
- Cm 25x50 +/- 2 cm;
- Cm 40x50 +/- 2 cm;
- Cm 40x60 +/- 2 cm.

Informazioni utili:

La ditta dovrà fornire le seguenti ulteriori informazioni utili:

- Gamma di temperature accettabili;
- Parametri di impostazione delle termosaldatrici per ottenere saldatura soddisfacente.

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI	FABBISOGNI ESSENALI ASST
--------	---------------------	--------------------------

	ASST MANTOVA	CREMONA
Cm 7,5x15 +/- 1 cm	300.000	
Cm 7,5x25 +/- 1 cm	300.000	
Cm 7,5x30 +/- 1 cm	60.000	90.000
Cm 10x15 +/- 1 cm	60.000	
Cm 10x30 +/- 1 cm	60.000	90.000
Cm 10x40 +/- 1 cm	120.000	
Cm 15x30 +/- 1 cm	360.000	72.000
Cm 15x40 +/- 1 cm	360.000	
Cm 20x40 +/- 2 cm	120.000	90.000
Cm 25x50 +/- 2 cm	60.000	36.000
Cm 40x50 +/- 2cm	60.000	
Cm 40x60 +/- 2 cm	60.000	36.000

LOTTO 7 (CIG 9784800067) : BUSTE IN ACCOPPIATO TYVEC/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO DI IDROGENO

Sistema barriera per il confezionamento dei dispositivi medici destinati ad essere sterilizzati mediante sterilizzazione a perossido di idrogeno.

Descrizione del prodotto:

Le buste dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Composte da lato in Tyvec e da un lato in laminato plastico multistrato trasparente (in modo da permettere l'identificazione del contenuto), privo di microfori e uniforme;
- Grammatatura sia del lato Tyvec che del lato film non inferiore ai 60 gr/mq;
- Saldatura di tipo continuo o multibanda e di larghezza non inferiore a 6 mm;
- Privi di sostanze tossiche;
- Devono essere presenti indicatori di processo per perossido di idrogeno posti all'esterno della linea di saldatura laterale, intercalati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Gli indicatori devono essere posizionati in modo da non entrare in contatto con il materiale e non essere influenzati dal procedimento di saldatura;
- Latex free;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Possedere effetto barriera;
- Pelabilità dei due strati dopo il processo di sterilizzazione: i due strati del rotolo devono separarsi senza lacerazione;
- Uniformità della trasparenza e della colorazione per lo strato in film plastico;
- Uniformità della trama in trasparenza per lo strato carta;

- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie da lavorazione;
- Uniformità meccanica e dimensionale della linea di saldatura ai lati della Busta.
- Ogni busta deve riportare:
 - Numero del lotto
 - Nome o marchio del fabbricante
 - Indicatori di processo per perossido di idrogeno
 - Dimensioni nominali o codice del prodotto
 - Non devono essere presenti ulteriori stampe non previste dalla normativa che possano generare confusione

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) e/o codice di identificazione
- Quantità
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore
- Data di fabbricazione e di scadenza
- Numero di lotto
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate

Misure richieste:

- Cm 7,5x20 +/- 1 cm
- Cm 10x26 +/- 1 cm
- Cm 15x30 +/- 1 cm
- Cm 16x44 +/- 1 cm
- Cm 30x40 +/- 2 cm
- Cm 40x48 +/- 2 cm

Informazioni utili:

La ditta dovrà fornire le seguenti ulteriori informazioni utili:

- Gamma di temperature accettabili
- Parametri di impostazione delle termosaldatrici per ottenere saldatura soddisfacente

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA
Cm 7,5x20 +/- 1 cm	6.000
Cm 10x26 +/- 1 cm	6.000
Cm 15x30 +/- 1 cm	6.000
Cm 16x44 +/- 1 cm	6.000
Cm 30x40 +/- 2 cm	18.000
Cm 40x48 +/- 2 cm	18.000

LOTTO 8 (CIG 9784828780): NASTRI ADESIVI CON INDICATORE CHIMICO DI VAPORE AD ALTA ADESIVITA'

Nastri adesivi da utilizzare per la chiusura di confezioni in carta crespata o TNT

Descrizione del prodotto:

I nastri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Composti da un supporto in carta con stampato l'indicatore di processo a vapore a strisce di inchiostro alternate e, inferiormente da un film adesivo;
- Modulabile per aderire alla superficie, anche irregolare, di ogni tipo di confezionamento per sterilizzazione a vapore prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Devono essere scrivibili da sistemi di scrittura idonei al vapore;
- Privi di sostanze tossiche;
- Latex free;
- Ogni rotolo deve riportare:
 - Data di produzione o scadenza;
 - Numero del lotto;
 - Nome o marchio del fabbricante;
 - Simbolo o dicitura equivalente "Vapore" o Steam".

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone.

Sul confezionamento secondario o sul foglietto illustrativo che accompagna il confezionamento secondario, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Descrizione dei prodotti contenuti (tipo di processo per il quale l'indicatore è concepito);
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste:

- Rotoli da 19mmx50 metri.

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
Cm 19x50 m	30.000	3.000

LOTTO 9 (CIG 9784851A7A): SALVIETTE ASSORBENTI UMIDITA' RESIDUA IN TNT

Foglio soffice da posizionare all'interno di griglie e vassoi per ridurre l'eccesso di condensa.

Descrizione del prodotto:

I fogli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Costituiti da Tessuto Non Tessuto con grammatura non inferiore a 60gr/mq;
- Alta resistenza ai processi di sterilizzazione e manipolazione;
- Indicati sia per sterilizzazione a Vapore o ETO;
- Basso rilascio particellare;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie di lavorazione;
- Assenza di sfaldatura dopo il processo di sterilizzazione;
- Privi di sostanze tossiche;
- Latex free.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;

- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste:

- Cm 25x30 +/- 2cm;
- Cm 30x50 +/-2cm;

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
Cm 25x30 +/- 2 cm	540.000	48.000
Cm 30x50 +/- 2 cm	360.000	48.000

LOTTO 10 (CIG 9784873CA1): TEST PER RILEVAZIONE RESIDUI DI PROTEINE SULLO STRUMENTARIO

Test per il monitoraggio dell'igiene degli strumenti chirurgici e delle relative superfici metalliche attraverso il rilevamento delle proteine residue.

Descrizione del prodotto:

Kit pronto all'uso per rilevare eventuali residui di proteine sullo strumentario o sulle superfici dotato di tampone e sistema di lettura rapido dei risultati (massimo 15 minuti).

Confezionamento:

Confezionamento in scatole di cartone sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA: 3.000

LOTTO 11 (CIG 97849170F4): TEST PER LA PROVA DI BOWIE-DICK PACCO PRONTO

Pacco pronto destinato alla valutazione, con metodo indiretto, della capacità dello sterilizzatore di far penetrare il vapore in un carico poroso.

Descrizione del prodotto:

I pacchi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Costituiti da confezionamento esterno chiuso contenente al suo interno fogli di materiale poroso in cellulosa e, nel mezzo, un foglio test indicatore;
- Il confezionamento esterno deve essere provvisto di indicatore di processo che identifichi chiaramente i pacchi processati da quelli non processati;
- Il foglio test deve avere la parte superiore plastificata; il film plastico non deve arricciarsi dopo la sterilizzazione;
- l'inchiostro non deve presentare sbavature né prima e nemmeno dopo la sterilizzazione;

- Nella parte posteriore del foglio test devono essere presenti gli spazi per le registrazioni manuali:
 - data e sede di esecuzione;
 - estremi identificativi dello sterilizzatore;
 - numero del ciclo;
 - risultato del test;
 - operatore;
 - eventuale supervisore.
- Privi di sostanze tossiche;
- Latex free.

Confezionamento:

Confezionamento in scatole.

L'etichetta di ogni confezione deve indicare:

- Destinazione d'uso e temperature di sterilizzazione;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate;
- Dotati di foglietto illustrativo/poster grafico che mostri:
 - Le modalità di viraggio dell'indicatore e le indicazioni per l'interpretazione del risultato;
 - Condizioni minime affinché avvenga il viraggio;
 - Istruzioni e avvertenze per il corretto utilizzo;
 - Condizioni per la corretta conservazione dopo l'uso;
 - Nome e indirizzo del fabbricante o fornitore;

DISPOSITIVO	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
TEST DI BOWIE-DICK PACCO PRONTO	27.000	27.000

LOTTO 12 (CIG 9784937175): INDICATORI BIOLOGICI VAPORE PACCO PRONTO CON INCUBATORE IN COMODATO D'USO

Pacchi biologici monouso per la sterilizzazione a vapore saturo (121°C e 134°C) con al loro interno indicatori biologici progettati per confermare l'uccisione delle spore.

Descrizione del prodotto:

Il kit pronto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Conforme alle normative EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3, Farmacopea Europea e Farmacopea Italiana XII ed;
- Composto da un pacco prova preassemblato che contenga:
 - Materiale idoneo in grado di simulare un pacco;
 - Fiala di spore auto contenute con brodo di coltura;
 - Avere un titolo di spore minimo di 1×10^6 ;
 - Lettura compresa tra le 24 e le 48 h;
 - Sul pacco prova devono essere presenti tutte le informazioni:
 - Numero del lotto;
 - Nome o marchio del fabbricante;
 - Indicatori di processo per vapore;
 - Descrizione del contenuto;
 - Data di scadenza;
 - Temperatura di esposizione.
- In ogni confezione deve essere presente il dispositivo per lo schiacciamento delle fiale in vetro con il brodo di coltura, le quali devono attivarsi senza che vi sia la rottura della fiala esterna;

- Latex free;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione.

Confezionamento:

Confezionamento primario in scatole.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Data di scadenza;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Informazioni utili:

La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gli incubatori in numero sufficiente ad ospitare i test di tutte le autoclavi presenti nelle ASST aggregate;

FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA: 7.200

LOTTO 13 (CIG 978496046F): TEST PER IL MONITORAGGIO DELLA PENETRAZIONE DEL VAPORE NEI CORPI CAVI PER PICCOLE AUTOCLAVI A VAPORE

Dispositivo di prova del processo a carichi cavi per il controllo della rimozione dell'aria e penetrazione del vapore all'interno dei carichi cavi.

Descrizione del prodotto:

I dispositivi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Costituiti da un supporto nel cui interno va alloggiato l'indicatore di processo;
- L'indicatore deve essere adesivo;
- Privi di sostanze tossiche;
- Latex free;
- Resistenti alla sterilizzazione;
- L'etichetta sulla confezione deve riportare:
 - Numero del lotto e data di scadenza;
 - Destinazione d'uso e temperature di esposizione;
 - Condizioni di conservazione;
 - Nome o marchio del fabbricante.

Confezionamento:

Confezionamento in scatole di cartone.

Informazioni utili:

La ditta dovrà fornire foglietto illustrativo contenente le seguenti informazioni utili:

- Modalità di viraggio dell'indicatore e le indicazioni per l'interpretazione del risultato
- Condizioni minime affinché il viraggio avvenga
- Istruzioni e avvertenze per il corretto utilizzo del dispositivo
- Condizioni per la conservazione dell'indicatore dopo l'uso

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i dispositivi per il test in comodato d'uso gratuito

FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA: 15.000

LOTTO 14 (CIG 978497834A): FILTRI PER CONTAINER MONOUSO TONDI

Filtri tondi in carta monouso per container con indicatore di tipo 1 secondo la norma EN ISO 11140-1.

Descrizione del prodotto:

I filtri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Monouso con foro centrale;
- Utilizzabili per cicli di sterilizzazione a vapore a 121° C e 134° C;
- Possedere indicatore chimico di processo;
- Latex free;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie di lavorazione;
- Assenza di sfaldatura dopo il processo di sterilizzazione;
- Possedere effetto barriera

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste:

- Cm 19 di diametro.

DISPOSITIVO	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
Filtri per container monouso tondi	4.200	3.600

LOTTO 15 (CIG 978499407F): FILTRI PER CONTAINER MONOUSO QUADRATI

Filtri quadrati in carta monouso per container con indicatore di tipo 1 secondo la norma EN ISO 11140-1.

Descrizione del prodotto:

I filtri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Monouso con due fori;
- Utilizzabili per cicli di sterilizzazione a vapore a 121° C e 134° C;
- Possedere indicatore chimico di processo;
- Latex free;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione;
- Non devono rilasciare particelle prima, durante e dopo la sterilizzazione;
- Assenza di pulviscolo, di peluria e di scorie di lavorazione;
- Assenza di sfaldatura dopo il processo di sterilizzazione;
- Possedere effetto barriera.

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione e di scadenza;
- Numero di lotto;

- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

Misure richieste:

- Cm 23x23.

FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA: 4.200

LOTTO 16 (CIG 9785017379) : SIGILLI DI SICUREZZA A LUCCHETTO

Sigilli in materiale plastico per garantire la chiusura del container fino al momento del suo utilizzo

Descrizione del prodotto:

I sigilli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Essere in plastica con forma ad arco;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione a 121°C e 134°C;

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione o di scadenza;
- Numero di lotto.

DIPSPOSITIVO	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
Sigilli di sicurezza a lucchetto	30.000	12.000

LOTTO 17 (CIG 9785032FD6) : SIGILLI DI SICUREZZA A BOTTONE

Sigilli in materiale plastico per garantire la chiusura del container fino al momento del suo utilizzo

Descrizione del prodotto:

I sigilli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Essere in plastica con forma a bottone con o senza indicatore;
- Resistenti alla manipolazione e sterilizzazione a 121°C e 134°C;

Confezionamento:

Confezionamento primario in film plastico.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sulle quali devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dei prodotti contenuti (comprese le dimensioni) o codice di identificazione;
- Quantità;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di fabbricazione o di scadenza;
- Numero di lotto.

FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA: 30.000

LOTTO 18 (CIG 978505205C) : CESTELLI IN ACCIAIO PER CONTAINER E TERMODISINFETTORI A MAGLIA STRETTA

Cestelli in acciaio inox dotate di trama a maglia stretta, da inserire all'interno dei container, all'interno di involucri per il confezionamento o all'interno dei termodisinfettori per il lavaggio.

Descrizione del prodotto:

I cestelli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Sovrapponibili ed impilabili;
- Presenza di bordi atraumatici o arrotondati per prevenire la perforazione degli imballi;
- Resistenti al lavaggio in termodisinfettore e alla sterilizzazione;

Confezionamento:

Confezionamento in scatole di cartone.

Misure richieste:

- mm 40x40x20 maglia mm1xmm1 con coperchio (tolleranza maglie 1mm- tolleranza misure 10 mm);
- mm 80x40x20 maglia mm1xmm1 con coperchio (tolleranza maglie 1mm- tolleranza misure 10 mm);
- mm 80x80x40 maglia mm1xmm1 con coperchio (tolleranza maglie 1mm- tolleranza misure 10 mm);
- mm 250x200x20 maglia mm3xmm3 con coperchio (tolleranza maglie 1mm- tolleranza misure 10 mm);
- cm24xcm24xcm5 (tolleranza +/-2cm) (con maniglia rientrante);
- cm25xcm48xcm8 (tolleranza +/-2cm) (con maniglia rientrante);
- cm25xcm54xcm5 (tolleranza +/-2cm) (con maniglia rientrante);
- cm48xcm25xcm10 (tolleranza +/-2cm) (con maniglia rientrante);
- cm56xcm25xcm7 (tolleranza +/-3cm) (con maniglia rientrante).

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA
mm 40x40x20 maglia mm1xmm1 con coperchio	60
mm 80x40x20 maglia mm1xmm1 con coperchio	60
mm 80x80x40 maglia mm1xmm1 con coperchio	60
mm 250x200x20 maglia mm3xmm3 con coperchio	60
cm24xcm24xcm5	90
cm25xcm48xcm8	90
cm25xcm54xcm5	90
cm48xcm25xcm10	90
cm56xcm25xcm7	90

LOTTO 19 (CIG 9785068D8C) : NASTRI ADESIVI IN ROTOLO DI VARI COLORI MM6 H

Nastro adesivo in rolo sterilizzabile a vapore per l'identificazione dello strumentario chirurgico all'interno di set in rolo.

Descrizione del prodotto:

I nastri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Facile applicazione
- Altezza minima mm 6 x 6,5 metri di lunghezza (+/- 2 dm di tolleranza su lunghezza)
- Disponibile nei seguenti colori:
 - Bianco;
 - Blu;
 - Verde;

- Rosso;
- Giallo;
- Porpora;
- Arancio;
- Marrone;
- Nero.
- Resistenti al lavaggio in termodisinfettore e alla sterilizzazione;
- Latex free;
- Tenuta dell'adesività prima e dopo il processo di sterilizzazione.

FABBISOGNI ESENNALI: 300 PEZZI PER OGNI COLORE RICHIESTO

LOTTO 20 (CIG 9785104B42): FOGLI DI STRISCE MARCATRICI MONOCOLORE PRETAGLIATE MM6H

Nastro adesivo sterilizzabile a vapore per l'identificazione dello strumentario chirurgico all'interno di set in fogli .

Descrizione del prodotto:

I nastri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Facile applicazione;
- Altezza minima mm 6;
- Disponibile in diversi colori:
 - Rosa;
 - Grigio;
 - Azzurro;
 - Lavanda;
 - Lime;
 - Smeraldo.
- Resistenti al lavaggio in termodisinfettore e alla sterilizzazione;
- Latex free;
- Tenuta dell'adesività prima e dopo il processo di sterilizzazione.

FABBISOGNI ESENNALI: 180 PEZZI PER OGNI COLORE RICHIESTO

LOTTO 21 (CIG 97851197A4): RIMOTORE RESIDUI DI ADESIVO E COLLANTE

Prodotto per la rimozione dei residui adesivi dallo strumentario chirurgico, vassoi, bacinelle, container

Descrizione del prodotto:

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Facile applicazione;
- Avere azione che preservi l'integrità della superficie degli strumenti senza provocare graffi o corrosioni;
- Completamente biodegradabile;
- Non deve sprigionare fumi tossici o dannosi per l'ambiente.

DISPOSITIVO	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
Rimotore residui di adesivo e collante	180	30

LOTTO 22 (CIG 978515120E): LUBRIFICANTE PER STRUMENTARIO CHIRURGICO SPRAY PRIVO DI SILICONE

Olio in spray indicato per la manutenzione dello strumentario chirurgico in acciaio e titanio, per lubrificare gli snodi di forbici, pinze, portaghi, ecc

Descrizione del prodotto:

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Azione antiruggine;
- Avere azione delicata per preservare la superficie degli strumenti;
- Non deve sprigionare fumi tossici o dannosi per l'ambiente;
- Assenza di impurità rilasciate dopo la sterilizzazione;
- Capacità massima ml 500

DISPOSITIVO	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
Lubrificante per strumentario chirurgico spray privo di silicone	300	180

LOTTO 23 (CIG 9785173435) : SCOVOLINI PER LA PULIZIA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO

Scovolini pluriuso studiati e realizzati per la pulizia di strumenti con corpi cavi e di strumenti usati nella chirurgia laparoscopica.

Descrizione del prodotto:

Gli scovolini dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Dotati di anima in acciaio ritorto;
- Setole in nylon in grado di garantire efficace azione pulente senza danneggiare gli strumenti;
- Resistenti al lavaggio in termodisinfettore e alla sterilizzazione;
- Capacità di rimuovere i residui di materiale organico;
- Gli scovolini devono essere flessibili.

Misure richieste:

1. Diam brush mm 2x25 cm lungh;
2. Diam brush mm 3x25 cm lungh;
3. Diam brush mm 5x30 cm lungh;
4. Diam brush mm 5x40 cm lungh;
5. Diam brush mm 7x60 cm lungh;
6. Diam brush mm 10x60 cm lungh.

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
Mm 2x25 cm	300	90
Mm 3x25 cm	300	
Mm 5x30 cm	300	90
Mm 5x40 cm	300	
Mm 7x60 cm	300	90
Mm 10x60 cm	300	

LOTTO 24 (CIG 9785225F1B): SPAZZOLINI DOPPI IN NYLON CON SPAZZOLA GRANDE E PICCOLA PER LA PULIZIA DEI FERRI CHIRURGICI

Spazzolini pluriuso per la pulizia di strumentario chirurgico con doppia testa.

Descrizione del prodotto:

Gli spazzolini dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Spazzolino con doppia testa grande e piccola
- Setole in nylon in grado di garantire efficace azione pulente senza danneggiare gli strumenti;
- Capacità di rimuovere i residui di materiale organico;
- Resistenti al lavaggio in termodisinfettore e alla sterilizzazione.

DISPOSITIVO	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
--------------------	---	---

Scovolini doppi in nylon con spazzola grande e spazzola piccola per la pulizia dei ferri chirurgici	1.500	1.200
---	-------	-------

LOTTO 25 (CIG 9785257985): LACCETTI PER RAGGRUPPAMENTO STRUMENTARIO CHIRURGICO

Strisce di silicone da annodare destinate al raggruppamento dello strumentario chirurgico all'interno di griglie, cestelli, set chirurgici, ecc

Descrizione del prodotto:

Le strisce dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Silicone atossico ed elastico;
- Latex-free;
- Resistenti a temperature di 121°C, 134° C;
- Compatibili con la sterilizzazione a vapore e perossido di idrogeno;
- Non devono rilasciare sostanze tossiche durante la sterilizzazione a 121°C e 134°C e perossido di idrogeno;
- Disponibili in diverse misure e diversi colori;
- Assenza di impurità rilasciate dopo la sterilizzazione.

Misure richieste:

- Lunghezza cm 30;
- Lunghezza cm 50;

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
Lunghezza cm 30	150.000	3.600
Lunghezza cm 50	60.000	

LOTTO 26 (CIG 9785277A06): TUBI IN SILICONE TRASPARENTE DI VARIE MISURE IN ROTOLO DA 25 MT

Tubo in silicone trasparente da utilizzare per la copertura di strumenti delicati.

Descrizione del prodotto:

I tubi in rotolo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Silicone trasparente;
- Compatibile con tutti i tipi di sterilizzazione a vapore e perossido di idrogeno;
- Radiopaco o dotato di filo bariato;
- Non devono rilasciare sostanze tossiche durante la sterilizzazione a 121°C e 134°C e perossido di idrogeno;
- Silicone atossico;
- Disponibile nelle misure richieste;
- Praticità e facilità di rimozione senza provocare danni allo strumentario.

Misure richieste (diametro interno x spessore):

- mm1 x mm0,3;
- mm2 x mm 0,75;
- mm8 x mm2,5;
- mm5 x mm1;
- mm2 x mm1;
- mm4 x mm1.

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI
mm1 x mm0,3	60
mm2 x mm 0,75	60
mm8 x mm2,5	60
mm5 x mm1	60
mm2 x mm1	60
mm4 x mm1	60

LOTTO 27 (CIG 97852958E1): COPRICLAMP IN SILICONE MONOUSO STERILI

Coprimorsi creati per facilitare la presa e la tensione delle suture molto delicate, appositamente studiate e realizzate per la protezione dei morsi di pinze, portaghi o clamp.

Descrizione del prodotto:

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Compatibile con le punte di microbulldog, klemmerini e clamp;
- Garantire presa sicura delle suture senza danneggiarle;
- Radiopachi, monouso contenuti in uno specifico supporto autoadesivo.

FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA: 600

LOTTO 28 (CIG 9785319CAE): TARGHETTE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI MM90X50 DI VARI COLORI

Targhette identificative autoclavabili in plastica per l'identificazione e la rintracciabilità dei panieri grigliati, vassoi e set chirurgici

Descrizione del prodotto:

Le targhette dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Resistenti al lavaggio e alla sterilizzazione; non deformabili;
- Latex-free;
- Dotate di due anse sul lato lungo e una sul lato corto;
- Non devono rilasciare sostanze tossiche durante la sterilizzazione a 121°C e 134°C e perossido di idrogeno;
- Disponibili nei seguenti colori:
 - Rosso
 - Verde
 - Blu
 - Arancio
 - Bianco
 - Giallo
 - Marrone

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA
Rosso	600

Verde	600
Blu	600
Arancio	600
Bianco	600
Giallo	600
Marrone	600

LOTTO 29 (CIG 97857754FE): ETICHETTE PER CONTAINER

Etichette per container monouso con indicatore di viraggio per la sterilizzazione a vapore.

Descrizione del prodotto:

Le etichette dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Presenza indicatore di processo per sterilizzazione a vapore e indicazione sulle sue modalità di viraggio;
- Monouso;
- Uniformità dell'indicatore chimico prima e dopo la sterilizzazione; l'inchiostro deve essere uniforme e non presentare sbavature;
- Presenza di idonei spazi per la scrittura:
 - o Data sterilizzazione;
 - o Data scadenza;
 - o Nome del cesto.

Misure richieste:

- Cm 5,1x3,5 +/- 1mm;
- Cm 5x4,6 +/- 1mm;
- Cm 6,7x3,8 +/- 1mm;
- Cm 8x3,5 +/- 1mm.

Confezionamento:

Confezionamento in scatole.

L'etichetta di ogni confezione deve indicare:

- Destinazione d'uso e temperature di sterilizzazione;
- Nome o marchio del fabbricante o del fornitore;
- Data di scadenza;
- Numero di lotto;
- Condizioni di immagazzinamento raccomandate.

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA
Cm 5,1x3,5 +/- 1mm	30.000
Cm 5x4,6 +/- 1mm	30.000
Cm 6,7x3,8 +/- 1mm	60.000
Cm 8x3,5 +/- 1mm	30.000

LOTTO 30 (CIG 9785784C69): TAPPETINI PER CONTAINER IN SILICONE DI VARIE MISURE

Tappeto perforato in silicone autoclavabile ideale per il posizionamento dentro a griglie o cestelli.

Descrizione del prodotto:

I tappetini dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. Resistenti al lavaggio in termodisinfettore;
2. Resistenti alla sterilizzazione a vapore (134 e 121°C) e perossido di idrogeno;
3. Non devono rilasciare sostanze tossiche durante la sterilizzazione a 121°C e 134°C e perossido di idrogeno;
4. Silicone atossico;
5. Ritagliabili.

Misure richieste:

- Misura cm 50x30 +/- 2 cm.

MISURA RICHIESTA	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
Cm 50x30 cm	90	60

LOTTO 31 (CIG 9785791233): CLIP MULTIUSO IN PLASTICA AUTOCLAVABILI

Clip multiuso realizzate in plastica autoclavabili ideali per fissare teli, tubi, cavi, ecc in ambiente sterile

Descrizione del prodotto:

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Plastica autoclavabile;
- Resistenti al calore di 121°C e 134°C;
- Latex free;
- Assenza di impurità rilasciate dopo la sterilizzazione;
- Clip di medie dimensioni di almeno cm 4 x cm 7
-

FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA: 120

LOTTO 32 (CIG 978580099E): TELO MONOUSO SUPERASSORBENTE ANTISCIVOLO

Telo monouso assorbente in rotolo per sale operatorie

Descrizione del prodotto:

I teli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Telo da terra non sterile antiscivolo;
- Effetto asciutto;
- Strato superficiale a basso rilascio particellare, strato interno assorbente, strato inferiore impermeabile e antiscivolo;
- Il Telo non deve rilasciare particelle e non deve sfaldarsi;
- Il Telo deve rimanere saldamente steso a terra;
- Disponibile nelle versioni da 1,5 litri/mq e 3,5 litri/mq;
- Latex-free;
- Portarotoli incluso in comodato d'uso.

Misure richieste:

- 90 cm x 50 metri con assorbenza pari a 1,5 lt/mq (tolleranza su altezza di + 10 cm);
- 90 cm x 50 metri con assorbenza pari a 3,5 lt/mq (tolleranza su altezza di + 10 cm).

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
--------	-------------------------------------	-------------------------------------

90 cm x 50 metri con assorbenza pari a 1,5 lt/mq	300	72
90 cm x 50 metri con assorbenza pari a 3,5 lt/mq	720	

LOTTO 33 (CIG 978580803B): GUANTI ANTICALORE-DPI

DESCRIZIONE VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI

Guanti anticalore termoresistenti a bassa conduttività termica per la manipolazione e contatto con materiali ad alta temperatura fino a 180°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME GENERALI VALIDE PER ENTRAMBI I SUBLOTTI:

Realizzati in tessuto;

Latex free;

Accompagnato da istruzioni per l'uso;

Misura: taglia S/M/L/XL;

Rispondenti alla norma tecnica di seguito riportate;

Dotati di marcatura CE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Regolamento EU 425/2016;

EN 407:2020 Livello prestazionale 2.

SUBLOTTO A: GUANTI LUNGI 30 CM

I guanti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. Disponibile nella lunghezza da 30 cm;
2. Disponibile nelle seguenti misure:
 - S
 - M
 - L
 - XL

MISURE	FABBISOGNI ESSENALI (si intende a paia) ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI (si intende a paia) ASST CREMONA
S	12	60
M	12	60
L	12	36
XL	12	36

SUBLOTTO B: GUANTI LUNGI 60 CM

I guanti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. Disponibile nella lunghezza da 60 cm;
2. Disponibile nelle seguenti misure:
 - S
 - M
 - L
 - XL

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI (si intende a paia) ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI (si intende a paia) ASST CREMONA
S	12	60
M	12	60
L	12	36
XL	12	36

LOTTO 34 (CIG 978581994C): CUFFIE ANTIRUMORE CON ARCHETTO E INSERTI AURICOLARI-DPI DESCRIZIONE

- SUBLOTTO A CUFFIE ANTIRUMORE

Dispositivo di protezione individuale per la protezione dell'udito con bardatura temporale regolabile e coppe regolabili. Livello di attenuazione SNR almeno 25. Conformi alla norma UNI EN 352-1;

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

Latex free;

Accompagnato da istruzioni per l'uso;

Misura: bardatura temporale regolabile;

Rispondenti alla norma tecnica di seguito riportate:

- Dotati di marcatura CE;
- Livello di attenuazione SNR almeno 25.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Regolamento EU 425/2016;

EN 352-1;

Categoria II.

FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA: 300

- SUBLOTTO B INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO

Dispositivo di protezione individuale per la protezione dell'udito facile da usare. Ideali per uso intermittente e possono essere tenuti intorno al collo quando non devono essere indossati.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

Latex free;

Accompagnato da istruzioni per l'uso;

Rispondenti alla norma tecnica di seguito riportate;

Dotati di marcatura CE;
 Livello di attenuazione SNR almeno 20;
 Archetto realizzato in materiale anallergico di alta qualità;
 Dotato di inserti auricolari anallergici e sostituibili;
 Deve disporre di inserti auricolari di ricambio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Regolamento EU 425/2016;
 EN 352-2;
 Categoria II.

SUBLOTTO	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
B. Inserti auricolari con archetto	60	60

-SUBLOTTO C INSERTI AURICOLARI MONOUSO

Dispositivo di protezione individuale per la protezione dell'udito.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

morbida schiuma ipoallergenica;
 Latex free;
 Accompagnato da istruzioni per l'uso;
 Rispondenti alla norma tecnica di seguito riportate;
 Dotati di marcatura CE;
 Livello di attenuazione SNR almeno 20;
 Imbustati in confezione da 2 pezzi;
 monouso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Regolamento EU 425/2016;
 EN 352-2;
 Categoria II.

SUBLOTTO	FABBISOGNI ESSENALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESSENALI ASST CREMONA
C-Inserti auricolari monouso	600	600

LOTTO 35 (CIG 97858334DB): GUANTI IN PVC PER LAVAGGIO-DPI

Descrizione del prodotto comune ad entrambi i sublotto:

Guanti in PVC su supporto in cotone per il lavaggio dello strumentario chirurgico con palmo dalla struttura ruvida.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

Finitura ruvida per una migliore presa e protezione contro abrasioni, tagli e strappi;
 Latex free;
 Accompagnato da istruzioni per l'uso;
 Rispondenti alla norma tecnica di seguito riportate;
 Resistente agli agenti chimici;
 Disponibili in diverse misure: 8/9/10 oppure XS/S/M/L/XL;
 Dotati di marcatura CE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Regolamento EU 425/2016;
 EN 388 con indice di protezione 4121;
 EN 374 – 3 AKL;
 Categoria III.

SUBLOTTO A: GUANTI LUNGHI 30 CM

Descrizione del prodotto:

I guanti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Disponibile nella lunghezza da 30 cm;
- Disponibile nelle seguenti misure:
 - a. XS
 - b. S
 - c. M
 - d. L
 - e. XL

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI (Si intende a Paia) ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI (Si intende a Paia) ASST CREMONA
XS	300	
S	300	1.800
M	300	1.800
L	300	1.800
XL	300	900

SUBLOTTO B: GUANTI LUNGHI 60 CM

- Disponibile nella lunghezza da 60 cm;
- Disponibile nelle seguenti misure:
 - a. XS
 - b. S
 - c. M
 - d. L
 - e. XL

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI (Si intende a Paia) ASST MANTOVA
XS	300
S	300
M	300

L	300
XL	300

LOTTO 36 (CIG 978584813D): DISPENSER PORTAROTOLI PER NASTRO VIRATORE

Dispenser da banco per nastri viratori per due o tre nastri

Descrizione del prodotto:

i dispenser portarotoli dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Dispenser per 2/3 rotoli da mm 19x50 m;
- Supporto stabile e sicuro: in fase di srotolamento non deve scivolare sui piani di lavoro in acciaio.

FABBISOGNO ESENNALE ASST MANTOVA: 60

LOTTO 37 (CIG 978585897B): BUSTE DI PROTEZIONE PER DISPOSITIVI DISINFETTATI

Buste autosaldanti utili per il trasporto e lo stoccaggio dei dispositivi altamente disinfettati.

Descrizione del prodotto:

le buste dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Buste trasparenti che permettano la visione del materiale in esse contenuto;
- Possibilità di scrivere sulle stesse:
 - dati identificativi del prodotto;
 - data di confezionamento;
- Chiusura mediante biadesivo o altro sistema di chiusura.

Misure richieste:

- Cm 19xcm17 +/- 5 cm;
- Cm 19xcm 30 +/- 5 cm;
- Cm 24xcm39 +/- 5 cm;
- Cm 24xcm70 +/- 5 cm;
- Cm 29xcm50 +/- 5 cm;
- Cm 62xcm55 +/- 5 cm.

MISURE	FABBISOGNI ESENNALE
Cm 19xcm17 +/- 5 cm	12.000
Cm 19xcm 30 +/- 5 cm	12.000
Cm 24xcm39 +/- 5 cm	12.000
Cm 24xcm70 +/- 5 cm	6.000
Cm 29xcm50 +/- 5 cm	6.000
Cm 62xcm55 +/- 5 cm	6.000

LOTTO 38 (CIG 97868789FC): PANIERI GRIGLIATI IN ACCIAIO SOVRAPPONIBILI

Panieri in filo di acciaio inossidabile da utilizzare durante il processo di sterilizzazione, trasporto e stoccaggio del materiale sterile

Descrizione del prodotto:

I panieri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- A. Acciaio inossidabile resistente alla sterilizzazione a vapore e al lavaggio in termodisinfettori;
- B. Dotato di maniglia in entrambi i lati corti;
- C. Presenza di bordi atraumatici o arrotondati per prevenire la perforazione degli imballi;
- D. Di dimensioni:
 - 575x280x265 mm
 - 575x280x135 mm

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
575x280x265 mm	60	30
575x280x135 mm	36	30

LOTTO 39 (CIG 97858903E5): VASSOI IN PLASTICA AUTOCLAVABILI

Vassoi multiuso realizzati in plastica resistenti alla temperatura di 121°C e 134°C e versatili

Descrizione del prodotto:

I vassoi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Resistenti sia al lavaggio in termodisinfettori che alla sterilizzazione;
- Presenza di bordi atraumatici o arrotondati per prevenire la perforazione degli imballi;
- Autoclavabili fino a 134°C;
- Disponibili in diversi colori.

Misure richieste:

- Mm270x180x45 (tolleranza +30mm);
- Mm200x70x50 (tolleranza +30mm).

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI ASST MANTOVA	FABBISOGNI ESENNALI ASST CREMONA
Mm270x180x45	60	30
Mm200x70x50	60	30

LOTTO 40 (CIG 9785895804): CIOTOLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI

Ciotole multiuso realizzati in plastica estremamente resistenti al calore di 121°C e 134° C e versatili.

Descrizione del prodotto:

Le ciotole dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Resistenti sia al lavaggio in termodisinfettori che alla sterilizzazione;
- Presenza di bordi atraumatici o arrotondati;
- Autoclavabili fino a 134°C;
- Disponibili in diversi colori.

Misure richieste:

- Mm100x50 (tolleranza +/- 5 mm)
- Mm150x70
- Mm40x30

MISURE	FABBISOGNI ESENNALI
Mm100x50	300
Mm150x70	300
Mm40x30	120