



**Procedura ai sensi dell'36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. per l'affidamento della fornitura di N. 15 DEFIBRILLATORI CON MONITOR occorrenti a diverse strutture del Presidio Ospedaliero di Mantova.**

## **VERBALE N.1**

### **LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**Seduta riservata del 26 Gennaio 2021**

L'anno 2021, il giorno 26 gennaio, alle ore 14:30, presso la Struttura Tecnico Patrimoniale si è insediata la Commissione Giudicatrice nominata con atto deliberativo n.1497 del 3/12/2020 nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe.

Sono presenti i Signori:

- Ing. Leo Traldi Direttore Struttura Tecnico Patrimoniale dell'ASST di Mantova;
- Sig. Emanuele Piva Coordinatore Servizio Trasporti dell'ASST di Mantova;
- Sig.ra Elisa Tartari RAD Dipartimento Cardio Toraco Vascolare dell'ASST di Mantova;

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende visione della documentazione a base di gara ed in particolare del Disciplinare di gara con gli uniti allegati.

La Commissione giudicatrice prende atto che, in data 27/11/2020 in esito alle operazioni effettuate dal seggio di gara di verifica della completezza e regolarità della Documentazione Amministrativa e di controllo della mera presenza della documentazione tecnica presentata dall'unica ditta concorrente: FIMAS Srl di Chieti, la stessa è stata ammessa alle successive fasi di gara.

La Commissione prende quindi visione della documentazione tecnica presentata dalla ditta e dà inizio alle operazioni di verifica della conformità delle apparecchiature offerte rispetto alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie previste pena l'esclusione dai documenti a base di gara.

La ditta concorrente offre il Defibrillatore MOD. S8 – Comen Medical Instrument.

Dalla analisi della documentazione tecnica emerge che il prodotto offerto risulta tecnicamente idoneo pertanto la ditta FIMAS Srl viene ammessa alla successiva fase della procedura di gara consistente nell'attribuzione dei punteggi tecnici.



N°	Criterio di valutazione	Parametri	Punti	Max Punti	Punteggio ditta FIMAS
1	Maggiore dimensione diagonale del display in pollici	>6 e <= 7	5	7	7
		>7	7		
2	Possibilità di misurare un maggior numero di parametri vitali	>4 e <= 5	8	10	10
		>5	10		
3	Possibilità di alloggiare sensori SpO2 di altre ditte produttrici	Solo proprietario	0	8	8
		Altre ditte	8		
4	Numero di pazienti memorizzabili nella memoria interna	< 50	0	5	5
		>=50 e <100	3		
		>=100	5		
5	Numero di eventi memorizzabili per ogni paziente	< 500	0	5	5
		>=500 e <1000	3		
		>=1000	5		
6	Numero di scariche a 200J in defibrillazione manuale con batteria carica e luminosità di fabbrica	< 100	0	10	10
		>=100 e <150	5		
		>=200	10		
7	Connettività alla rete dati	Nessuna	0	5	5
		Cavo Ethernet	3		
		Cavo rete e WiFi	5		
8	Peso complessivo con piastre di serie (pluriuso adulti), moduli parametri base (ECG, resp., NBP, SpO2), batteria e stampante con carta	< 8 Kg	0	10	5
		>=8 e >7	5		
		<=7	10		
9	Possibilità di uso di piastre pluriuso per defibrillazione diretta sul cuore	No	0	5	5
		Si	5		
10	Possibilità di uso di piastre monouso per defibrillazione neonatale	No	0	5	0
		Si	5		

Al termine delle operazioni la Commissione all'unanimità approva il seguente punteggio finale:

Totale punteggio ditta FIMAS Srl Punti 55/70.

Punteggio Riparametrato Punti 70/70.

Il presente Verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza.



La Commissione dà infine atto che la documentazione di gara e le offerte delle ditte Concorrenti, tutte in versione originale, sono depositate sulla Piattaforma Sintel che ne garantisce la segretezza, l'integrità e l'inviolabilità dei contenuti.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale costituito da n.3 pagine e 0 allegati, viene chiusa alle ore 16:00.

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**

  
\_\_\_\_\_

**I componenti la Commissione**

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_