



**RICHIESTA DI OFFERTA CATETERE CON SACCA INTEGRATA PER
CATETERISMO INTERMITTENTE FEMMINILE (CIG: ZZD33077B6 ID DI GARA:
145219260)**

AVVISO DI RETTIFICA

Si comunica che, sulla lettera d'invito, per mero errore materiale è stata indicata come caratteristica tecnica la lunghezza di circa 25 cm al posto di 45 cm .

Sulla Lettera d'invito dopo le parole: *“I Dispositivi richiesti dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche minime indispensabili ed obbligatorie, Il mancato rispetto di una di esse determinerà l'esclusione dell'offerta”* le parole *“Lunghezza circa 25 cm;”* sono sostituite da *“Lunghezza 45 cm con valutazione positiva +/- 20%”*

Si precisa inoltre che rimangono invariati le restanti modalità di procedura e termini di fornitura così come disciplinati nei documenti già pubblicati sulla Piattaforma SINTEL

Mantova, 21/09/2021

Il Direttore Struttura gestione Acquisti
F.to Dott. Cesarino Panarelli

L'originale del presente avviso, sottoscritto dal Direttore della Struttura Gestione Acquisti, è depositato in atti.