



PRECISAZIONE N. 2

RICHIESTA DI OFFERTA MEDICAZIONI IDROCOLLOIDI

Id procedura: 145660107

CIG ZAA3322292

DOMANDA:

“Spett.le S.A., con riferimento alla richiesta di seguito riportata "I dispositivi medici devono soddisfare quanto previsto dal Regolamento UE 2017/745", si precisa che per gli articoli di Classe superiore alla Classe I, la Direttiva CE 93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con Decreto Lgs. 46 del 24/02/1997 e s.m.i. é tuttora valida. Si prega pertanto di confermare che saranno ammessi Dispositivi conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42/CEE sui Dispositivi Medici.”

RISPOSTA:

“Si conferma che, essendo tuttora valida la Direttiva CE 93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con Decreto Lgs. 46 del 24/02/1997 e s.m.i., saranno ammesse le offerte relative ai Dispositivi conformi alla Direttiva medesima.”

Mantova, lì 30 settembre 2021

IL DIRETTORE STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI
F.to Dr. Cesarino Panarelli

L'originale del presente avviso, debitamente sottoscritto dal Direttore della Struttura Gestione Acquisti, è depositato in atti.