



ID GARA: 197687852

**RICHIESTA D'OFFERTA PER LA FORNITURA DI SET PER ANESTESIA
EPIDURALE CONTINUA**

AVVISO DI RETTIFICA

Si precisa che la caratteristica tecnica del prodotto richiesto come di seguito descritta:

- Ago in acciaio per anestesia epidurale con punta di Tuohy 18G lungo 80mm, graduato in centimetri per permettere la misurazione della profondità raggiunta. Provvisto di impugnatura ergonomica e sicura e con alette di tenuta già collegate all'ago. Presenza di mandrino otturatore, deve essere in acciaio o altro materiale medicale.

viene sostituita dalla seguente nuova descrizione:

- Ago in acciaio per anestesia epidurale con punta di Tuohy 18G lungo 80mm e >100mm, graduato in centimetri per permettere la misurazione della profondità raggiunta, provvisto di impugnatura ergonomica e sicura e con alette di tenuta già collegate all'ago e con presenza di mandrino otturatore in acciaio o altro materiale medicale.

Mantova, 28/02/2025

Il Responsabile
Struttura Appalti Forniture e Servizi Sanitari
Dott. Raffaele Bonora

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*