



**ID GARA: 197687852**

**RICHIESTA D'OFFERTA PER LA FORNITURA DI SET PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA**

**CHIARIMENTI**

**QUESITO:** In merito alle caratteristiche indispensabili ed obbligatorie richieste tassativamente a pena esclusione e nello specifico alla caratteristica Ago in acciaio per anestesia epidurale con punta di Tuohy 18G lungo 80mm, si chiede di poter considerare una minima tolleranza dimensionale per ampliare la partecipazione alla procedura al maggior numero di aziende possibili e permettere di partecipare offrendo set con ago da 18G. ma con una lunghezza da 90mm. Tale lunghezza risulta comunque equivalente a quanto richiesto e ampiamente utilizzata nei set di questa tipologia e destinazione d'uso;

**RISPOSTA:** A parziale rettifica di quanto indicato nella richiesta di offerta si richiede ago 18G lungo 80mm o 90mm.

**QUESITO:** In merito alle caratteristiche indispensabili ed obbligatorie richieste tassativamente a pena esclusione e nello specifico alla caratteristica siringa a bassa pressione (luer slip), si chiede di permettere la partecipazione anche con siringhe a bassa pressione di tipo "luer lock" che risultano essere ampiamente utilizzate in set di questa tipologia e destinazione d'uso e che permettono di ottenere il massimo della sicurezza contro sconnessioni accidentali durante la procedura.

**RISPOSTA:** Si conferma la richiesta di siringa a bassa pressione con attacco luer slip.

Mantova, 04/03/2025

Il Responsabile  
Struttura Appalti Forniture e Servizi Sanitari  
Dott. Raffaele Bonora

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*