



Mantova, 16 gennaio 2024

Fasc. n. 2023/396 – CL. 1.06.03  
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): A007AE0721

**OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'APPALTO PER IL SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI ELETTROFORETICHE OCCORRENTE MANTOVA (CAPOFILA) E ALLE ASST DI CREMONA, BERGAMO EST E ASST DI BERGAMO OVEST (MANDANTI)**

### CHIARIMENTI

- 1 - Quesito:** Nel Capitolato Speciale pag.7, paragrafo "Per entrambe le strumentazioni, l'offerta deve inoltre prevedere: - Fornitura di un campionatore/preparatore dedicato" si chiede di confermare se la fornitura del campionatore/diluitore/preparatore sia prevista soltanto per il Presidio ASST di CREMONA come espresso nel documento PROSPETTO FABBISOGNI.

**Risposta:** Confermiamo che nel prospetto fabbisogni presentato il campionatore/diluitore/preparatore è stato richiesto solo da Cremona.

- 2 - Quesito:** Si chiede di specificare il numero di immunofissazioni/anno con antisieri anti D e anti E, anti-kappa free e anti Lambda free per ogni singolo analita (tabelle relative alle singole ASST presenti nei PROSPETTO FABBISOGNI) alla luce del fatto che nel Capitolato Speciale pag.7, Paragrafo 3.3 REAGENTI, METODICHE E MATERIALI DI CONSUMO, Punto 3) si richiede una fornitura di antisieri anti-IgD e anti-IgE in quantità necessaria all'esecuzione di almeno 30 test/anno.

**Risposta:** Inseriamo le risposte delle singole ASST:

**ASST MANTOVA:** il numero indicato è complessivo ed è da intendere 20 per anti-D e 10 per anti-E, mentre per anti-kappa free è da intendere 1000 determinazioni, mentre anti Lambda free deve essere intesa per 500 test

**ASST BERGAMO OVEST:** nella tabella fabbisogni sono riportati nella prima colonna le tipologie di test in particolare:

- "Immunofissazione con antisieri anti D e anti E, anti kappa free e anti lambda free." (Se ne desume che il test è composto dall'utilizzo di 4 antisieri).

- Nella seconda colonna è indicato il numero annuo di test (come sopra descritti) pari a 100 test/anno.

- Nella terza colonna è riportata la frequenza di esecuzione di tali sedute analitiche indicata in 1 giorno a settimana.



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

ASST DI BERGAMO EST: utilizziamo il sistema di immunofissazioni/anno con antisieri anti D pari a 15 test

ASST DI CREMONA: Il n. di immunofissazioni/anno con antisieri anti D e anti E, anti Kappa free e anti Lambada free è di 20 per tipologia, per un totale di n. 80 unità totali, come specificatamente indicato nell'allegato prospetto fabbisogni;

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr. Cesarino Panarelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*