



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 720 del 13/06/2022**

**STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI**

**OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER ESAME LIQUIDI BIOLOGICI (URINE E SEDIMENTO URINARIO) - DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL DI FIRENZE - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - AUTORIZZAZIONE**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**  
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

**Determina n. 720 del 13/06/2022**

Fascicolo 106/2016 CI: 1.06.03

Proposta n. 1321/2022

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

### PREMESSO:

- che con deliberazione n. 344 del 27 marzo 2017 è stato disposto il recepimento degli esiti della procedura ristretta per l'aggiudicazione, per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2023, della fornitura di sistemi analitici completi per esame liquidi biologici (urine e sedimento urinario), espletata e definita con determinazione dirigenziale n. 112 del 01/02/2017 dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia di Brescia, in qualità di capofila, a favore della Ditta A. Menarini Diagnostics srl di Firenze;

- che trattasi di contratto di fornitura di tipo misto comprendente l'acquisto dei reagenti e del materiale di consumo, la locazione, comprensiva del servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva, della seguente strumentazione:

n. 2 sistemi "Sedimax contrast URM-9906" cod. 47220, n. 2 sistemi "Aution Max AX4030" cod. 39095 e n. 1 "Osmostation OM6050" cod. 26202 presso il Servizio di Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Mantova;

n. 1 sistema "Pocket-chem UA PU4010" cod. 38578 presso il Servizio di Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Asola;

n. 1 sistema "Aution Eleven AE4020" cod. 37370 presso il Servizio di Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano;

- che con nota prot. n. 1505-TG-2022 del 30/05/2022, ricevuta in data 31 maggio 2022, in atti, la Ditta A. Menarini Diagnostics srl, aggiudicataria della fornitura, ha proposto un aggiornamento tecnologico degli strumenti per l'esame chimico-fisico delle urine come segue:

- sostituzione dei n. 2 strumenti modello "Aution Max AX4030" cod. 39095, in uso presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova, con altrettanti strumenti modello "Unamax" cod. 52079;
- sostituzione di n. 1 strumento mod. "Aution Eleven AE4020" cod, 37370, in uso presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano, con n. 1 strumento mod. "MD Unamax One" cod. 52158 ;
- sostituzione di n. 1 strumento mod. "Pocket-chem UA PU4010" cod. 38578, in uso presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Asola, con n. 1 strumento mod. "MD Unamax One" cod. 52158.

### **Determina n. 720 del 13/06/2022**

Fascicolo 106/2016 Cl: 1.06.03  
Proposta n. 1321/2022



CONSIDERATO che il Disciplinare di gara regolamentante la fornitura in esame all'art. 16 "Aggiornamento tecnologico" prevede la possibilità di aggiornamento tecnologico della strumentazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, con nota in data 9 giugno 2022, in atti, dal Direttore f.f. del Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL), Dr.ssa Mara Chiozzi, in merito alla proposta di aggiornamento tecnologico presentata dalla Ditta A. Menarini Diagnostics srl;

ACQUISITO, inoltre, il parere di congruità tecnica dal Responsabile della Struttura di Ingegneria Clinica dell'Azienda, Ing. Lucio Attolini, con nota in data 6 giugno 2022, conservata in atti;

DATO ATTO:

- che le nuove strumentazioni mod. "Unamax" cod. 52079 e mod. "MD Unamax One" cod. 52158 utilizzano codici diversi, rispetto a quelli oggetto di aggiudicazione, per l'effettuazione dell'esame chimico fisico delle urine, come analiticamente riportato nel prospetto allegato (All. n. 1);

- che i nuovi prodotti mantengono le stesse condizioni economiche offerte in gara;

DATO ATTO, inoltre, che tale aggiornamento tecnologico non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Azienda;

RITENUTO pertanto di autorizzare, nell'ambito della fornitura in esame, l'aggiornamento tecnologico degli strumenti per l'esame chimico-fisico delle urine come sopra descritto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dott. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

## DETERMINA

### Determina n. 720 del 13/06/2022

Fascicolo 106/2016 CI: 1.06.03

Proposta n. 1321/2022



1. di autorizzare l'aggiornamento tecnologico della strumentazione offerta per l'esame chimico-fisico delle urine, nell'ambito del contratto di fornitura di sistemi analitici completi per esame liquidi biologici (urine e sedimento urinario), affidato alla Ditta A. Menarini Diagnostics srl di Firenze, come segue:
  - sostituzione dei n. 2 strumenti modello "Aution Max AX4030" cod. 39095, in uso presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova, con altrettanti strumenti modello "Unamax" cod. 52079;
  - sostituzione di n. 1 strumento mod. "Aution Eleven AE4020" cod, 37370, in uso presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano, con n. 1 strumento mod. "MD Unamax One" cod. 52158 ;
  - sostituzione di n. 1 strumento mod. "Pocket-chem UA PU4010" cod. 38578, in uso presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Asola, con n. 1 strumento mod. "MD Unamax One" cod. 52158;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**PANARELLI CESARINO**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)

**Determina n. 720 del 13/06/2022**

Fascicolo 106/2016 CI: 1.06.03

Proposta n. 1321/2022

DITTA **A. MENARINI DIAGNOSTICS srl**

Vecchio Codice	DESCRIZIONE PRODOTTO	Confezionamento	Vecchio prezzo Offerto a conf.	Nuovo Codice	DESCRIZIONE PRODOTTO	Confezionamento	Codice CND	N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013)	Nuovo prezzo a conf.
23905	Uriflet S 9 UB	100	21.70	<b>52163</b>	<b>LabUSticks 14F</b>	<b>100 test</b>	W0101060205	<b>2133790</b>	<b>21.70</b>
31111	SG Calibrator set	4	41.40	<b>52169</b>	<b>UnaMx SG Calibrator</b>	<b>16 ml</b>	W0101059002	<b>2133838</b>	<b>41.40</b>
37036	Urine Controls liqua-trol	100	92.40	<b>52172</b>	<b>U14 Control</b>	<b>1 pz.</b>	W0101059002	<b>2133833</b>	<b>92.40</b>
29072	Aution wash solution 1x1000	300	13.75	<b>52162</b>	<b>D21 Detergent</b>	<b>1 pz.</b>	W01029003	<b>2133812</b>	<b>13.75</b>
				<b>52161</b>	<b>D22 Maintenance agent</b>	<b>1 pz.</b>	W01029003	<b>2133815</b>	<b>Sconto merce</b>
U9010	Thermic paper 1x10	1 pz	10.20	<b>U9010</b>	<b>Thermic paper 1x10</b>	<b>1 pz.</b>	<b>Z1302</b>	<b>630548</b>	<b>10.20</b>