



## RELAZIONE CONCLUSIVA

**CIG: Z9928C8867**

**OGGETTO:** Fornitura di una TERMOSALDATRICE occorrente ai Poliambulatori di Via Trento.

**TIPOLOGIA DI PROCEDURA:** Indagine di mercato pubblicata sulla Piattaforma telematica Sintel e visibile a tutti i fornitori

**DITTE CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:**

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Megapharma Ospedaliera Srl      | € 2.620,00 Iva esclusa |
| 2. Fe.ma Srl                       | € 3.688,34 Iva esclusa |
| 3. A.T.H. Attrezzature Ospedaliere | € 4.020,00 Iva esclusa |
| 4. Getinge Italia Srl              | € 4.552,00 Iva esclusa |
| 5. ID & CO Srl                     | € 4.900,00 Iva esclusa |

**DITTA AGGIUDICATARIA:** Getinge Italia Srl di Cinisello Balsamo (Mi)  
Lit-Gandusm Termosaldatrice rotativa modello Gandus Minirò H-Lan Touch

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 4.552,00 Iva esclusa (€ 5.553,44 Iva 22% inclusa)

**FONTE DI FINANZIAMENTO:** DGR X/7539/2017.

### MOTIVAZIONE

La ditta Megapharma Ospedaliera Srl, prima classificata in base al prezzo, offre una termosaldatrice modello SS002TAU (di produzione Tecno-Gaz) che non risulta idonea rispetto a quanto richiesto nella Scheda Caratteristiche Tecniche per i seguenti motivi:

- Non ha il cordone di saldatura da 15 mm come richiesto al punto 2 della “Scheda Caratteristiche Tecniche” – Allegato n. 1 ;
- non ha display a colori e touch screen (punto 4“Scheda Caratteristiche Tecniche” );
- non è fornita di con rulliera come richiesto nella configurazione.

La ditta Fe.ma Srl, seconda classificata in base al prezzo, offre una termosaldatrice modello HM950DC-V+HM500RT (di produzione Hawo) Microprint 2000 che non risulta idonea rispetto a quanto richiesto nella Scheda Caratteristiche Tecniche per i seguenti motivi:

- Non ha il cordone di saldatura da 15 mm come richiesto al punto 2 della “Scheda Caratteristiche Tecniche” – Allegato n. 1.

La ditta A.T.H. Attrezzature Ospedaliere, terza classificata in base al prezzo, offre una termosaldatrice modello Minirò H.NET EVO 2.0 (di produzione Gandus) che non risulta idonea rispetto a quanto richiesto nella Scheda Caratteristiche Tecniche per i seguenti motivi:

- non ha display a colori e touch screen (punto 4“Scheda Caratteristiche Tecniche” ).



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

La ditta Getinge Italia Srl, quarta classificata in base al prezzo, offre una termosaldatrice modello Minirò H-Lan Touch (di produzione Gandus) che risponde ai requisiti richiesti nella Scheda Caratteristiche Tecniche.

Pertanto sulla base di una valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità del prodotto offerto si ritiene di affidare la fornitura alla ditta Getinge Italia Srl per un importo pari ad € 4.552,00 Iva esclusa (€ 5.553,44 Iva 22% inclusa).

#### **CONVENZIONI CONSIP/ARCA**

Non sono attive né in programmazione convenzioni per la tipologia di prodotto richiesto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Cesarino Panarelli

Il Referente della procedura  
Silvia Righi  
Tel. 0376/464897

Data, 16/07/2019

L'originale della presente relazione, debitamente sottoscritto dal Responsabile della Struttura Gestione Acquisti, è depositato in atti.