

**RELAZIONE CONCLUSIVA****NUMERO PROCEDURA:** P2022/OSP_176**OGGETTO:** Fornitura di n. 1 Poltrona prelievi elettrica occorrente alla Casa di Comunità di Viadana**CONVENZIONI ATTIVE CONSIP:** NO**CONVENZIONI ATTIVE AZIENDA REGIONALE ACQUISTI:** NO**CIG - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA:** ZB437F55A2**DATA E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA:** 30/09/2022 – PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA (Affidamento diretto previa richiesta di preventivi) e Portale web aziendale**DITTE INVITATE:**

- Ch Chillari Srl di Saponara (ME)
- FAVERO HEALTH PROJECTS SpA di Montebelluna (TV)
- GIVAS Srl di Saonara (PD)
- I.M. MEDICAL Sas di IVAN MAINI & C. di Bologna (BO)
- INFRATEC Srl di Portomaggiore (FE)
- Malvestio SpA di Villanova di Camposampiero (PD)
- Multi Services Srls di Carobbio degli Angeli (BG)

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 07/10/2022**DITTE OFFERENTI:**

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • INFRATEC Srl | € 1.999,00 iva esclusa |
| • Ch Chillari Srl | € 2.909,00 iva esclusa |
| • GIVAS Srl | € 2.974,50 iva esclusa |
| • FAVERO HEALTH PROJECTS SpA | € 3.233,50 iva esclusa |

FINANZIAMENTO: D.G.R. n° XI/6816**VALUTAZIONE**

A seguito della valutazione tecnica delle offerte, come da nota della Struttura di Ingegneria Clinica del 12/10/2022, conservata in atti, è emerso quanto segue:

- la poltrona mod. SALSA A4 offerta dalla ditta Infratec Srl, prima miglior offerente, non risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste in quanto, in riferimento al requisito 6 "Movimento elettrico dei poggiatesta indipendente", si riscontra che il poggiatesta non è regolabile elettricamente.
Per il suddetto motivo il prodotto offerto non è idoneo.
- la poltrona mod. TB EH227 PLUS offerta dalla ditta Ch Chillari Srl, seconda miglior offerente, non risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste in quanto, in riferimento a quanto richiesto nella configurazione "Poltrona compresa di poggiatesta", si riscontra che la poltrona non è dotata di poggiatesta.
Per il suddetto motivo il prodotto offerto non è idoneo.
- la poltrona mod. AP4300 offerta dalla ditta Givas Srl, terzo miglior offerente, risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste pertanto il prodotto offerto è idoneo.

Sulla base di una valutazione congiunta della congruità del prezzo, della qualità e tipologia di prodotto offerto si ritiene quindi di affidare la fornitura alla Ditta Givas Srl di Saonara (PD) per un importo pari ad € 2.974,50 iva esclusa (€ 3.628,89 Iva 22% inclusa).

PRODOTTO AGGIUDICATO: Poltrona prelievi elettrica ad altezza variabile con pediera elettrica mod. AP4300 completa di asta portaflebo mod. AZ4335 e portarotolo mod. MZ1048**RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:** Dr. Cesarino Panarelli**RESPONSABILE PROCEDIMENTO:** Silvia Righi - tel. 0376/464897**DEC (Direttore Esecuzione del Contratto):** Ing Marco Franzoni – Collaboratore tecnico Struttura di Ingegneria Clinica**IL DIRETTORE STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI****F.to Dott. Cesarino Panarelli**

Mantova, 13/10/2022

L'originale della presente relazione SOTTOSCRITTO è depositato in atti