



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 432 del 08/04/2022

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI SCAMBIATORI DI CALORE E UMIDITA' PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 432 del 08/04/2022

Fascicolo 42/2022 Cl: 1.06.03

Proposta n. 786/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CESARINO PANARELLI il 08/04/2022 11:42:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2022 / 432 del 08/04/2022



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario procedere all'approvvigionamento di "Scambiatori di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati" occorrente alle esigenze delle diverse Strutture Complesse dell'Azienda ospedaliera e dei pazienti afferenti al territorio;

PRESO ATTO che:

- da una verifica effettuata presso ARIA SpA, non risultano convenzioni attive con disponibilità, per tali dispositivi;
- lo stato di avanzamento gare e convenzioni ARIA, aggiornato al 31/03/2022, riporta quale prossima convenzione per tali dispositivi, l'iniziativa ARIA_2022_021.01 "Dispositivi per rianimazione", prevista per il terzo trimestre 2022;
- trattasi di fornitura non rientrante delle categorie di beni e servizi individuate dal DPCM 11/07/2018 per le quali gli Enti Sanitari devono avvalersi in via esclusiva delle iniziative del soggetto aggregatore ARIA Spa o CONSIP Spa;

PRECISATO che con nota in data 03 febbraio 2022, conservata in atti, la Dr.ssa Letizia Corbari, Responsabile della Struttura Semplice Dispositivi Medici Aziendale, ha inviato la descrizione tecnica necessaria all'espletamento della procedura di affidamento e il relativo fabbisogno annuo;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 11/09/2020, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) come modificato dall'art. 51 del DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella L. 29/07/2021, n. 108 che prevede in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) quale soglia di riferimento per l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi le cui procedure siano avviate entro il 30 giugno 2023, un importo inferiore a € 139.000,00;

DATO ATTO della motivazione in ordine ai presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto, che per il caso di specie sono riconducibili a quanto di seguito indicato:

- il valore economico della fornitura da affidare, al netto dell'IVA, è inferiore ad € 139.000,00;

Determina n. 432 del 08/04/2022

Fascicolo 42/2022 CI: 1.06.03

Proposta n. 786/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 08/04/2022 11:42:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2022 / 432 del 08/04/2022



- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello e semplificato, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- i principi della correttezza, di pubblicità, di libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati attraverso la pubblicazione sulla Piattaforma Sintel di una richiesta di preventivo visibile a qualunque operatore economico sia in possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) secondo cui:

- l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, non presuppone una particolare motivazione, nè lo svolgimento di indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi, fermo restando l'obbligo di procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento in contrasto con la ratio che informa il citato DL 16.07.2020 n. 76 e smi.;
- negli affidamenti diretti di cui al sopra citato art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressa mente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lett. b) della medesima disposizione;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

DATO ATTO che, come risulta dalla documentazione agli atti:

- in data 04 febbraio 2022 è stata avviata, ai sensi delle disposizioni sopra citate e mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, procedura di gara accessibile a tutti i fornitori registrati sulla medesima piattaforma telematica, al fine di favorirne la pubblicità, per la fornitura di "Scambiatori di calore e umidità per pazienti tra cheostomizzati";
- entro la data di presentazione delle offerte (18/02/2022 ore 18:00), hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

Determina n. 432 del 08/04/2022

Fascicolo 42/2022 CI: 1.06.03

Proposta n. 786/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 08/04/2022 11:42:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2022 / 432 del 08/04/2022



- Teleflex Medical srl di Varedo (MB);
- Biopsybell srl di Mirandola (MO);
- Intersurgical spa di Mirandola (MO);
- Waldner Tecnologie Medicali srl a socio unico di Verona;
- Mehos srl di Arese (MI);
- Air Liquide Medical System srl di Milano;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa accessoria presentata dalla ditta offerente ed in particolare la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha comportato l'ammissione di tutte le Ditte offerenti;

VISTE le offerte pervenute dalle Ditte partecipanti e di seguito indicate:

- 1 Mehos srl di Arese (MI) prezzo complessivo offerto €11.520,00 iva esclusa;
- 2 Intersurgical spa di Mirandola (MO) prezzo complessivo offerto €11.840,00 iva esclusa;
- 3 Biopsybell srl di Mirandola (MO) prezzo complessivo offerto €13.088,00 iva esclusa;
- 4 Air Liquide Medical System srl di Milano prezzo complessivo offerto €13.120,00 iva esclusa;
- 5 Waldner Tecnologie Medicali srl a socio unico di Verona prezzo complessivo offerto €13.440,00 iva esclusa;
- 6 Teleflex Medical srl di Varedo (MB) prezzo complessivo offerto €16.320,00 iva esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento della fornitura viene effettuato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell'idoneità tecnica del dispositivo offerto, in considerazione dell'utilizzo previsto e della conformità dei dispositivi ai requisiti richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata, rispetto alle condizioni di mercato ricavabili dagli Osservatori Regionale e Nazionale dei Dispositivi Medici;

ACQUISITO il competente parere tecnico riportato nella nota del 04/04/2022, conservata in atti, dalla Dr.ssa Letizia Corbari, Responsabile della Struttura Semplice Dispositivi Medici Aziendale, nella quale si evidenzia quanto segue:

- 1 Il dispositivo della ditta Mehos srl non risulta idoneo in quanto il foro d'ingresso che consente di inserire il sondino per tracheoaspirare è piccolo e non consente l'utilizzo di sondini con calibro superiore a CH14 ed inoltre il tappino richiudibile, tende a non rimanere chiuso, non garantendo il mantenimento della FiO2 impostata; in

Determina n. 432 del 08/04/2022

Fascicolo 42/2022 Cl: 1.06.03

Proposta n. 786/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 08/04/2022 11:42:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2022 / 432 del 08/04/2022



- aggiunta la capsula in testa all'umidificatore non rimane sempre salda nella sua posizione e impone il cambio del dispositivo anzitempo;
- 2 Il dispositivo della ditta Innersurgical spa non risulta idoneo in quanto lo snodo dell'ossigeno è mobile e può portare all'ingincchiamento del tubo dell'ossigeno, specie in pazienti che si muovono;
 - 3 l'idoneità del dispositivo offerto dalla ditta Biopsybell srl, in quanto pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche ed economiche esplicitate nella richiesta d'offerta;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di "Scambiatori di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati", a favore della Ditta Biopsybell srl di Mirandola (MO), per il periodo di seguito indicato, subordinatamente all'eventuale adesione convenzione ARIA_2022_021.01 "Dispositivi per rianimazione", di cui è prevista l'attivazione entro il terzo trimestre 2022;

DATO ATTO che l'affidamento della fornitura oggetto del presente atto comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato al presente atto (Allegato n.1) e per il periodo di validità del contratto decorrente dalla data del presente atto al 05/04/2024 una spesa complessiva presunta pari ad €13.088,00 (Iva 4% e 22% esclusa);

DATO ATTO che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento comporta, a parità di consumi annui, una minor spesa annua pari ad € 96,00 Iva esclusa, in quanto le condizioni economiche dell'attuale aggiudicazione sono più vantaggiose rispetto a quelle precedentemente in essere;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, potrà rendersi necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed im pregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto mediante lettera commerciale tra le parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta procedura Alessandro Rossigalli, coordinatore della SC di Pneumologia del Presidio di Mantova, cui viene demandato il compito di

Determina n. 432 del 08/04/2022

Fascicolo 42/2022 CI: 1.06.03

Proposta n. 786/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 08/04/2022 11:42:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2022 / 432 del 08/04/2022



effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è stato individuato il Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di "Scambiatori di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati" necessario alle diverse Strutture di questa ASST e dei pazienti afferenti al territorio, alle condizioni economiche offerte, a favore della Ditta Biopsybell srl di Mirandola (MO) dalla data del presente atto sino al 05/04/2024, come da prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di dare atto che l'affidamento della fornitura oggetto del presente atto comporta, relativamente ai dispositivi elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo dalla data del presente atto sino al 05/04/2024, una spesa complessiva presunta pari ad € 15.083,92 (Iva 4% e 22% inclusa) da conteggiare sui conti economici n. 80102565, 80102566 dei Bilanci 2022-2023-2024, come di seguito riportato:

Bilancio	Conto economico 80102565	Conto economico 80102566
2022	€ 3.742,35	€ 1.914,12
2023	€ 4.989,80	€ 2.552,16
2024	€ 1.247,45	€ 638,04
TOTALE	€ 9.979,60	€ 5.104,32

Determina n. 432 del 08/04/2022

Fascicolo 42/2022 CI: 1.06.03

Proposta n. 786/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 08/04/2022 11:42:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2022 / 432 del 08/04/2022



3. di autorizzare la stipula del contratto mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta procedura Alessandro Rossi galli, coordinatore della SC di Pneumologia del Presidio di Mantova, cui viene delegato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 432 del 08/04/2022

Fascicolo 42/2022 CI: 1.06.03

Proposta n. 786/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 08/04/2022 11:42:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2022 / 432 del 08/04/2022

Fasc. 2022/42 - Cl. 1.06.03 - Fornitura di SCAMBIATORI DI CALORE E UMIDITA' PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI

PERIODO: dalla data del presente atto al 05/04/2024

DESCRIZIONE ARTICOLO	Codice prodotto	Codice CND	Numero repertorio	CODICE POMA	Quantità in pezzi	IVA	Confezionamento	PREZZO al pezzo	DITTA AGGIUDICATARIA - IMPORTO IVA ESCL. - CIG
Dispositivo monouso per umidificazione e scambio calore in pazienti tracheostomizzati EASY BREATH	BK008BN	R040201	1269765	127630 per ospedale	20.000	22%	100 PEZZI	€ 0,4090	Biopsybell Srl € 13.088,00 Cig: Z92351753D
				127631 per territorio	12.000	4%			

TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA € 15.083,92 IVA 4% e 22% INCL.

