



RELAZIONE CONCLUSIVA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
ai sensi art.36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016

NUMERO PROCEDURA: DM 2019/OSP_89

OGGETTO: Fornitura di n. 1 Set di strumentario per artroscopia della spalla.

STRUTTURA RICHIEDENTE : Struttura Complessa d Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Mantova

DESTINAZIONE : DAY SURGERY ORTOPEDIA P.O. di ASOLA

PRODOTTO AGGIUDICATO : STRUMENTARIO PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA PRODUZIONE DITTA ARTHREX INC.

NOME DEL FORNITORE : Ditta ARTHREX ITALIA Srl di Milano

IMPORTO AFFIDAMENTO : € 8.380,00 Iva 22% esclusa

DPCM art. 9 co.3 DL 24/4/2014 n.66 conv. L. 23/06/2014 n. 89: NO

CIG - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: Z53297F8D3

CUP: n.d.

DATA E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA : 13/08/2019 - PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA

DITTE CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | € 5.169,25 Iva 22% esclusa; |
| 2. SMITH & NEPHEW SRL | € 6.928,00 Iva 22% esclusa; |
| 3. CONMED ITALIA SRL | € 7.436,70 Iva 22% esclusa; |
| 4. ARTHREX ITALIA SRL | € 8.380,00 Iva 22% esclusa. |

VALUTAZIONE

Come indicato nella lettera d'invito, l'offerta doveva essere comprensiva della marcatura con codice DATAMATRIX da prevedere per ogni singolo strumento, OVE FOSSE POSSIBILE (sul singolo strumento).

Le offerte delle ditte Johnson & Johnson Medical spa e Smith & Nephew srl non hanno contemplato la marcatura con codice DATAMATRIX.

Pertanto le due ditte non sono state ammesse al prosieguo della procedura con le seguenti motivazioni:

- L'offerta della ditta Johnson & Johnson Medical Spa non viene ammessa al prosieguo della procedura in quanto la mancata autorizzazione della Ditta concorrente da parte della Ditta produttrice ad apporre la marcatura DATAMATRIX sugli strumenti, escluso che la marcatura costituisca una modifica del prodotto, attiene esclusivamente ai rapporti commerciali interni tra le due Aziende interessate ed è quindi ininfluyente rispetto alla fornitura richiesta da questa ASST con le caratteristiche indicate nella documentazione di gara.
- L'offerta della Ditta Smith & Nephew srl non viene ammessa al prosieguo della procedura in quanto non è ricompresa nell'offerta dello strumentario la quotazione della marcatura DATAMATRIX sui ferri ove fosse possibile apporla come richiesta dalla lettera di invito.

A seguito dell'esame della documentazione tecnica dello strumentario per artroscopia della spalla offerto dalle due ditte ammesse al prosieguo della procedura, Ditta Conmed Italia srl e Ditta Arthrex Italia srl, l'offerta che risulta avere il migliore rapporto qualità prezzo è quella della ditta Arthrex Italia srl per i motivi di seguito indicati:

Le pinze della ditta Conmed, a differenza di quelle offerte dalla Ditta Arthrex, non sono dotate di connessione FLUSHPORT con attacco luerlock.

Questa connessione permette di effettuare i medesimi gesti chirurgici delle pinze convenzionali (quali sono quelle proposte da Conmed), potendo però contemporaneamente aspirare all'interno dell'articolazione in modo tale da poter avere una visione più chiara del campo chirurgico.



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

La pinza sutura cuffia Spectrum AutoPass offerta dalla Ditta CONMED, non permette il caricamento di due fili di sutura contemporaneamente, mentre la pinza sutura cuffia SCORPION MULTIFIRE della Ditta Arthrex lo permette. Tale possibilità data dalla pinza Arthrex fa sì che il chirurgo possa effettuare due passaggi della sutura nella cuffia senza estrarre la pinza dall'articolazione. Tutto ciò permette una riparazione più agevole e con minori tempi chirurgici.

CONVENZIONI ATTIVE CONSIP: NO

CONVENZIONI ATTIVE AZIENDA REGIONALE ACQUISTI : NO

PRESENZA IN PROGRAMMAZIONE AZIENDA REGIONALE ACQUISTI: SI

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO : Dr. Cesarino Panarelli

REFERENTE AMMINISTRATIVO PRATICA: Claudia Ghidoni – tel. 0376/464903

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dr. Giuseppe Consolini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Cesarino Panarelli

Mantova, 20 febbraio 2020

L'originale della presente relazione SOTTOSCRITTO è depositato in atti