

**FORNITURA DI “IALURIL PREFILL siringa preriempita 50 ml”****ESITO ESPLORAZIONE DI MERCATO**

Con riferimento all'Avviso esplorativo di mercato ID n. 139712081, pubblicato sulla Piattaforma Sintel in data 03/05/2021 e avente come data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse il 17/05/2021, per la fornitura del dispositivo medico assemblato:

“IALURIL PREFILL siringa preriempita 50 ml con luer lock e adattatore”

della Ditta IBSA Farmaceutici s.r.l. di Lodi (LO), si comunica che entro il suddetto termine la Ditta MEHOS s.r.l. di Arese (MI) ha presentato manifestazione di interesse alla fornitura in oggetto, allegando la Scheda Tecnica del prodotto “INSTILLAMED”, cod. 351003 (CND: RDM: 1666863, CND: U9099).

La Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, dopo aver esaminato la Scheda Tecnica del suddetto prodotto, con nota del 03/06/2021 conservata in atti, ha espresso la seguente valutazione: l'articolo offerto dalla Ditta MEHOS s.r.l. risulta non avere caratteristiche equivalenti a “IALURIL PREFILL con adattatore” in quanto dal punto di vista della composizione farmacologica offre un grado inferiore di prevenzione delle adesioni batteriche sulle pareti della vescica, mentre dal punto di vista della formulazione tecnica, a differenza di “IALURIL PREFILL”, non possiede un meccanismo di inserzione che consente di evitare l'uso del catetere.

Per i motivi sopra indicati, questa ASST ritiene di che non ci siano gli estremi per procedere all'indizione di una procedura aperta.

Mantova, lì 04/06/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Cesarino Panarelli

L'originale del presente avviso, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, è depositato in atti.

Responsabile del procedimento: Antonella Boni, tel. 0376/464215, e-mail: antonella.boni@asst-mantova.it

Istruttore della pratica: Camilla Caleffi, tel. 0376/464022, e-mail: camilla.caleffi@asst-mantova.it