Mantova, 14 ottobre 2019

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. **Oggetto**

L'Azienda Socio Sanitaria di Mantova, di seguito ASST, con sede in Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova, intende procedere, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/16 alla fornitura ed installazione di un Sistema Completo per Brachiterapia HDR per un importo presunto pari ad € 130.000,00 iva esclusa, da installare nei locali della Radioterapia dell'ASST di Mantova .

I Sistemi offerti dovranno essere compatibili con quanto già presente presso la Struttura di Radioterapia della ASST di Mantova, e precisamente:

1) con gli applicatori di marca Elekta di seguito elencati:

- Set applicatore vaginale 084.350
- Shielded Cylindrical Applicator Set 084.320
- Set Applicatore Standard TC/RM 101.020
- Set Applicatore Fletcher Williamson 085.230
- Bonvoisien Grerard Oesophageal Applicator Set 085.035 087.015
- Set Applicatore ad anello 084.050
- Set applicatori Endometriali Rotte 084.434 Include: 084.230, 084.435, 084.436, 084.437, 084.444, 084.447
- Set Applicatore inserto Freiburg 089.095
- Fletcher Williamson
- Utrecht Fletcher interstiziale
- Vaginal Multichannel

2) con Transfer Tube, X-Ray Catheters, CT Marker e MR Marker per il collegamento degli Applicatori sopra descritti di proprietà della ASST di Mantova;

3) con Software ONCENTRA BRACHY Versione 3.1.6.143 e Software Libreria degli Applicatori di proprietà della ASST di Mantova.

4) collegamento al Sistema O.I.S. MOSAIQ in dotazione alla Struttura di Radioterapia;

Il Sistema di Brachiterapia proposto, compatibile con quanto descritto ai punti 1) 2) - 3) e 4) che precedono, dovrà essere composto come segue:

a) Unità di trattamento Remote Afterloader HDR così composta:

- Sorgente: Ir-192
- Canali di trattamento: almeno 20
- Step Sorgente: Step minimo ≤ 2.5 mm
- Verifiche di sicurezza: Check automatico funzionalità del sistema
- Sorgente di prova su linea indipendente per verifica connessioni, selezione corretta dei canali e loro pervietà.
- Rientro automatico della sorgente in caso di mancanza di alimentazione e salvataggio della parte di trattamento già erogato;
- Sistema meccanico per rientro manuale della sorgente;
- Tubi di trasferimento di tipo idoneo agli applicatori già in dotazione sopra descritti al punto 1) del presente Avviso;
- Definizione delle modalità operative inerenti la sostituzione della sorgente (da 3 a 4 volte/anno);
- Definizione della modalità e tipologia dei controlli in occasione della sostituzione della sorgente.

b) Consolle di trattamento

La ditta dovrà fornire hardware e software per la gestione dell'afterloader.

Il software dovrà connettersi automaticamente all'IOS installato presso il servizio di Radioterapia dell'ASST di Mantova, in modo da ricevere tutti i dati di trattamento (caricamento automatico via rete del piano di cura da IOS e da TPS).

Il sistema dovrà:

- gestire l'archiviazione dei pazienti, e dei relativi trattamenti effettuati, con registrazione della dose erogata;
- verificare pretrattamento attraverso sorgente di prova;
- garantire l'integrità e sicurezza dei dati con funzionalità di backup e ripristino degli stessi;
- garantire l'accesso al software per gli utenti con differenti profili in base ai livelli autorità programmati;
- gestire gli eventi anomali e gli allarmi;
- essere dotato di software di guida per l'utente attraverso il flusso di lavoro della preparazione e somministrazione del trattamento con interfaccia di facile interpretazione e di sistemi di recupero della sorgente con possibilità di interruzione del trattamento con rientro della stessa in emergenza nelle seguenti modalità:
    - Automatico
    - con sistema in grado di garantire il salvataggio in caso di mancanza di alimentazione di rete, e salvataggio del trattamento parzialmente erogato;
    - in caso di apertura della porta della sala di trattamento durante l'esecuzione dello stesso;
    - manuale.

c) Applicatori

- Set applicatori Vaginali (diametro 20, 25,30,35, mm)
- Applicatore ginecologico avanzato

d) Contenitore di trasporto della sorgente;

e) Contenitore di emergenza della sorgente;

f) Strumento di verifica posizionamento della sorgente con fornitura di 4 set di gafcromiche centimetrate;

g) Strumento di controllo della qualità per verifica posizionamento della sorgente;

h) Transfer Tube, X-Ray Catheters, CT Marker e MR Marker necessari per il collegamento degli Applicatori sopra descritti oltre a quelli di proprietà della ASST descritti al punto 2.

2. **Manifestazione di interesse**

Nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, viste anche le Linee Guida n. 8 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 950 del 13/09/2017, l'ASST di Mantova si prefigge, con il presente avviso, lo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per l'avvio di una eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
Gli operatori economici interessati alla fornitura di cui trattasi dovranno far pervenire la loro dichiarazione di manifestazione d'interesse, completa delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, **entro il giorno 29/10/2019 ore 15:00** mediante l'apposita funzione della Piattaforma Sintel, oppure per gli operatori non iscritti alla Piattaforma tramite comunicazione pec all'indirizzo garecontratti@pec.asst-mantova.it.

Alla dichiarazione di manifestazione di interesse, la ditta dovrà allegare:

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione, per le attività riguardanti l'oggetto di gara, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Ai concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Ls 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Adeguata documentazione tecnica schede tecniche, relazioni tecniche, depliant letteratura scientifica, ecc. a comprova della compatibilità dei prodotti proposti con i Sistemi già in dotazione alla Struttura di Radioterapia indicati ai punti 1) - 2) - 3) e 4) che precedono.

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di prossima pubblicazione, pertanto dal momento che la piattaforma SINTEL richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore

economico si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

Il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la non ammissione.

Qualunque chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere inviato mediante Piattaforma Sintel tramite la funzionalità “comunicazioni di procedura”, oppure, per gli operatori non iscritti alla Piattaforma, tramite comunicazione pec all'indirizzo garecontratti@pec.asst-mantova.it.

Il Direttore Struttura Gestione Acquisti
Dr. Cesarino Panarelli

L’originale della presente richiesta, debitamente sottoscritta dal Responsabile della Struttura Gestione Acquisti, è depositato in atti.

Il Referente del Procedimento: Sig.ra Silvia Righi – Tel. 0376/464897; mail silvia.righi@asst-mantova.it