



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 1470 DEL 23/12/2021
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA
DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
ROCHE DIAGNOSTICS SPA**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con atto deliberativo n. 1667 del 31 dicembre 2020 questa Azienda ha disposto l'avvio della procedura aperta, in forma aggregata, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione della fornitura, per 72 (settantadue) mesi, di "Sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo EST ed all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti);

➤ che per l'effettuazione della presente procedura di gara questa Azienda si è avvalsa del Sistema di Intermediazione Telematica dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SpA (ARIA SpA) denominato SINTEL;

CONSIDERATO che in esito alla pubblicazione del Bando integrale di gara è pervenuta, entro il termine perentorio del 05 ottobre 2021, ore 13:00, l'offerta da parte della seguente Ditta:

➤ Ditta Roche Diagnostics S.p.A.;

TENUTO CONTO:

➤ che in data 11 ottobre si è insediato, in seduta pubblica, telematica, il Seggio di gara, individuato con decreto n. 1209 del 07 ottobre 2021, al fine dell'apertura della documentazione amministrativa della Ditta partecipante;

➤ che con determina n. 863 del 25 ottobre, a seguito delle verifiche della documentazione amministrativa presentata in sede di gara, per la quale il Seggio di gara in data 12 ottobre ha redatto un Verbale di seduta riservata, è stata autorizzata l'ammissione della Ditta concorrente alle successive fasi della procedura di gara;

TENUTO CONTO, inoltre, che in data 25 ottobre 2021, in seduta pubblica, telematica, il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice ha effettuato le operazioni di seguito elencate, tutte riportate nel verbale di seduta, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1):

➤ apertura della Documentazione Tecnica, contenuta nelle apposite buste telematiche, presentata dal Concorrente ammesso a tale fase;

➤ verifica della mera presenza e sussistenza della documentazione presentata dalla Ditta concorrente con rinvio alle attività di verifica ed esame da svolgersi da parte della Commissione Giudicatrice circa la completezza e regolarità dei documenti necessari ai fini dell'ammissione sotto il profilo tecnico e della valutazione tecnico-qualitativa;

TENUTO CONTO che la Commissione Giudicatrice, nominata con decreto n. 1209 del 07 ottobre 2021, ha espresso, secondo i criteri di valutazione ed i parametri specificati nel



Disciplinare di Gara, le valutazioni tecnico-qualitative in ordine all'offerta presentata dalla Ditta concorrente, come rappresentato nei verbali relativi alle sedute riservate del 09 novembre e 24 novembre 2021, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (Allegati nn. 2 e 3), le cui risultanze sono riportate in sintesi:

| Ditta | Valutazione Tecnica |
|------------------------------|---------------------|
| Ditta Roche Diagnostics SpA. | punti 70 su 70 |

DATO ATTO che ai fini dell'ammissione delle Ditte concorrenti alla fase di valutazione delle offerte economiche, era stata prevista nella documentazione di gara una soglia di punteggio minimo pari a punti 42/70 sull'offerta tecnica;

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che in data 1° dicembre 2021, in seduta pubblica, tetelematica, sono state effettuate, come rappresentato nel verbale dei lavori del Seggio di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4), le operazioni di gara consistenti in:

- lettura delle valutazioni tecnico-qualitative espresse dalla Commissione Giudicatrice e inserimento delle medesime sulla Piattaforma SINTEL;
- dichiarazione che l'offerta tecnica presentata ha conseguito un punteggio superiore al minimo di 42 punti su 70 disponibili e, pertanto, la Concorrente viene ammessa alla successiva fase di gara relativa all'apertura dell'offerta economica;
- apertura e lettura, tramite la Piattaforma SINTEL, dell'offerta economica presentata dalla Concorrente ammessa alla successiva fase di gara;
- attribuzione, mediante Sistema, del punteggio economico;
- sommatoria automatica del punteggio tecnico ed economico;
- redazione, da parte della Piattaforma SINTEL, della graduatoria con individuazione della Ditta ROCHE Diagnostics SpA quale Ditta provvisoriamente aggiudicataria e titolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportato:

| GRADUATORIA | Punteggio Tecnico Max punti 70 | Punteggio economico Max 30 punti | Punteggio Complessivo | Importo aggiudicazione 72 MESI |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1° Ditta Roche Diagnostics SpA | 70 su 70 | 30 su 30 | 100 su 100 | 1.589.736,00 |

TENUTO CONTO che le condizioni economiche offerte per il periodo contrattuale, pari a 72 (settantadue) mesi, dalla Ditta Roche Diagnostics SpA pari a complessivi € 1.589.736,00, oltre Iva, risultano essere inferiori rispetto al prezzo a base d'asta stabilito dal Bando di gara, fissato in complessivi € 2.054.990,00, oltre Iva, con applicazione di un ribasso d'asta pari al - 22,64021%;

VERIFICATA la regolarità dei lavori e delle operazioni eseguiti dalla Commissione Giudicatrice e dal Seggio di Gara;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva, a favore della Ditta Roche Diagnostics SpA di Monza (MB), della fornitura di "Sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo EST ed all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti);, per il periodo di mesi 72 (settantadue) mesi, a far data dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2027;

DATO ATTO che la predetta aggiudicazione comporta, per il periodo considerato, una spesa presunta pari a complessivi € 1.589.736,00, Iva esclusa, così suddivisa:

| | |
|--|---------------------------|
| - ASST di Mantova (Capofila): | € 370.776,00, Iva esclusa |
| - ASST del Garda: | € 313.536,00, Iva esclusa |
| - ASST della Franciacorta: | € 212.256,00, Iva esclusa |
| - ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo: | € 269.976,00, Iva esclusa |
| - ASST di Bergamo EST: | € 186.576,00, Iva esclusa |
| - ASST di Lodi: | € 236.616,00, Iva esclusa |

CONSIDERATO che in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 317.947,20, (Iva esclusa) entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in ragione della variabile della domanda di prestazioni sanitarie e della particolare natura dell'attività aziendale, potrà essere convenuto con il fornitore la necessità di modificare i quantitativi della fornitura oggetto del contratto, nel limite di un ulteriore 30% di incremento del valore complessivo del contratto, pari ad € 476.920,80, (IVA esclusa);

DATO ATTO che, in quanto già prevista dalla documentazione di gara, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, il contratto potrà essere prorogato per un periodo di 12 mesi, per un importo presunto di spesa pari a € 264.956,00, (Iva esclusa);

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra, il valore complessivo del contratto è stimabile in € 2.649.560,00, (Iva esclusa) così determinato:

- € 1.589.736,00, (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 317.947,20 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;
- € 476.920,80, (IVA esclusa) opzione di incremento del 30%;
- € 264.956,00, (IVA esclusa) opzione di proroga contrattuale di 12 mesi;

DATO ATTO che, relativamente all'ASST di Mantova, la predetta aggiudicazione comporta, per il periodo considerato, una spesa presunta pari a complessivi € 370.776,00, Iva esclusa, così suddivisa:

- quota strisce reattive e materiale di consumo: € 254.976,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80100510 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 35.413,33), 2023 (€ 42.496,00), 2024 (€ 42.496,00), 2025 (€ 42.496,00), 2026 (€ 42.496,00) e 2027 (€ 7.082,67);
- quota strisce materiale di consumo: € 105.000,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80102570 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 14.583,33), 2023 (€ 17.500,00), 2024 (€ 17.500,00), 2025 (€ 17.500,00), 2026 (€ 17.500,00) e 2027 (€ 2.916,67);
- quota locazione delle apparecchiature: € 4.800,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80300500 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 666,67), 2023 (€ 800,00), 2024 (€ 800,00) 2025 (€ 800,00), 2026 (€ 800,00) e 2027 (€ 133,33);
- quota assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature: € 4.800,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80300500 dei rispettivi Bilanci Bilanci 2022 (€ 666,67), 2023 (€ 800,00), 2024 (€ 800,00) 2025 (€ 800,00), 2026 (€ 800,00) e 2027 (€ 133,33);
- quota locazione dei sistemi informativi gestionali e loro manutenzione: € 1.200,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80300500 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 166,67), 2023 (€ 200,00), 2024 (€ 200,00) 2025 (€ 200,00), 2026 (€ 200,00) e 2027 (€ 33,33);

CONSIDERATO che relativamente all'ASST di Mantova l'aggiudicazione della predetta fornitura comporta per l'ASST di Mantova, a parità di prodotti, una minor spesa annua pari a circa € 7.615,00, Iva esclusa, (minor spesa esennale pari ad € 45.690,00, Iva esclusa) da imputare sui conti economici 80100510 (€ 5.200,00), 80102570 (€ 1.250,00) e 80300500 (€ 1.200,00);

RITENUTO:

- di approvare il prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto (Allegato n. 5), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la stipula del contratto nei termini previsti dal Regolamento Aziendale per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi, mediante scrittura privata;

RITENUTO, infine, di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n.

163/2006, la Dr.ssa Fazio Maria Angela, Dirigente Biologo del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi [Bando integrale di gara, Disciplinare di gara, con gli uniti allegati, Capitolato Speciale di fornitura, con gli uniti allegati, Offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria];

DATO ATTO che l'Avviso di aggiudicazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito aziendale www.asst-mantova.it, sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale;

PRECISATO che i dispositivi ed i sistemi diagnostici di cui trattasi non sono oggetto di Contratti/Convenzioni stipulati da ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SpA) e/o da Consip SpA né già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale attribuita ad ARIA;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da BASCHIERI PIERLUIGI, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di aggiudicare, in via definitiva, a favore della Ditta Roche Diagnostics SpA di Monza (MB), la fornitura di "Sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo EST ed all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti), per il periodo di mesi 72 (settantadue) mesi, a far data dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2027, tenuto conto dei lavori della Commissione Giudicatrice, rappresentati nei verbali relativi alle sedute, svoltesi in forma riservata, del 09 e 24 novembre 2021, (Allegati nn. 2 e 3) nonché dei lavori del Seggio di Gara, rappresentati nei verbali relativi alle sedute pubbliche del 25 ottobre 2021 e del 1° dicembre 2021 (Allegato nn. 1 e 4), tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che la predetta aggiudicazione comporta, per il periodo considerato, una spesa presunta pari a complessivi € 1.939.477,92, Iva inclusa, così suddivisa:

| | |
|--|---------------------------|
| - ASST di Mantova (Capofila): | € 452.346,72, Iva inclusa |
| - ASST del Garda: | € 382.513,92, Iva inclusa |
| - ASST della Franciacorta: | € 258.952,32, Iva inclusa |
| - ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo: | € 329.370,72, Iva inclusa |
| - ASST di Bergamo EST: | € 227.622,72, Iva inclusa |
| - ASST di Lodi: | € 288.671,52, Iva inclusa |

3. di dare atto che in ragione di quanto sopra, il valore complessivo del contratto è stimabile in € 3.232.463,20, (Iva esclusa) così determinato:

- € 1.939.477,92, (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 387.895,58 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;
- € 581.843,,38, (IVA esclusa) opzione di incremento del 30%;
- € 323.246,32, (IVA esclusa) opzione di proroga contrattuale di 12 mesi;

4. di dare atto che, relativamente all'ASST di Mantova, la predetta aggiudicazione comporta, per il periodo considerato, una spesa presunta pari a complessivi € 452.346,72, Iva esclusa, così suddivisa:

5. quota strisce reattive e materiale di consumo: € 311.070,72, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80100510 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 43.204,26), 2023 (€ 51.845,12), 2024 (€51.845,12), 2025 (€ 51.845,12), 2026 (€ 51.845,12) e 2027 (€ 8.640,86);

6. quota strisce materiale di consumo: € 128.100,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80102570 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 17.791,67), 2023 (€ 21.350,00), 2024 (€ 21.350,00), 2025 (€ 21.350,00), 2026 (€ 21.350,00) e 2027 (€ 3.558,33);

7. quota locazione delle apparecchiature: € 5.856,00,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80300500 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 813,33), 2023 (€ 976,00), 2024 (€ 976,00) 2025 (€ 976,00), 2026 (€ 976,00) e 2027 (€ 162,67);

8. quota assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature: € 4.800,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80300500 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 813,33), 2023 (€ 976,00), 2024 (€ 976,00) 2025 (€ 976,00), 2026 (€ 976,00) e 2027 (€ 162,67);

9. quota locazione dei sistemi informativi gestionali e loro manutenzione: € 1.464,00, Iva esclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80300500 dei rispettivi Bilanci 2022 (€ 203,33), 2023 (€ 244,00), 2024 (€ 244,00) 2025 (€ 244,00), 2026 (€ 244,00) e 2027 (€ 40,67);

10. di approvare il prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto (All. n. 5), quale parte integrante e sostanziale;

11. di autorizzare la stipula del contratto nei termini previsti dal Regolamento Aziendale per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi, mediante scrittura privata;



12. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50,2016, la Dr.ssa Fazio Maria Angela, Dirigente Biologo del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi [Bando integrale di gara, Disciplinare di gara, con gli uniti allegati, Capitolato Speciale di fornitura, con gli uniti allegati, Offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria];
13. di autorizzare la pubblicazione dell'Avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito aziendale www.asst-mantova.it, sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale;
14. di notificare il presente decreto di aggiudicazione all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo EST ed all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) per quanto di rispettiva competenza;
15. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
BELLOMETTI SIMONA AURELIA
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)




Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato N° 

Fascicolo n. 2020/387/0 - CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) ALL'ASST DEL GARDA, ALL'ASST DELLA FRANCIACORTA, ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'ASST DI BERGAMO EST ED ALL'ASST DI LODI (MANDANTI).

VERBALE SEDUTA PUBBLICA
DI APERTURA OFFERTA TECNICA

VERBALE N. 3

L'anno 2021, il giorno 25 ottobre alle ore 12:00, presso la Sala riunioni del S.I.A (Servizi Informatici Aziendali) del Presidio Ospedaliero di Mantova, si è riunito il Seggio di Gara individuato nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto, con decreto del Direttore Generale n. 1209 del 07/10/2021, come di seguito composto:

- Presidente Seggio: Dott. Raffaele Bonora Dirigente amministrativo Struttura Gestione Acquisti;
- Componente Seggio: Sig.ra Lorella Ruggeri, Collaboratore Amministrativo Struttura Gestione Acquisti
- Componente Seggio con funzioni di Segretario verbalizzante: Dott. Pier Luigi Baschieri, Collaboratore Amministrativo Esperto Struttura Gestione Acquisti.

si è insediata la Commissione Giudicatrice, nominata con medesimo decreto del Direttore Generale, nella seguente composizione:

- Presidente di Commissione: Dr. Maurizio Giovanetti, Dirigente Biologo del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova, presente in collegamento telematico;
- Componente Commissione: Ing. Marco Siliprandi, Responsabile Area Amministrativa e Clinico Sanitaria (Sistemi Informativi Aziendali);
- Componente Commissione: Dr. Giovanni Zandonatti, Coordinatore Tecnici SIMT;

e, per conto della Ditta di seguito indicata sono presenti, in forma telematica, i Sigg.ri, muniti di idonea delega (D) o procura (P) di seguito indicati:

Ditta Roche Diagnostics SpA _____ Dr.ssa Vittoria Musarella x D P

Quanto sopra premesso, il Presidente del Seggio di Gara dichiara aperta la seduta pubblica.

Mediante l'ausilio della Piattaforma SINTEL, si dà avvio alle operazioni previste dal Disciplinare di gara per la presente seduta che vengono di seguito riassunte:



- comunicazione che il Seggio di gara, a seguito della seduta pubblica, svoltasi in data 11 ottobre 2021, nella quale ha provveduto ad aprire, la "Busta elettronica" contenente la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta concorrente, nella seduta riservata svoltasi in data 12 ottobre 2021, ha effettuato le operazioni di verifica della regolarità e completezza della documentazione medesima;
- comunicazione che in data 25/10/2021, con determina dirigenziale n. 863, è stata autorizzata l'ammissione della Ditta ROCHE Diagnostics SpA di Monza (MB) alle successive fasi della procedura per l'affidamento della fornitura in service in oggetto;
- chiusura della fase di valutazione della "Busta amministrativa";
- apertura delle "Busta elettronica" contenente l'Offerta Tecnica verificando la mera presenza della documentazione presentata con rinvio alle attività di verifica ed esame che verranno svolte dalla Commissione Giudicatrice circa la completezza e la regolarità dei documenti necessari ai fini dell'ammissione sotto il profilo tecnico e della valutazione tecnico qualitativa di merito;
- allo scaricamento (Down Load) della documentazione tecnica presentata dal Concorrente.

Il Presidente del Seggio informa i presenti che per l'apertura dell'Offerta economica si procederà a stabilire una nuova data di seduta pubblica, alla conclusione dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ed alla conclusione dell'assegnazione dei punteggi a quanto offerto da parte della Commissione Giudicatrice.

Tale seduta pubblica verrà effettuata nella data e negli orari che saranno comunicati al Concorrente almeno 2 giorni prima della data fissata, a mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma SINTEL.

Le offerte delle Ditte sono depositate sulla Piattaforma SINTEL che ne garantisce la segretezza, l'integrità e l'inviolabilità dei contenuti.

La seduta, della quale viene redatto il presente verbale viene chiusa alle ore 12:30. Il presente verbale è costituito di n. 3 pagine e di n. 0 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Païolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



Fascicolo n. 2020/387/0-CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) ALL'ASST DEL GARDA, ALL'ASST DELLA FRANCIACORTA, ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'ASST DI BERGAMO EST ED ALL'ASST DI LODI (MANDANTI).

VERBALE N. 1 LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta riservata del 09 novembre 2021

L'anno 2021, il giorno 09 novembre, alle ore 14.15, presso la sala riunioni della Struttura Complessa Qualità Accreditamento Risk Management dell'ASST di Mantova, Presidio Ospedaliero di Mantova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, individuata nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe con decreto del Direttore Generale n. 1209 del 25/10/2021.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Presidente di Commissione: Dr. Maurizio Giovanetti, Dirigente Biologo del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova;
- Componente Commissione: Ing. Marco Siliprandi, Responsabile Area Amministrativa e Clinico Sanitaria (Sistemi Informativi Aziendali);
- Componente Commissione: Dr. Giovanni Zandonatti, Coordinatore Tecnici SIMT;

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Giovanni Zandonatti.

La Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e, quindi, la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

La Commissione Giudicatrice prende atto :

- che con atto deliberativo n.1667 del 31 dicembre 2020, è stato disposto l'avvio della procedura aperta, aggregata, in forma telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di "SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) ALL'ASST DEL GARDA, ALL'ASST DELLA FRANCIACORTA, ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'ASST DI BERGAMO EST ED ALL'ASST DI LODI (MANDANTI)";

- che il Bando integrale di gara è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 01/09/2021 e pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n.106 – V Serie Speciale del 13/09/2021;

- che la procedura di gara è stata pubblicata sulla Piattaforma Telematica denominata SINTEL e sul profilo dell'ASST di Mantova in data 08/09/2021;

- che con atto deliberativo n. 1209 del 7 ottobre /2021, sono stati nominati, per la presente procedura, il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice;

- che l'ASST di Mantova per la presente procedura non si avvale di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 55/2019, facoltà dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di esaminare le offerte tecnico-economiche prima della verifica dell'idoneità amministrativa dei Concorrenti.

- in data 25 ottobre 2021, in seduta pubblica, come documentato nel verbale della relativa seduta, è stata disposta l'ammissione dell'offerta della Ditta Roche Diagnostics SpA, unica concorrente, alla successiva fase di valutazione tecnico-qualitativa.

La Commissione Giudicatrice prende, altresì, atto:

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il punteggio tecnico qualitativo verrà determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base ai seguenti elementi e parametri di valutazione:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

| N. | PARAMETRI | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----|-------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| 1 | Modalità utilizzo glucometri. | Glucometri dotati di semplicità di lettura e di utilizzo, maneggevoli e resistenti agli urti, facili da sanificare e con ridotta manutenzione. | 3 | | |
| 2 | Tempo di misura. | Tempo di misurazione minore possibile. | | 3 (Verrà presa in considerazione con modalità direttamente proporzionale la differenza tra il tempo di misurazi | 1 |



| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------|
| | | | | one massimo ammissibile, pari a 6,99 secondi, e i tempi di misurazione proposti dai Concorrenti.) | |
| 3 | Range operativo maggiore di +15° / +40° gradi. | Presenza di un range più ampio. | | | 1 (SI/NO) |
| 4 | Range ematocrito elevato. | Range di ematocrito il più elevato possibile. | | 3 (Verrà presa in considerazione con modalità direttamente proporzionale l'ampiezza del range compreso tra il valore massimo ed il valore minimo offerto.) | |
| | Possibilità di verifiche | | | | |



| | | | | | |
|----|---|--|--|-----------------------------------|--------------|
| 5 | automatiche all'inserimento della striscia. | Controllo integrità della striscia. | | | 1 (SI/NO) |
| 6 | Elevata autonomia lavorativa a batteria (espressa in numero misurazioni consecutive). | Autonomia lavorativa a batteria (espressa in numero misurazioni consecutive) la più elevata possibile. | | 3 (direttamente proporzionale) | |
| 7 | Verifica campionamento | Controllo elettronico della quantità campione depositato. | | | 2 (SI/NO) |
| 8 | Controllo operatività di nuovi utilizzatori. | Possibilità di utilizzo dello strumento da parte di nuovi operatori in modalità controllata da supervisore | | | 2 (SI/NO) |
| 9 | Gestione controlli di VEQ. | Possibilità di effettuare la verifica esterna di qualità in una specifica modalità operativa dello strumento comprensiva della registrazione nell'archivio dati interno in una sezione dedicata. | | | 2 (SI/NO) |
| 10 | Disconnessione automatica dell'operatività dell'operatore | Dopo un intervallo di tempo di inutilizzo (programmabile), possibilità di disconnessione automatica dell'utente attivo sullo strumento (logout automatico dell'operatore). | | | 3 (SI/NO) |
| 11 | Gestione collegamento al software del Laboratorio. | Avvertimento e successivo blocco automatico dello strumento (configurabili) in caso di prolungato mancato scarico dei dati o di mancata connessione al software gestionale. | | | 2 (SI/NO) |
| 12 | Storicizzazione del paziente. | Estrazione, raggruppamento e visualizzazione automatica dei soli risultati di uno specifico paziente contenuti nel database dello strumento, attraverso immissione diretta del codice di identificazione univoco relativo a quel | | | 3 (SI/NO) |



| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--------------|
| | | paziente. | | | |
| 13 | Accettabilità barcode. | Regole relative alla struttura del barcode operatore e paziente che implicano la non accettabilità di qualsiasi altra struttura barcode non coerente (es. lunghezza, posizione, sequenza numerica o alfanumerica dei caratteri). | 2 | | |
| 14 | Controllo batteria. | Possibilità di effettuare una diagnosi in tempo reale dello stato di efficienza della batteria del glucometro in relazione al suo grado di usura e livello di capacità di carica raggiunto. | | | 2 (SI/NO) |
| 15 | Gestione risultati esterni al glucometro. | Possibilità di inserimento sul glucometro di risultati paziente, risultati del controllo di qualità e relativi commenti a test eseguiti su altri dispositivi . | | | 2 (SI/NO) |
| 16 | Range di misurazione della glicemia più ampio di 20-500 mg/dl. | Range di misurazione della glicemia più ampio possibile. | | | 2 (SI/NO) |
| 17 | Standardizzazione delle strisce | Strisce plasma calibrate secondo standardizzazione IFCC | | | 3 (SI/NO) |
| 18 | Pungidito. | Non dolorosi per caratteristiche di affilatura. | 2 | | |
| 19 | Pungidito monouso. | Sistemi pungidito monouso a profondità regolabile. | | | 2 (SI/NO) |
| 20 | Volume di sangue capillare | Volume di sangue capillare utilizzato minore possibile. | | 3 (Verrà presa in considerazione con modalità direttamente proporzio | |



| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--------------|
| | | | | nale la differenz a tra il volume di sangue capillare massimo ammissibile, pari a 1,49 μ L, ed il volume di sangue capillare utilizzato come proposto dai Concorrenti.) | |
| 21 | Gestione dei Presidi Ospedalieri multipli. | Gestione di Presidi Ospedalieri multipli che consenta con un'unica struttura informatica la gestione differenziata di ambiti ospedalieri separati ma raggiunti dalla stessa rete informatica e consenta di gestire, con differenti visibilità, i vari Presidi a seconda degli specifici profili utenti appositamente autorizzati con regole predefinite. | | | 2 (SI/NO) |
| 22 | Caratteristiche di sistema "multihost". | Middleware con caratteristiche di interfacciamento "multi-host" (ADT-LIS-HIS) per adattarsi alle diverse realtà informatiche degli Enti interessati per collegamenti e indirizzamenti multipli e diversificati. | | | 2 (SI/NO) |
| 23 | Gestione operatori. | Modalità di gestione degli operatori autorizzati con relativa gerarchia e profili operativi. | 2 | | |



| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--------------|
| 24 | Ricertificazione operatori. | Criteri di ricertificazione degli operatori (periodo temporale, criteri di produttività, stato della formazione). | 2 | | |
| 25 | Generazione di avvisi o allarmi in caso di violazione di regole personalizzabili. | Definizione e generazione di allarmi ed esecuzione di eventuali blocchi in caso di violazione di regole personalizzabili relativamente agli operatori, ai controlli di qualità e ai tipi di materiali utilizzati. | | | 2 (SI/NO) |
| 26 | Gestione dei lotti delle strisce. | Gestione completa del flusso delle informazioni dei lotti delle strisce e delle soluzioni di controllo lotto per lotto con attivazione centralizzata di nuovi lotti di strisce e di controlli prima della loro distribuzione ai reparti utilizzatori. | | | 2 (SI/NO) |
| 27 | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri. | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri da parte del middleware che consenta di modificare le regole definite per ogni singolo glucometro o per gruppi di glucometri. | 2 | | |
| 28 | Riconfigurazione da remoto relativa agli operatori. | Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi per la gestione degli operatori autorizzati con relativa profilazione. | | | 2 (SI/NO) |
| 29 | Riconfigurazione da remoto relativa ai pazienti. | Riconfigurazione da remoto delle regole di gestione di eventuali blocchi legati alla identificazione dei pazienti. | | | 2 (SI/NO) |
| 30 | Riconfigurazione da remoto relativa ai materiali. | Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi riguardanti la modalità di inserimento dei lotti strisce reagenti e di inserimento dei materiali di controllo di qualità e delle relative scadenze. | | | 2 (SI/NO) |
| 31 | Riconfigurazione delle regole di allarme. | Riconfigurazione da remoto delle regole generali che si riferiscono alla gestione del livello di gravità degli allarmi e degli errori (per la conseguente attivazione e disattivazione). | | | 2 (SI/NO) |

| | | | | | |
|----|---|---|----|-----------------------------------|----|
| 32 | Numero di installazioni attive in Italia. | Numero delle installazioni di progetti analoghi a quello richiesto con glucometri con controllo remoto, middleware di gestione e interfacciamento effettuate sul territorio italiano presso strutture accreditate pubbliche e private | 13 | 2 (direttamente proporzionale) | 43 |
|----|---|---|----|-----------------------------------|----|

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 42 su 70. Il Concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica è come di seguito indicato:

1. A ciascuno dei criteri cui è assegnato un punteggio discrezionale identificato nella colonna "D", i singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni Concorrente, un coefficiente che va da 0 a 1. Tale coefficiente sta ad indicare in quale misura è espresso il giudizio di valore sull'elemento di valutazione preso in considerazione in ciascuna offerta.

I coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente griglia:

| VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
|--------------------------|--------------|
| Eccellente | 1 |
| Ottimo | 0,9 |
| Buono | 0,8 |
| Discreto | 0,7 |
| Sufficiente | 0,6 |
| Quasi sufficiente | 0,5 |
| Scadente | 0,4 |
| Insufficiente | 0,3 |
| Gravemente insufficiente | 0,2 |
| Inadeguato | 0,1 |
| Non valutabile | 0 |

La Commissione Giudicatrice opererà, per ciascuno degli elementi di valutazione, la seguente formula:

$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione del criterio (a); ovvero punteggio tecnico attribuito al concorrente (a);

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i);

$V(a)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero ed uno.



Terminata l'attribuzione dei coefficienti, la Commissione calcolerà la media aritmetica attribuita dai singoli commissari (si calcola la somma dei coefficienti e si divide per il numero di Commissari). Tale media sarà moltiplicata per il valore di punteggio massimo disponibile per ogni criterio di valutazione.

A ciascuno dei criteri cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato nella colonna "Q", il relativo punteggio è assegnato mediante l'applicazione di una proporzione direttamente o indirettamente proporzionale, secondo quanto specificato nella tabella di cui al punto 17.1 che precede.

A ciascuno dei criteri cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella di cui al punto 17.1 che precede, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto ovvero in ragione dell'entità della presenza di una data qualità.

La Commissione Giudicatrice procederà quindi con la sommatoria dei punteggi calcolati per ciascun criterio con le metodologie sopra descritte. Saranno escluse dal proseguimento della procedura le offerte che, a seguito delle suddette operazioni, non avranno raggiunto complessivamente i 6/10 del punteggio tecnico complessivo (ossia punti 42).

Per i soli Concorrenti ammessi, al fine di non alterare i pesi stabiliti, se relativamente al singolo criterio di valutazione nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, inteso come punteggio massimo attribuibile, secondo le modalità sopra esposte, tale punteggio verrà riparametrato (c.d. prima riparametrazione).

La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al Concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio di valutazione il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, applicando la formula:

$$\text{Punteggio } (A_i) = P(A_i) * P(MAX) / P(MAX \text{ off})$$

dove:

Punteggio (A_i): punteggio riparametrato sul criterio considerato dal concorrente A;

P(A_i): punteggio complessivo sul criterio considerato ottenuto dal concorrente A;

P(MAX): punteggio massimo del criterio considerato;

P(MAX off): punteggio massimo ottenuto da un concorrente sul criterio considerato.

6. Se al termine della prima riparametrazione nessun concorrente ottiene il punteggio complessivo massimo, si procede alla seconda riparametrazione.

La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto (70 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente applicando la formula:

$$\text{Punteggio FINALE } (A) = P_1(A) * 70 / P(MAX \text{ off})$$

dove:

Punteggio FINALE (A): punteggio riparametrato complessivo ottenuto dal concorrente A;

P₁(A): punteggio complessivo qualitativo ottenuto dal concorrente A;

P(MAX off): punteggio massimo complessivo qualitativo ottenuto da un concorrente.

Tutte le operazioni di calcolo verranno effettuate con arrotondamento sino al secondo decimale con il seguente criterio di calcolo: se la terza cifra decimale varia da 0 a 4 la cifra precedente rimane invariata; se la terza cifra decimale varia da 5 a 9, la cifra precedente verrà maggiorata di una unità.



Le offerte non rispondenti alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie richieste nel Capitolato (Allegato P1) verranno escluse.

A tali Ditte non verrà pertanto attribuito alcun punteggio per l'aspetto tecnico qualitativo, salvo comunque l'obbligo della Commissione Giudicatrice di motivarne l'esclusione.

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione dell'offerta, la Commissione Giudicatrice non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici.

Qualora la mancanza degli elementi di giudizio fosse ritenuta di rilevanza sostanziale ed insanabile, la Commissione Giudicatrice potrà proporre l'esclusione della Ditta interessata.

Il Disciplinare di gara prevede la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata idonea sotto il profilo tecnico-qualitativo e congrua sotto il profilo economico.

Quanto sopra premesso, il Presidente dà inizio ai lavori.

Il Segretario presenta al Presidente della Commissione Giudicatrice la Documentazione Tecnica depositata dalla Ditta concorrenti sulla Piattaforma telematica SINTEL e da questa scaricata.

La Commissione Giudicatrice verifica, innanzitutto, che la Documentazione Tecnica presentata dalla Concorrente sia completa e conforme alle prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara (Allegato n. 1).

A conclusione delle suddette operazioni di verifica, la Commissione accerta la presenza di alcune incongruenze all'interno di alcuni documenti tecnici presentati dalla Concorrente come di seguito indicate:

1. al punto 15.2.A "Relazione progettuale strumento", nel paragrafo n.1 "Tipo di Sistemi che la Ditta Roche Diagnostics SpA propone di installare" relativamente all'ASST di Bergamo Est, vengono offerti n. 80 strumenti anziché i n. 56 strumenti indicati nel "Prospetto Fabbisogni - Allegato P2";
2. nelle schede di offerta senza prezzi, e per precisione, nell'allegato "Materiale di consumo" mancano i riferimenti delle Aziende aggregate in quanto è citata esclusivamente solo l'ASST di Mantova (Capofila) e, pertanto, non si riescono ad identificare le schede di rispettiva competenza;
3. nelle schede di offerta senza prezzi, per precisione nell'allegato "Scheda offerta canoni di locazione apparecchiatura, assistenza tecnica ed interfacciamento", sono stati riportati dei numeri di apparecchiature offerte non corrispondenti con quanto richiesto nell'allegato "Prospetto fabbisogni- Allegato P2". In particolare per l'ASST Bergamo Est sono stati offerti n. 70 strumenti anziché n.56 strumenti indicati e per l'ASST di Lodi sono stati offerti n. 56 strumenti anziché n. 70 strumenti richiesti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, quanto sopra premesso, evidenzia al R.U.P. la necessità di ottenere un chiarimento da parte della Ditta Roche Diagnostics SpA, a mezzo della Piattaforma SINTEL mediante l'utilizzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura", al fine di verificare se le imprecisioni presenti nella documentazione tecnica siano da considerarsi come errori materiali.

La Commissione, inoltre, condivide la necessità di avvalersi della consulenza della Struttura di Ingegneria Clinica di questa ASST per la valutazione, nell'ambito della Documentazione tecnica prodotta, della rispondenza delle apparecchiature offerte alle normative vigenti.

Conclusi i lavori, il Presidente di Commissione dispone la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati al Responsabile Unico del Procedimento, per gli adempimenti di competenza, incaricando il Segretario di procedere in tal senso.

Esauriti con ciò i lavori dell'odierna seduta riservata, la Commissione Giudicatrice si aggiorna per le ore 10:00 del giorno 24 novembre 2021, con la presenza di tutti i Componenti, che vengono così informati della loro partecipazione.

La Commissione dà infine atto che la documentazione di gara e l'offerta della Concorrente, tutta in versione originale, è depositata sulla Piattaforma SINTEL che garantisce la sicurezza, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione medesima.

La seduta viene quindi dichiarata chiusa alle ore 12:45.
Il presente verbale è costituito di n. 11 pagine e di n. 1 allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASSST di Mantova (Capofila), all'ASSST del Garda, all'ASSST della Franciacorta, all'ASSST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASSST di Bergamo Est, ad all'ASSST di Lodi (Aziende Mandanti).

Codice CIG: 888679702 -

| DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA (da Disciplinare di Gara) | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | NOTE |
|--|-------------------------|--|
| Elenco della documentazione prodotta - rif. 15.1 | Presente | |
| Indicazione della documentazione o di parte di essa che il concorrente intende sottrarre al diritto di accesso - RELATIVAMENTE ALLA STRUMENTAZIONE | Presente | |
| Relazione tecnica recante la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche delle strumentazioni offerte con relativi accessori e software -middleware - rif. 15.2.A | Presente | Al punto 15.2.A "Relazione progettuale strumento", nel paragrafo n.1 "Tipo di Sistemi che la Ditta Roche Diagnostics SpA propone di installare" relativamente all'ASSST di Bergamo Est, vengono offerti n. 80 strumenti anziché i n. 56 strumenti indicati nel "Prospetto Fabbisogni - Allegato P2". |
| Progetto dettagliato della realizzazione della fornitura sia in relazione alle apparecchiature, sia in relazione ai software-middleware offerti contenente un cronoprogramma delle fasi della sua attuazione in ciascuna ASSST destinataria della fornitura - rif. 15.2.B | Presente | |
| Dichiarazione, firmata digitalmente, recante il nominativo ed i riferimenti del produttore se diverso dalla Ditta concorrente- rif. 15.2.C | Presente | |
| Nel caso in cui la Ditta concorrente rivesta la qualifica di rivenditore, è richiesta la produzione di: Dichiarazione, in copia scansionata, fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evinca che il Concorrente è autorizzato a distribuire e commercializzare le apparecchiature offerte; scansionata, fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno della stessa a mantenere la qualifica di rivenditore alla Società concorrente per l'intera durata contrattuale; Dichiarazione, in copia scansionata, fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno ad assicurare, per l'intera durata contrattuale, la continuità della fornitura alle stesse condizioni di aggiudicazione, qualora per qualsiasi motivo l'aggiudicatario perda la qualifica di rivenditore - rif. 15.2.C ovvero, in alternativa, Dichiarazione, in copia scansionata, fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno ad assicurare, per l'intera durata contrattuale, la continuità della fornitura alle stesse condizioni di aggiudicazione, qualora per qualsiasi motivo l'aggiudicatario perda la qualifica di rivenditore - rif. 15.2.C | Presente | |
| Copia scansionata delle Schede Tecniche delle apparecchiature offerte e dei relativi accessori. Le Schede Tecniche devono essere redatte in lingua italiana; in caso siano disponibili solo Schede Tecniche in lingua diversa da quella italiana, le Dite concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale, corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, ai sensi del DPR 445/2000 - rif. 15.2.D | Presente | |
| Copia scansionata delle Certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme in materia di sicurezza I.E.C. 10, 10 o CEI 66.5, marchio CE, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 332 dell'8 settembre 2000, emendato con il D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE, recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro") relativamente alle apparecchiature offerte - rif. 15.2.E | Presente | |

| DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA (da Disciplinare di Gara) | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | NOTE |
|--|-------------------------|------|
| Dichiarazione, firmata digitalmente, relativa alla classificazione, ultimo livello, delle attrezzature offerte con riferimento alla CND e, qualora prevista, al numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici c/o il Ministero della Salute - rif.15.2.F | Presente | |
| Relazione, firmata digitalmente, circa l'eventuale necessità di condizionamento dei locali, specificando temperatura ed umidità, il cui onere per la realizzazione delle relative opere edili ed impiantistiche sarà comunque a carico del Fornitore - rif. 15.2.G | Presente | |
| Copia scansionata delle Certificazioni di qualità eventualmente possedute relative al produttore, alle apparecchiature offerte ed al servizio di assistenza tecnica e di manutenzione preventiva e correttiva- rif. 15.2.H | Presente | |
| Relazione, firmata digitalmente, sull'analisi dei rischi connessi all'utilizzo delle apparecchiature offerte - rif. 15.2.I | Presente | |
| Elenco, firmato digitalmente, di tutti i Centri, pubblici e/o privati, nazionali di installazioni di progetti analoghi a quello richiesto di glucometri con controllo da remoto, middleware di gestione e interfacciamento - rif. 15.2.J | Presente | |
| Quant'altro la Ditta ritenga indispensabile o utile documentare per la completa illustrazione delle apparecchiature proposte, che ne faccia comprendere appieno le caratteristiche tecnico-funzionali-operative, avuto riguardo agli elementi di valutazione previsti al paragrafo 17 – 17.1 Disciplinare. - rif. 15.2.K | _____ | |
| RELATIVAMENTE ALLE STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA, DEI CONTROLLI E SISTEMI PUNGIDITO ED ALTRO EVENTUALE MATERIALE OFFERTO | | |
| Relazione tecnica, firmata digitalmente, recante la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche delle strisce per la determinazione della glicemia, dei controlli e sistemi pungidito ed altro eventuale materiale offerto - rif. 15.3.A | Presente | |
| Nel caso in cui la Ditta concorrente rivesta la qualifica di rivenditore, è richiesta la produzione di: a) Dichiarazione, in copia scansionata, fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evinca che il Concorrente è autorizzato a distribuire e commercializzare i prodotti offerti; b) Dichiarazione, in copia scansionata, fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno della stessa a mantenere la qualifica di rivenditore alla Società concorrente per l'intera durata contrattuale; c) Dichiarazione, in copia scansionata, fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno ad assicurare, per l'intera durata contrattuale, la continuità della fornitura alle stesse condizioni di aggiudicazione, qualora per qualsiasi motivo l'aggiudicatario perda la qualifica di rivenditore.- rif. 15.2.C | Presente | |
| 15.3.C) Dichiarazione, firmata digitalmente, attestante la stabilità dei prodotti offerti, il numero dei livelli dei controlli offerti - rif. 15.3.C | Presente | |
| 15.3.D) Relazione, firmata digitalmente, in ordine al tipo di rifiuto generato ed allo smaltimento dei reflui tossico nocivi prodotti dagli analizzatori offerti - rif. 15.3.D | Presente | |
| Copia scansionata delle Certificazioni di conformità alle normative vigenti (D. Lgs. n. 332 dell'8 settembre 2000, emendato con il D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37 – Recepimento Direttiva 2007/47/CE, recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico –diagnostici in vitro") - rif. 15.3.E | Presente | |

| DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA (da Disciplinare di Gara) | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | NOTE |
|--|-------------------------|------|
| Copia scansionata delle Schede Tecniche, di sicurezza e tossicologiche, per ogni prodotto offerto, conformemente a quanto disposto dalla Direttiva 93/112/CEE e dal D.M. 28.01.1992 - rif. 15.3.F | Presente | |
| Relazione, firmata digitalmente, relativamente alla durata dei prodotti offerti, e dei consumabili e le modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali tossici e nocivi) e la quantità giornaliera di tali materiali di risulta, ciò per consentire alle Aziende Sanitarie di adempiere agli obblighi di legge conseguenti allo smaltimento (DPR, n.915 del 10.9.1982) - rif. 15.3.G | Presente | |
| Dichiarazione, firmata digitalmente, relativamente alla classificazione, ultimo livello, dei prodotti offerti con riferimento alla CND e, qualora previsto, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici c/o il Ministero della Salute - rif. 15.3.H | Presente | |
| Quant'altro la Ditta ritenga indispensabile o utile documentare per la completa illustrazione dei prodotti proposti, che ne faccia comprendere appieno le caratteristiche tecnico-funzionali-operative -rif. 15.3.I | Presente | |
| Dichiarazione, firmata digitalmente, o Copia scansionata della Certificazione di conformità al D.Lgs. n. 46/97 e al Regolamento (UE) 2017/745 -rif. 15.3.J | Presente | |
| Copia scansionata dei foglietti illustrativi (ove previsti dalla normativa), con le istruzioni d'uso secondo quanto previsto dalla normativa vigente - rif. 15.3.K | Presente | |
| Quant'altro la Ditta ritenga indispensabile o utile documentare per la completa illustrazione dei prodotti proposti, che ne faccia comprendere appieno le caratteristiche tecnico-funzionali-operative, avuto riguardo agli elementi di valutazione previsti al paragrafo 17 - 17.1 del Disciplinare - rif. 15.3.J | _____ | |
| RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA | | |
| Relazione tecnica, firmata digitalmente, che descriva dettagliatamente il progetto di addestramento e formazione e aggiornamento del personale delle Aziende Sanitarie, la tipologia e le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica sui glucometri e sui software midleware - rif. 15.4.A | Presente | |
| Quant'altro la Ditta ritenga indispensabile o utile documentare per la completa illustrazione dei prodotti proposti, che ne faccia comprendere appieno le caratteristiche tecnico-funzionali-operative, avuto riguardo agli elementi di valutazione previsti al paragrafo 17 - 17.1 del Disciplinare - rif. 15.4.B | Presente | |
| RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI | | |

| DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA (da Disciplinare di Gara) | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | NOTE |
|---|-------------------------|---|
| <p>Copia dell'offerta economica presentata, firmata digitalmente, priva delle quotazioni economiche, pena l'esclusione redatta come da schemi d'offerta - rif. 15.5</p> | <p>Presente</p> | <p>Nelle schede di offerta senza prezzi, e per precisione, nell'allegato "Materiale di consumo" mancano i riferimenti delle Aziende aggregate in quanto è citata esclusivamente solo l'ASST di Mantova (Capofila) e, pertanto, non si riescono ad identificare le schede di rispettiva competenza.</p> <p>Nelle schede di offerta senza prezzi, per precisione nell'allegato "Scheda offerta cannoni di locazione apparecchiatura, assistenza tecnica ed interfacciamento", sono stati riportati dei numeri di apparecchiature offerte non corrispondenti con quanto richiesto nell'allegato "Prospetto fabbisogni- Allegato P2". In particolare per l'ASST Bergamo Est sono stati offerti n. 70 strumenti anziché n.56 strumenti indicati e per l'ASST di Lodi sono stati offerti n. 56 strumenti anziché n. 70 strumenti richiesti.</p> |

Fascicolo n. 2020/387/0-CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) ALL'ASST DEL GARDA, ALL'ASST DELLA FRANCIACORTA, ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'ASST DI BERGAMO EST ED ALL'ASST DI LODI (MANDANTI).

VERBALE N. 2 LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta riservata del 24 novembre 2021

L'anno 2021, il giorno 24 novembre, alle ore 10:00, presso la sala riunioni della Struttura Complessa Qualità Accreditamento Risk Management dell'ASST di Mantova, Presidio Ospedaliero di Mantova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, individuata nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe con decreto del Direttore Generale n. 1209 del 25/10/2021.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Presidente di Commissione: Dr. Maurizio Giovanetti, Dirigente Biologo del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova;
- Componente Commissione: Ing. Marco Siliprandi, Responsabile Area Amministrativa e Clinico Sanitaria (Sistemi Informativi Aziendali);
- Componente Commissione: Dr. Giovanni Zandonatti, Coordinatore Tecnici SIMT;

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Giovanni Zandonatti.

La Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e, quindi, la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

Quanto sopra premesso la Commissione giudicatrice prende atto:

- che a seguito della richiesta di precisazioni circa l'offerta tecnica presentata in sede di offerta dalla Ditta Roche Diagnostics SpA, direttamente sulla Piattaforma SINTEL, mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" (comunicazione ID n. 147525197 del 15 novembre 2021), che viene allegata al presente Verbale (Allegato n. 1), è stata regolarmente riscontrata dal destinatario.

Si dà lettura della risposta alla richiesta di precisazioni pervenuta, che viene allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2).

La Commissione valuta le precisazioni esaustive rispetto ai quesiti sottoposti alla Ditta interpellata.

- che nella seduta del 09 novembre 2021 aveva condiviso la necessità di avvalersi della consulenza della Struttura di Ingegneria Clinica di questa ASST per la valutazione, nell'ambito della Documentazione tecnica prodotta, della rispondenza delle apparecchiature offerte alle normative vigenti.

La Commissione nella presente seduta prende atto che con nota del 10 novembre 2021, a seguito della richiesta di consulenza tecnica indirizzata alla Struttura Semplice – Servizio di Ingegneria Clinica, è pervenuta alla Struttura Gestione Acquisti – Settore Diagnostici e farmaci – la risposta in merito a quanto richiesto, come di seguito indicata:

- la strumentazione Roche Diagnostics SpA è da ritenersi conforme alle normative vigenti (Allegato n. 3).

La Commissione prosegue, quindi, l'attività di verifica della rispondenza della strumentazione offerta rispetto alla configurazione ed alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie previste, pena l'esclusione, dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, Allegato P1.

A conclusione delle operazioni di verifica della congruità delle strumentazioni offerte rispetto a quanto sopra citato, sulla base di quanto indicato nel prospetto allegato (Allegato n. 4), quale parte integrante e sostanziale, la Commissione condivide all'unanimità la conclusione che l'offerta della Concorrente possiede i requisiti minimi ed obbligatori richiesti, pena l'esclusione, dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, Allegato P1.

La Commissione Giudicatrice, tenuto conto del parere dell'Ing. Responsabile Area Amministrativa e Clinico Sanitaria (Sistemi Informativi Aziendali), componente della stessa Commissione per la valutazione nell'ambito della documentazione tecnica prodotta, continua i lavori con la valutazione degli aspetti informatici presenti nel Capitolato Speciale Tecnico Descrittivo prestazionale e sintetizzabili nei seguenti punti:

- Art.3 Sistema informativo gestionale - Gestione remota dei glucometri;
- Art.7 Assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva;
- Art.8 Aggiornamento tecnologico;
- Art.10 Sicurezza della rete.

ritenendo che quanto dichiarato e descritto nella documentazione di gara presentata dalla Ditta Roche Diagnostics SpA sia conforme e soddisfi i requisiti richiesti.

La Commissione, a conclusione della valutazione degli aspetti informatici, condivide all'unanimità la conclusione che quanto dichiarato e descritto nella documentazione di gara presentata dalla Ditta Roche Diagnostics SpA sia conforme e soddisfi i requisiti richiesti minimi ed obbligatori richiesti, pena l'esclusione, dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, Allegato P1.

Quanto sopra accertato l'offerta della Ditta Concorrente risulta idonea e viene, pertanto, ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica di merito.

La Commissione prosegue l'attività di analisi dell'offerta ai fini della valutazione tecnica di merito seguendo l'ordine degli elementi di giudizio e relativi parametri indicati all'art. 17 e 17.1 "Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte" del Disciplinare di Gara.

La Commissione procede, collegialmente, all'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo per gli elementi di giudizio Tabellari nn. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, che riportano la dicitura "SI/NO", e per ogni elemento di valutazione, attribuisce la totalità dei punti previsti se il requisito è presente, ovvero nessun punto se il requisito non è presente;

I risultati delle suddette operazioni sono riportati nella scheda allegata al presente verbale (Allegato n. 5).

Terminata l'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo per gli elementi di giudizio Tabellari, la Commissione procede collegialmente all'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo per gli elementi di giudizio Quantitativi nn. 2, 4, 6, 20, 32.

A ciascuno dei criteri cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato nella colonna "Q", il relativo punteggio è assegnato mediante l'applicazione di una proporzione direttamente o indirettamente proporzionale, secondo quanto specificato nella tabella di cui al punto 17.1 che precede.

I risultati di tali operazioni sono riportati nelle schede allegate al presente verbale (Allegato n. 6).

La Commissione procede, inoltre, all'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo per gli elementi di giudizio Discrezionali nn. 1, 13, 18, 23, 24, 27;

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica è come di seguito indicato:

- A ciascuno dei criteri cui è assegnato un punteggio discrezionale identificato nella colonna "D", i singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni Concorrente, un coefficiente che va da 0 a 1. Tale coefficiente sta ad indicare in quale misura è espresso il giudizio di valore sull'elemento di valutazione preso in considerazione in ciascuna offerta.

I coefficienti vengono attribuiti tenuto conto della griglia di valutazione precedentemente indicata.

- Terminata l'attribuzione dei coefficienti, la Commissione calcola la media aritmetica attribuita dai singoli commissari (si calcola la somma dei coefficienti e si divide per il numero di Commissari). Tale media è moltiplicata per il valore di punteggio massimo disponibile per ogni criterio di valutazione.

I risultati di tali operazioni sono riportati nelle schede allegate al presente verbale (Allegati nn. 7, 8, 9, 10).



La Commissione Giudicatrice, procede, quindi, alla sommatoria dei punteggi calcolati per ciascun criterio con le metodologie sopra descritte.

Il risultato finale ottenuto viene riassunto nella tabella di seguito riportata:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA |
|--|-----------------------------|
| Caratteristiche tecniche dei Sistemi Analitici offerti – Massimo punti 70 | PUNTI 69,42 SU 70 |

Il Presidente ricorda ai Commissari che ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 42 su 70.

Il Concorrente viene quindi ammesso al prosieguo della procedura di gara avendo superato la soglia di sbarramento.

Al termine dell'attribuzione dei punteggi all'offerta della Ditta Roche Diagnostics SpA, la Commissione procede alle operazioni indicate al punto 5 del paragrafo 17.2 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara e precisamente:

- alla riparametrazione del punteggio per gli elementi di valutazione nn. 1, 13, 18, 23 e 24 qualora nessun Concorrente abbia conseguito il punteggio massimo attribuibile per l'elemento di valutazione stesso (c.d. prima riparametrazione) (Allegato n. 11).

A conclusione dei lavori si allega al presente Verbale il prospetto riassuntivo delle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice con le relative motivazioni (Allegato n. 12).

Il risultato finale, che la Commissione Giudicatrice ha ottenuto operando secondo quanto previsto all'art. 17 – 17.1 - "Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte" del Disciplinare di Gara", viene riassunto nella tabella di seguito riportata:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA |
|--|-----------------------------|
| Caratteristiche tecniche dei Sistemi Analitici offerti – Massimo punti 70 | PUNTI 70 SU 70 |

Terminate le suddette operazioni di valutazione tecnica, la Commissione Giudicatrice all'unanimità approva la seguente graduatoria finale:

❖ **Ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA**

punti 70 SU 70

Conclusi i lavori, il Presidente di Commissione dispone la trasmissione del presente verbale e del verbale del 09 novembre 2021, nonché dei rispettivi allegati, al Responsabile



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Unico del Procedimento, per gli adempimenti di competenza, incaricando il Segretario di procedere in tal senso.

La Commissione dà infine atto che la documentazione di gara e l'offerta della Concorrente, tutta in versione originale, è depositata sulla Piattaforma SINTEL che garantisce la sicurezza, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione medesima.

La seduta viene quindi dichiarata chiusa alle ore 13,30.

Il presente verbale è costituito di n. 5 pagine e di n. 12 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO | GUIDA | VAI AL PORTALE | LOGOFF

**SINTEL**

Numero verde 800.116.738

E-PROCUREMENT SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

|  Vedi il mio profilo |  Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione

Dettaglio della procedura

Documentazione di gara

Storia offerte

Lista partecipanti

Aggiudicazione procedura

Comunicazioni procedura

Report di procedura

Crea Bando

Modello della procedura

Notifiche

Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA DI GARA

APERTA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI ANALITICI

COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA...

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)**Stato ricezione messaggio**

Di seguito le informazioni relative allo stato di ricezione del messaggio. Ogni fornitore visualizza i messaggi inviati all'interno della funzionalità "Comunicazioni della procedura". Il fornitore ha la possibilità di inviare alla stazione appaltante una conferma dell'avvenuta lettura del messaggio.

| ID | DATA INVIO | DESTINATARI |
|-----------|--------------------------------------|--|
| 147525197 | lunedì 15 novembre 2021 16.39.52 CET | Roche Diagnostics S.p.A. : Ricevuto il mercoledì 17 novembre 2021 11.52.12 CET |

Dati messaggio

| OGGETTO | TESTO MESSAGGIO |
|--|--|
| Richiesta chiarimenti_ Offerta Tecnica_Ditta Roche Diagnostics | <p>Spett.le Ditta,</p> <p>la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione dell'offerta tecnica relativa alla procedura di cui in oggetto, nella seduta in data 09/11/2021 ha evidenziato che nella documentazione da Voi presentata, si rilevano alcune incongruenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.al punto 15.2.A "Relazione progettuale strumento", nel paragrafo n.1 "Tipo di Sistemi che la Ditta Roche Diagnostics SpA propone di installare" relativamente all'ASST di Bergamo Est, vengono offerti n. 80 strumenti anziché i n. 56 strumenti indicati nel "Prospetto Fabbisogni - Allegato P2"; 2.nelle schede di offerta senza prezzi, e per precisione, nell'allegato "Materiale di consumo" mancano i riferimenti delle Aziende aggregate in quanto è citata esclusivamente solo l'ASST di Mantova (Capofila) e, pertanto, non si riescono ad identificare le schede di rispettiva competenza; 3.nelle schede di offerta senza prezzi, per precisione nell'allegato "Scheda offerta canoni di locazione apparecchiatura, assistenza tecnica ed interfacciamento", sono stati riportati dei numeri di |

apparecchiature offerte non corrispondenti con quanto richiesto nell'allegato "Prospetto fabbisogni- Allegato P2". In particolare per l'ASST Bergamo Est sono stati offerti n. 70 strumenti anziché n.56 strumenti indicati e per l'ASST di Lodi sono stati offerti n. 56 strumenti anziché n. 70 strumenti richiesti.

Si chiede se le imprecisioni contenute nell'offerta tecnica siano da considerarsi meri errori materiali. Se affermativa la risposta, si chiede di produrre una dichiarazione a rettifica dei suddetti errori materiali entro mercoledì 17 nov. 2021, al fine di rendere l'offerta coerente in tutti i suoi componenti.

Cordialità
Pierluigi Baschieri

OK

Allegato N° 2

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO | GUIDA | VAI AL PORTALE | LOGOFF



SINTEL

Numero verde 800.116.738

E-PROCUREMENT

SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE BUDGET PROCEDURE ANAC L.190

Utente: PANARELLI CESARINO - Impiegato

Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

MENU

Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte
 Lista partecipanti
 Aggiudicazione procedura
 Comunicazioni procedura
 Report di procedura
 Crea Bando
 Modello della procedura
 Notifiche
 Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA DI GARA

APERTA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI ANALITICI
 COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA...

Ritorna all'elenco delle procedure

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

| ID | DATA INVIO | MITTENTE | DATA RICEZIONE |
|-----------|---|--------------------------|---|
| 147611181 | mercoledì 17 novembre 2021 14.23.56 CET | Roche Diagnostics S.p.A. | Ricevuto il mercoledì 17 novembre 2021 17.43.35 CET |

Dati messaggio

OGGETTO TESTO MESSAGGIO

RE: Richiesta
 chiarimenti_
 Offerta
 Tecnica_Ditta
 Roche
 Diagnostics

Spett.le Ente,
 in riferimento a quanto in oggetto si allega nostra
 comunicazione / dichiarazione.

Cordiali saluti
 Roche Diagnostics Spa

 Testo del messaggio originale:

Spett.le Ditta,

la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione dell' offerta tecnica relativa alla procedura di cui in oggetto, nella seduta in data 09/11/2021 ha evidenziato che nella documentazione da Voi presentata, si rilevano alcune incongruenze:

1.al punto 15.2.A "Relazione progettuale strumento", nel paragrafo n.1 "Tipo di Sistemi che la Ditta Roche Diagnostics SpA propone di installare" relativamente all'ASST di Bergamo Est, vengono offerti n. 80 strumenti anziché i n. 56 strumenti indicati nel "Prospetto Fabbisogni - Allegato P2";

2.nelle schede di offerta senza prezzi, e per precisione, nell'allegato "Materiale di consumo" mancano i riferimenti delle Aziende aggregate in quanto è citata esclusivamente solo l'ASST di Mantova (Capofila) e, pertanto, non si riescono ad identificare le schede di rispettiva competenza;

3.nelle schede di offerta senza prezzi, per precisione nell'allegato "Scheda offerta canoni di locazione apparecchiatura, assistenza tecnica ed interfacciamento", sono stati riportati dei numeri di apparecchiature offerte non corrispondenti con quanto richiesto nell'allegato "Prospetto fabbisogni- Allegato P2". In particolare per l'ASST Bergamo Est sono stati offerti n. 70 strumenti anziché n.56 strumenti indicati e per l'ASST di Lodi sono stati offerti n. 56 strumenti anziché n. 70 strumenti richiesti.

Si chiede se le imprecisioni contenute nell'offerta tecnica siano da considerarsi meri errori materiali. Se affermativa la risposta, si chiede di produrre una dichiarazione a rettifica dei suddetti errori materiali entro mercoledì 17 nov. 2021, al fine di rendere l'offerta coerente in tutti i suoi componenti.
Cordialità
Pierluigi Baschieri

NOME ALLEGATO

dichiarazione.pdf.p7m

Esito verifiche automatiche sul file
(firma digitale, alterazione, marca
temporale):



OK | RISPONDI



Spettabile
ASST DI MANTOVA
STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 MANTOVA MN

Monza, 16/11/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA), ALL'ASST DEL GARDA, ALL'ASST DELLA FRANCIACORTA, ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXII DI BERGAMO, ALL'ASST DI BERGAMO EST ED ALL'ASST DI LODI (MANDANTI).

Vs richiesta chiarimenti Offerta Tecnica del 15/11/2021

DICHIARAZIONE

La sottoscritta ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., società unipersonale, con sede legale ed uffici amministrativi in Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110 - telefono n. 039/2817.1 e telefax n. 039/2817670 e 039/2817678 - iscritta presso la C.C.I.A.A. Metropolitana di Milano-Monza/Brianza-Lodi - data di iscrizione 05/10/2016 - iscritta nella sezione ordinaria il 19/02/1996 con C.F., P.I. e Registro Imprese al n. 10181220152 - iscritta al R.E.A. di Monza e Brianza n. MB1350535 il 05/10/2016 - Codice attività n. 46.90.00 - Ufficio delle Imposte Dirette in Milano, Via Manin 25 Presidente Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Rappresentante Legale Lars Håkan JOHANSSON nato a Södertälje - Stoccolma (Svezia) il 02/08/1968, codice fiscale JHNSH68M02Z132B, domiciliato per la carica in Monza, Viale G.B. Stucchi 110 - rappresentata da:

Lars Håkan Johansson nato a Södertälje - Stoccolma (Svezia) il 02/08/1968, domiciliato per la carica in Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110, codice fiscale JHNSH68M02Z132B, in qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'impresa ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.

in riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla gara in oggetto

DICHIARA

Che le imprecisioni contenute nell'offerta tecnica sono da considerarsi meri errori materiali, e che pertanto

- 1) punto 15.2.A "Relazione progettuale strumento", nel paragrafo n.1 "Tipo di Sistemi che la Ditta Roche Diagnostics SpA propone di installare" relativamente all'ASST di Bergamo Est, vengono offerti n. 80 strumenti anziché i 56 strumenti indicati nel "Prospetto Fabbisogni - Allegato P2":
si confermano nr. 56 strumenti all'ASST di Bergamo Est

Roche Diagnostics S.p.A.
- società unipersonale

Sede Legale: 20900 Monza MB
Viale G.B. Stucchi, 110
Capitale sociale EUR 18.060.000 i.v.
C.F./P.IVA/Registro Imprese Milano -
Monza/Brianza - Lodi 10181220152

Centralized & POC Solutions
Tender Administration

Tel. +390392817069
Numero verde 800-650651
Fax +039/2817670 - 039/2817678
www.roche.it
vittoria.musarella@roche.com

- 2) nelle schede di offerta senza prezzi, e per precisione, nell'allegato "Materiale di consumo" mancano i riferimenti delle Aziende aggregate in quanto è citata esclusivamente solo l'ASST di Mantova (Capofila) e, pertanto, non si riescono ad identificare le schede di rispettiva competenza
si conferma errore materiale di inserimento sull'intestazione di tutti i fogli excel dell' ASST MANTOVA, e che l'ordine è invece il medesimo riportato per gli altri allegati (reagenti e strumenti), e precisamente:
1° foglio ASST MANTOVA
2° foglio ASST DEL GARDA
3° foglio ASST FRANCIACORTA
4° foglio ASST PAPA GIOVANNI XXIII BG
5° foglio ASST DI BERGAMO EST
6° foglio ASST DI LODI
- 3) nelle schede di offerta senza prezzi, per precisione nell'allegato "Scheda offerta canoni di locazione apparecchiatura, assistenza tecnica ed interfacciamento", sono stati riportati dei numeri di apparecchiature offerte non corrispondenti con quanto richiesto nell'allegato "Prospetto fabbisogni- Allegato P2". In particolare per l'ASST Bergamo Est sono stati offerti n. 70 strumenti anziché n.56 strumenti indicati e per l'ASST di Lodi sono stati offerti n. 56 strumenti anziché n. 70 strumenti richiesti
si confermano nr. 56 strumenti all'ASST di Bergamo Est e nr 70 strumenti all' ASST di Lodi

A disposizione per ulteriori chiarimenti o necessità, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
Lars Håkan Johansson
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Semplice
Servizio Ingegneria Clinica
Responsabile Ing. Lucio Attolini
sic.mantova@asst-mantova.it
tel. 0376/464931 | fax 0376/327780
Strada Lago Paiolo 10, Mantova (MN)

allegato N° 3

P.G. N. 55856/2021

Prot. N. 564/21

Mantova, 10/11/2021

OGGETTO: Parere Tecnico – Fornitura Sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) – Glucometro Accu-Check II. CT_055_21.

Vs/rif: Prot n. 55800 del 10/11/2021.

Egr. Dott.
Cesarino Panarelli
GESTIONE ACQUISTI

In merito all'oggetto, e sulla base della documentazione trasmessa, esprimiamo il seguente parere. L'apparecchiatura:

| DITTA | MODELLO | CE | Norma CEI |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|
| Roche Diagnostics | ACCU-CHECK INFORM II | 98/79/CE | CEI EN 61010-1 |

è da ritenersi conforme alle normative vigenti.

Cordiali saluti.

L'INGEGNERE CLINICO
(Attolini Lucio)

Il responsabile del procedimento: Ing. Attolini Lucio ☎ 0376 464253
Il referente del procedimento: Ing. Pagano Roberto ☎ 0376 464931

055_21_Parere_Glucometro ACCU CHECK_POCT

1

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partitc

Fascicolo n. 2020/387 /0-CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA, IN FORMA TELEMATICA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) ALL'ASST DEL GARDA, ALL'ASST DELLA FRANCIACORTA, ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'ASST DI BERGAMO EST ED ALL'ASST DI LODI (MANDANTI).

RIEPILOGO SISTEMI OFFERTI

| DITTA | SISTEMI PROPOSTI |
|-----------------------|--|
| ROCHE DIAGNOSTICS SPA | I sistemi analitici offerti per ciascuna della Aziende Sanitarie partecipanti alla procedura in oggetto sono dettagliatamente individuati nelle n. 12 pagine di Schede di Offerta senza prezzi – Allegati D5 - allegate al presente documento. |

| N. | PARAMETRI | CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MASSIMO PUNTI | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA | MOTIVAZIONE |
|----|--|--|---------------|--|-----------------------------|-------------|
| 3 | Range operativo maggiore di +15° / +40° gradi. | Presenza di un range più ampio. PUNTI 1 SI PUNTI 0 NO | 1 | TABELLARE | 1 | |
| 5 | Possibilità di verifiche automatiche all'inserimento della striscia. | Controllo integrità della striscia. PUNTI 1 SI PUNTI 0 NO | 1 | TABELLARE | 1 | |
| 7 | Verifica campionamento. | Controllo elettronico della quantità campione depositato. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 8 | Controllo operatività di nuovi utilizzatori. | Possibilità di utilizzo dello strumento da parte di nuovi operatori in modalità controllata da supervisore. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 9 | Gestione controlli di VEQ. | Possibilità di effettuare la verifica esterna di qualità in una specifica modalità operativa dello strumento comprensiva della registrazione nell'archivio dati interno in una sezione dedicata. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 10 | Disconnessione automatica dell'operatività dell'operatore. | Dopo un intervallo di tempo di inutilizzo (programmabile), possibilità di disconnessione automatica dell'utente attivo sullo strumento (logout automatico dell'operatore). PUNTI 3 SI PUNTI 0 NO | 3 | TABELLARE | 3 | |
| 11 | Gestione collegamento al software del Laboratorio. | Avvertimento e successivo blocco automatico dello strumento (configurabili) in caso di prolungato mancato scarico dei dati o di mancata connessione al software gestionale. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 12 | Storizzazione del paziente. | Estrazione, raggruppamento e visualizzazione automatica dei soli risultati di uno specifico paziente contenuti nel database dello strumento, attraverso immissione diretta del codice di identificazione univoco relativo a quel paziente. PUNTI 3 SI PUNTI 0 NO | 3 | TABELLARE | 3 | |
| 14 | Controllo batteria. | Possibilità di effettuare una diagnosi in tempo reale dello stato di efficienza della batteria del glucometro in relazione al suo grado di usura e livello di capacità di carica raggiunto. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 15 | Gestione risultati esterni al glucometro. | Possibilità di inserimento sul glucometro di risultati paziente, risultati del controllo di qualità e relativi commenti a test eseguiti su altri dispositivi. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|---|-----------|---|--|
| 16 | Range di misurazione della glicemia più ampio possibile. SI PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 17 | Standardizzazione della siringa SI PUNTI 0 NO | PUNTI 3 | 3 | TABELLARE | 3 | |
| 19 | Pungidito monouso. SI PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 21 | Gestione dei Presidi Ospedalieri multipli. Gestione di Presidi Ospedalieri multipli che consenta con un'unica struttura informatica la gestione differenziata di ambiti ospedalieri separati ma raggiunti dalla stessa rete informatica e consenta di gestire, con differenti visibilità, i vari Presidi a seconda degli specifici profili utenti appositamente autorizzati con regole predefinite. PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 22 | Caratteristiche del sistema multihost Middleware con caratteristiche di interfacciamento "multi-host" (ADT-LJS-HIS) per adattarsi alle diverse realtà informatiche degli Enti interessati per collegamenti e indirizzamenti multipli e diversificati. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 25 | Generazione di avvisi o allarmi in caso di violazione di regole personalizzabili. Definizione e generazione di allarmi ed esecuzione di eventuali blocchi in caso di violazione di regole personalizzabili relativamente agli operatori, ai controlli di qualità e ai tipi di materiali utilizzati. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 26 | Gestione dei lotti delle siringhe. Gestione completa del flusso delle informazioni dei lotti delle siringhe e delle soluzioni di controllo lotto per lotto con attivazione centralizzata di nuovi lotti di siringhe e di controlli prima della loro distribuzione ai reparti utilizzatori. PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 28 | Riconfigurazione da remoto relativa agli operatori. Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi per la gestione degli operatori autorizzati con relativa profilazione. PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 29 | Riconfigurazione da remoto relativa ai pazienti. Riconfigurazione da remoto delle regole di gestione di eventuali blocchi legati alla identificazione dei pazienti. PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 30 | Riconfigurazione da remoto relativa ai materiali. Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi riguardanti la modalità di inserimento dei lotti siringhe reagenti e di inserimento dei materiali di controllo di qualità e delle relative scadenze. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 31 | Riconfigurazione delle regole di allarme. Riconfigurazione da remoto delle regole generali che si riferiscono alla gestione del livello di gravità degli allarmi e degli errori (per la conseguente attivazione e disattivazione). PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|----|--|----|--|
| | TOTALE MASSIMO PUNTI 4370 | 43 | | 43 | |
|--|---------------------------|----|--|----|--|

| Fascicolo n. 2020/387/0 - CL.1.06.03 | | Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo Est, ad all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) | | Codice CIG: 886679702 - | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|--|
| CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE | | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA | MOTIVAZIONE | |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | MASSIMO PUNTI | | | |
| N. | PARAMETRI | | | | |
| 2 | Tempo di misura | 3 | QUANTITATIVO | 3 | |
| 4 | Range ematocrito elevato. | 3 | QUANTITATIVO | 3 | |
| 6 | Elevata autonomia lavorativa a batteria (espressa in numero misurazioni consecutive). | 3 | QUANTITATIVO | 3 | |
| 20 | Volume sangue capillare | 3 | QUANTITATIVO | 3 | |
| 32 | Numero di installazioni attive in Italia | 2 | QUANTITATIVO | 2 | |
| TOTALE MASSIMO PUNTI 14/70 | | 14 | | 14 | |

| Fascicolo n. 2020/387/0 - CL.1.06.03 | | Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT), occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo Est, ad all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) | | Codice CIG: 888679702 - | | |
|--|--|---|---------------|--|-----------------------------|-------------|
| LORO ATRIBUITI DISCREZIONALMENTE DAL COMMISSARIO A | | | | | | |
| N. | PARAMETRI | CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MASSIMO PUNTI | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA | MOTIVAZIONE |
| 1 | Modalità utilizzo glucometri. | Glucometri dotati di semplicità di lettura e di utilizzo, maneggevoli e resistenti agli urti, facili da sanificare e con ridotta manutenzione. | 3 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 13 | Accettabilità barcode. | Regole relative alla struttura del barcode operatore e paziente che implicano la non accettabilità di qualsiasi altra struttura barcode non coerente (es. lunghezza, posizione, sequenza numerica o alfanumerica dei caratteri). | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 18 | Pungidito. | Non dolorosi per caratteristiche di affiliaura. | 2 | DISCREZIONALE | 0,50 | |
| 23 | Gestione operatori. | Modalità di gestione degli operatori autorizzati con relativa gerarchia e profili operativi. | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 24 | Ricertificazione operatori. | Criteri di ricertificazione degli operatori (periodo temporale, criteri di produttività, stato della formazione). | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 27 | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri. | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri da parte del middleware che consenta di modificare le regole definite per ogni singolo glucometro o per gruppi di glucometri. | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| TOTALE MASSIMO PUNTI 13/70 sulla media dei valori attribuiti dai tre Commissari | | | | | 5,50 | |

| Fascicolo n. 2020/38710 - CL. 1.06.03 | | Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo Est, ad all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) | | Codice CIG: 888679702 - | | |
|---|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| VALORI ATTRIBUITI DISCREZIONALMENTE DAL COMMISSARIO B | | | | | | |
| N. | PARAMETRI | CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | MASSIMO PUNTI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA | MOTIVAZIONE |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | | | | | |
| 1 | Modalità utilizzo glucometri. | Glucometri dotati di semplicità di lettura e di utilizzo, maneggevoli e resistenti agli urti, facili da sanificare e con ridotta manutenzione. | DISCREZIONALE | 3 | 0,95 | |
| 13 | Accettabilità barcode. | Regole relative alla struttura del barcode operatore e paziente che implicano la non accettabilità di qualsiasi altra struttura barcode non coerente (es. lunghezza, posizione, sequenza numerica o all'numerica dei caratteri). | DISCREZIONALE | 2 | 0,9 | |
| 18 | Pungidito. | Non dolorosi per caratteristiche di affilatura. | DISCREZIONALE | 2 | 1 | |
| 23 | Gestione operatori. | Modalità di gestione degli operatori autorizzati con relativa gerarchia e profili operativi. | DISCREZIONALE | 2 | 0,9 | |
| 24 | Ricertificazione operatori. | Criteri di ricertificazione degli operatori (periodo temporale, criteri di produttività, stato della formazione). | DISCREZIONALE | 2 | 0,9 | |
| 27 | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri. | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri che consenta di modificare le regole definite per ogni singolo glucometro o per gruppi di glucometri. | DISCREZIONALE | 2 | 1 | |
| TOTALE MASSIMO PUNTI 13/70 | | | | 13 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------|--|
| Fascicolo n. 2020/3870 - CL.1.06.03 | | | | | | | |
| Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo Est, ad all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) | | | | | | | |
| Codice CIG: 888679702 - | | | | | | | |
| VALORI ATTRIBUITI DISCREZIONALMENTE DAL COMMISSARIO C | | | | | | | |
| N. | PARAMETRI | CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE | | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA | MOTIVAZIONE | |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | | | | | | |
| 1 | Modalità utilizzo glucometri. | Glucometri dotati di semplicità di lettura e di utilizzo, maneggevoli e resistenti agli urti, facili da sanificare e con ridotta manutenzione. | | 3 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 13 | Accettabilità barcode. | Regole relative alla struttura del barcode operatore e paziente che implicano la non accettabilità di qualsiasi altra struttura barcode non coerente (es. lunghezza, posizione, sequenza numerica o alfanumerica dei caratteri). | | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 18 | Pungidito. | Non dolorosi per caratteristiche di affilatura. | | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 23 | Gestione operatori. | Modalità di gestione degli operatori autorizzati con relativa gerarchia e profili operativi. | | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 24 | Ricertificazione operatori. | Criteri di ricertificazione degli operatori (periodo temporale, criteri di produttività, stato della formazione). | | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| 27 | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri. | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri da parte del middleware che consenta di modificare le regole definite per ogni singolo glucometro o per gruppi di glucometri. | | 2 | DISCREZIONALE | 1 | |
| TOTALE MASSIMO PUNTI 1370 | | | | 13 | | 6 | |

| Fascicolo n. 2020/38770 - CL.1.06.03 | | Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofille), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo Est, ad all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) | | Codice CIG: 888679702 - | | |
|--|--|---|---------------|--|--|---|
| C.R. LORI MEDI ATTRIBUITI DISCREZIONALMENTE DAI COMMISSARI | | | | | | |
| N. | PARAMETRI | CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MASSIMO PUNTI | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA (A+B+C):3 MEDIA (A + B + C) X MASSIMO PUNTI 0,98 X 3 = 2,94 | MOTIVAZIONE |
| 1 | Modalità utilizzo glucometri. | Glucometri dotati di semplicità di lettura e di utilizzo, maneggevoli e resistenti agli urti, facili da sanificare e con ridotta manutenzione. | 3 | DISCREZIONALE | (1 + 0,95 + 1): 3 = 0,98 | I glucometri potrebbero avere un touch screen più reattivo. |
| 13 | Accettabilità barcode. | Regole relative alla struttura del barcode operatore e paziente che implicano la non accettabilità di qualsiasi altra struttura barcode non coerente (es. lunghezza, posizione, sequenza numerica o alfanumerica dei caratteri). | 2 | DISCREZIONALE | (1 + 0,9 + 1): 3 = 0,97 | Migliorabile la correlazione automatica tra barcode operatore e utenza applicativo su IT1000. |
| 18 | Pungidito. | Non dolorosi per caratteristiche di affilatura. | 2 | DISCREZIONALE | (0,50 + 1 + 1): 3 = 0,83 | Ottima qualità ma ovviamente la valutazione è soggettiva. |
| 23 | Gestione operatori. | Modalità di gestione degli operatori autorizzati con relativa gerarchia e profili operativi. | 2 | DISCREZIONALE | (1 + 0,9 + 1): 3 = 0,97 | La gestione e in particolare la configurazione dell'ID operatori potrebbe essere più snella. |
| 24 | Ricertificazione operatori. | Criteri di ricertificazione degli operatori (periodo temporale, criteri di produttività, stato della formazione). | 2 | DISCREZIONALE | (1 + 0,9 + 1): 3 = 0,97 | Potrebbe migliorare la correlazione tra ID operatore utilizzata dai POCT e le anagrafiche dei dipendenti. |
| 27 | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri. | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri da parte del middleware che consenta di modificare le regole definite per ogni singolo glucometro o per gruppi di glucometri. | 2 | DISCREZIONALE | (1 + 1 + 1): 3 = 1 | Si ritengono le modalità di controllo adeguate e soddisfacenti. |
| TOTALE MASSIMO PUNTI 13/70 | | | 13 | | | 12,42 |

| Fascicolo n. 2020/38770 - CL.1.06.03 | | | | | | |
|--|---|---|---------------|--|-----------------------------|------------------|
| Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo Est, ad all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) | | | | | | |
| Codice CIG: 886679702 - | | | | | | |
| CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE | | | | | | |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | | | | | |
| N. | PARAMETRI | | MASSIMO PUNTI | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA | RIPARAMETRAZIONE |
| 1 | Modalità utilizzo glucometri. | Glucometri dotati di semplicità di lettura e di utilizzo, maneggevoli e resistenti agli urti, facili da sanificare e con ridotta manutenzione. | 3 | DISCREZIONALE | 3 | |
| 2 | Tempo di misura | Tempo di misurazione minore possibile | 3 | QUANTITATIVO | 3 | |
| 3 | Range operativo maggiore di +15° / +40° gradi. | Presenza di un range più ampio. PUNTI 1 SI PUNTI 0 NO | 1 | TABELLARE | 1 | |
| 4 | Range ematocrito elevato. | Range di ematocrito il più elevato possibile. | 3 | QUANTITATIVO | 3 | |
| 5 | Possibilità di verifiche automatiche all'inserimento della striscia. | Controllo integrità della striscia. PUNTI 1 SI PUNTI 0 NO | 1 | TABELLARE | 1 | |
| 6 | Elevata autonomia lavorativa a batteria (espressa in numero misurazioni consecutive). | Autonomia lavorativa a batteria (espressa in numero misurazioni consecutive) la più elevata possibile. | 3 | QUANTITATIVO | 3 | |
| 7 | Verifica campionamento. | Controllo elettronico della quantità campione depositato. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 8 | Controllo operatività di nuovi utilizzatori. | Possibilità di utilizzo dello strumento da parte di nuovi operatori in modalità controllata da supervisore. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |
| 9 | Gestione controlli di VEQ. | Possibilità di effettuare la verifica esterna di qualità in una specifica modalità operativa dello strumento comprensiva della registrazione nell'archivio dati interno in una sezione dedicata. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---------------|---|
| 10 | Disconnessione automatica dell'operatività dell'operatore. | Dopo un intervallo di tempo di nullizzo (programmabile), possibilità di disconnessione automatica dell'utente attivo sullo strumento (logout automatico dell'operatore). PUNTI 0 NO PUNTI 3 SI | 3 | TABELLARE | 3 |
| 11 | Gestione collegamento al software del Laboratorio. | Avvertimento e successivo blocco automatico dello strumento (configurabili) in caso di prolungato mancato scarico dei dati o di mancata connessione al software gestionale. PUNTI 0 NO PUNTI 2 SI | 2 | TABELLARE | 2 |
| 12 | Storizzazione del paziente. | Estrazione, raggruppamento e visualizzazione automatica dei soli risultati di uno specifico paziente contenuti nel database dello strumento, attraverso immissione diretta del codice di identificazione univoco relativo a quel paziente. PUNTI 0 NO PUNTI 3 SI | 3 | TABELLARE | 3 |
| 13 | Accettabilità barcode. | Regole relative alla struttura del barcode operatore e paziente che implicano la non accettabilità di qualsiasi altra struttura barcode non coerente (es. lunghezza, posizione, sequenza numerica o alfanumerica dei caratteri). | 2 | DISCREZIONALE | 2 |
| 14 | Controllo batteria. | Possibilità di effettuare una diagnosi in tempo reale dello stato di efficienza della batteria del glucometro in relazione al suo grado di usura e livello di capacità di carica raggiunto. PUNTI 0 NO PUNTI 2 SI | 2 | TABELLARE | 2 |
| 15 | Gestione risultati esterni al glucometro. | Possibilità di inserimento sul glucometro di risultati paziente, risultati del controllo di qualità e relativi commenti a test eseguiti su altri dispositivi. PUNTI 0 NO PUNTI 2 SI | 2 | TABELLARE | 2 |
| 16 | Range di misurazione della glicemia più ampio di 20-500 mg/dl. | Range di misurazione della glicemia più ampio possibile. SI PUNTI 0 NO PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 |
| 17 | Standardizzazione delle strisce | Strisce plasma calibrate secondo standardizzazione IFCC. SI PUNTI 0 NO PUNTI 3 | 3 | TABELLARE | 3 |
| 18 | Pungidito. | Non dolorosi per caratteristiche di affilatura. | 2 | DISCREZIONALE | 2 |
| 19 | Pungidito monouso. | Sistemi pungidito monouso a profondità regolabile. SI PUNTI 0 NO PUNTI 2 | 2 | TABELLARE | 2 |
| 20 | Volume sangue capillare | Volume sangue capillare utilizzato minore possibile | 3 | QUANTITATIVO | 3 |
| 21 | Gestione dei Presidi Ospedalieri multipli. | Gestione di Presidi Ospedalieri multipli che consenta con un'unica struttura informatica la gestione differenziata di ambiti ospedalieri separati ma raggiunti dalla stessa rete informatica e consenta di gestire, con differenti visibilità, i vari Presidi a seconda degli specifici profili utenti appositamente autorizzati con regole predefinite. PUNTI 0 NO PUNTI 2 SI | 2 | TABELLARE | 2 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------------|---|
| 22 | Caratteristiche del sistema multihost | Middleware con caratteristiche di interfacciamento "multi-host" (ADT-LIS-HIS) per adattarsi alle diverse realtà informatiche degli Enti interessati per collegamenti e indirizzamenti multipli e diversificati. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 |
| 23 | Gestione operatori. | Modalità di gestione degli operatori autorizzati con relativa gerarchia e profili operativi. | 2 | DISCREZIONALE | 2 |
| 24 | Ricertificazione operatori. | Criteri di ricertificazione degli operatori (periodo temporale, criteri di produttività, stato della formazione). | 2 | DISCREZIONALE | 2 |
| 25 | Generazione di avvisi o allarmi in caso di violazione di regole personalizzabili. | Definizione e generazione di allarmi ed esecuzione di eventuali blocchi in caso di violazione di regole personalizzabili relativamente agli operatori, ai controlli di qualità e ai tipi di materiali utilizzati. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 |
| 26 | Gestione dei lotti delle strisce. | Gestione completa del flusso delle informazioni dei lotti delle strisce e delle soluzioni di controllo lotto per lotto con attivazione centralizzata di nuovi lotti di strisce e di controlli prima della loro distribuzione ai reparti utilizzatori. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 |
| 27 | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri. | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri da parte del middleware che consenta di modificare le regole definite per ogni singolo glucometro o per gruppi di glucometri. | 2 | DISCREZIONALE | 2 |
| 28 | Riconfigurazione da remoto relativa agli operatori. | Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi per la gestione degli operatori autorizzati con relativa profilazione. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 |
| 29 | Riconfigurazione da remoto relativa ai pazienti. | Riconfigurazione da remoto delle regole di gestione di eventuali blocchi legati alla identificazione dei pazienti. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 |
| 30 | Riconfigurazione da remoto relativa ai materiali. | Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi riguardanti la modalità di inserimento dei lotti strisce reagenti e di inserimento dei materiali di controllo di qualità e delle relative scadenze. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 |
| 31 | Riconfigurazione delle regole di allarme. | Riconfigurazione da remoto delle regole generali che si riferiscono alla gestione del livello di gravità degli allarmi e degli errori (per la conseguente attivazione e disattivazione). PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 |
| | | Numero delle installazioni di pacchetti analitici a quello richiesto con glucometri con controllo remoto. | | | |

| 32 numero di installazioni attive in Italia | middleware di gestione e interfacciamento effettuati sul territorio italiano presso strutture accreditate pubbliche e private | 2 | QUANTITATIVO | 2 |
|--|---|----|--------------|----|
| | TOTALE MASSIMO PUNTI 70/70 | 70 | | 70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Fascicolo n. 2020/387/0 - CL. 1.05.03 | | | | | | | |
|--|---|---------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| Procedura aperta telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici completi per la determinazione della glicemia (POCT) occorrenti all'ASST di Mantova (Capofila), all'ASST del Garda, all'ASST della Franciacorta, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'ASST di Bergamo Est, ad all'ASST di Lodi (Aziende Mandanti) | | | | | | | |
| Codice CIG: 888679702 - | | | | | | | |
| CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE | | | | | | | |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | | | | | | |
| N. | PARAMETRI | MASSIMO PUNTI | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA | MOTIVAZIONE | | |
| 1 | Modalità utilizzo glucometri. | 3 | DISCREZIONALE | 2.94 | I glucometri potrebbero avere un touch screen più reattivo. | | |
| 2 | Tempo di misura | 3 | QUANTITATIVO | 3 | In assenza di altre offerte si assegna il massimo del punteggio. | | |
| 3 | Range operativo maggiore di +15° / +40° gradi. | 1 | TABELLARE | 1 | L'offerta della Ditta soddisfa il parametro richiesto. | | |
| 4 | Range ematocrito elevato. | 3 | QUANTITATIVO | 3 | In assenza di altre offerte si assegna il massimo del punteggio. | | |
| 5 | Possibilità di verifiche automatiche all'inserimento della striscia. | 1 | TABELLARE | 1 | Presenza di controllo dell'integrità della striscia. | | |
| 6 | Elevata autonomia lavorativa a batteria (espressa in numero misurazioni consecutive). | 3 | QUANTITATIVO | 3 | In assenza di altre offerte si assegna il massimo del punteggio. | | |
| 7 | Verifica campionamento. | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza di controllo elettronico della quantità del campione depositato. | | |
| 8 | Controllo operatività di nuovi utilizzatori. | 2 | TABELLARE | 2 | Possibilità di utilizzo dello strumento da parte di nuovi operatori in modalità controllata da supervisore. | | |
| 9 | Gestione controlli di VEQ. | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza di possibilità di effettuare la verifica esterna di qualità in una specifica modalità operativa dello strumento comprensiva della registrazione nell'archivio dati interno in una sezione dedicata. | | |
| 10 | Disconnessione automatica dell'operatività dell'operatore. | 3 | TABELLARE | 3 | Presenza, dopo un intervallo di tempo di inutilizzo (programmabile), della possibilità di disconnessione automatica dell'utente attivo sullo strumento (logout automatico dell'operatore). | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------|------|---|
| 11 | Gestione collegamento al software del Laboratorio. | Avvertimento e successivo blocco automatico dello strumento (configurabili) in caso di prolungato mancato scarico dei dati o di mancata connessione al software gestionale. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza di avvertimento e successivo blocco automatico dello strumento (configurabili) in caso di prolungato mancato scarico dei dati o di mancata connessione al software gestionale. |
| 12 | Storizzazione dei pazienti. | Estrazione, raggruppamento e visualizzazione automatica dei soli risultati di uno specifico paziente contenuti nel database dello strumento, attraverso immissione diretta del codice di identificazione univoco relativo a quel paziente. PUNTI 0 NO | 3 | TABELLARE | 3 | Presenza di estrazione, raggruppamento e visualizzazione automatica dei soli risultati di uno specifico paziente contenuti nel database dello strumento, attraverso immissione diretta del codice di identificazione univoco relativo a quel paziente. |
| 13 | Accettabilità barcode. | Regole relative alla struttura del barcode operatore e paziente che implicano la non accettabilità di qualsiasi altra struttura barcode non coerente (es. lunghezza, posizione, sequenza numerica o alfanumerica dei caratteri). PUNTI 0 NO | 2 | DISCREZIONALE | 1.94 | Migliorabile la correlazione automatica tra barcode operatore e utenza applicativo su IT1000. |
| 14 | Controllo batteria. | Possibilità di effettuare una diagnosi in tempo reale dello stato di efficienza della batteria del glucometro in relazione al suo grado di usura e livello di capacità di carica raggiunto. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Possibilità di effettuare una diagnosi in tempo reale dello stato di efficienza della batteria del glucometro in relazione al suo grado di usura e livello di capacità di carica raggiunto. |
| 15 | Gestione risultati esterni al glucometro. | Possibilità di inserimento sul glucometro di risultati paziente, risultati del controllo di qualità e relativi commenti a test eseguiti su altri dispositivi. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Possibilità di inserimento sul glucometro di risultati paziente, risultati del controllo di qualità e relativi commenti a test eseguiti su altri dispositivi |
| 16 | Range di misurazione della glicemia più ampio di 20-500 mg/dl. | Range di misurazione della glicemia più ampio possibile. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | L'offerta della Ditta soddisfa il parametro richiesto. |
| 17 | Standardizzazione delle strisce | Strisce plasma calibrate secondo standardizzazione IFCC. PUNTI 0 NO | 3 | TABELLARE | 3 | Presenza di strisce plasma calibrate secondo standardizzazione IFCC. |
| 18 | Pungidito. | Non dolorosi per caratteristiche di affilatura. PUNTI 0 NO | 2 | DISCREZIONALE | 1.86 | Ottima qualità ma ovviamente la valutazione è soggettiva. |
| 19 | Pungidito monouso. | Sistemi pungidito monouso a profondità regolabile. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza di sistemi pungidito monouso a profondità regolabile. |
| 20 | Volume sangue capillare | Volume sangue capillare utilizzato minore possibile. PUNTI 0 NO | 3 | QUANTITATIVO | 3 | In assenza di altre offerte si assegna il massimo del punteggio. |
| 21 | Gestione dei Presidi Ospedalieri multipli. | Gestione di Presidi Ospedalieri multipli che consenta con un'unica struttura informatica la gestione differenziata di ambiti ospedalieri separati ma raggruppati dalla stessa rete gestire, con differenti visibilità, i vari Presidi a seconda degli specifici profili utenti appositamente autorizzati con regole predefinite. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Possibilità di gestione di Presidi Ospedalieri multipli che consenta con un'unica struttura informatica la gestione differenziata di ambiti ospedalieri separati ma raggruppati dalla stessa rete informatica e consenta di gestire, con differenti visibilità, i vari Presidi a seconda degli specifici profili utenti appositamente autorizzati con regole predefinite. |
| 22 | Caratteristiche del sistema multihost | Middleware con caratteristiche di interfacciamento "multi-host" (ADT-LIS-HIS) per adattarsi alle diverse realtà informatiche degli Enti interessati per collegamenti e indirizzamenti multipli e diversificati. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza di middleware con caratteristiche di interfacciamento "multi-host" (ADT-LIS-HIS) per adattarsi alle diverse realtà informatiche degli Enti interessati per collegamenti e indirizzamenti multipli e diversificati. |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|---------------|-------|--|
| 23 | Gestione operatori. | Modalità di gestione degli operatori autorizzati con relativa gerarchia e profili operativi. | 2 | DISCREZIONALE | 1,94 | La gestione e in particolare la configurazione dell'ID operatori potrebbe essere più snella. |
| 24 | Ricertificazione operatori. | Criteri di ricertificazione degli operatori (periodo temporale, criteri di produttività, stato della formazione). | 2 | DISCREZIONALE | 1,94 | Potrebbe migliorare la correlazione tra ID operatore utilizzate dai POCT e le anagrafiche dei dipendenti |
| 25 | Generazione di avvisi o allarmi in caso di violazione di regole personalizzabili. | Definizione e generazione di allarmi ed esecuzione di eventuali blocchi in caso di violazione di regole personalizzabili relativamente agli operatori, ai controlli di qualità e ai tipi di materiali utilizzati. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Possibilità di definizione e generazione di allarmi ed esecuzione di eventuali blocchi in caso di violazione di regole personalizzabili relativamente agli operatori, ai controlli di qualità e ai tipi di materiali utilizzati. |
| 26 | Gestione dei lotti delle strisce. | Gestione completa del flusso delle informazioni dei lotti delle strisce e delle soluzioni di controllo lotto per lotto con attivazione centralizzata di nuovi lotti di strisce e di controlli prima della loro distribuzione ai reparti utilizzatori. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza della possibilità della gestione completa del flusso delle informazioni dei lotti delle strisce e delle soluzioni di controllo lotto per lotto con attivazione centralizzata di nuovi lotti di strisce e di controlli prima della loro distribuzione ai reparti utilizzatori. |
| 27 | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri. | Modalità di controllo della configurazione da remoto dei glucometri da parte del middleware che consenta di modificare le regole definite per ogni singolo glucometro o per gruppi di glucometri. | 2 | DISCREZIONALE | 2 | Si ritengono le modalità di controllo adeguate e soddisfacenti. |
| 28 | Riconfigurazione da remoto relativa agli operatori. | Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi per la gestione degli operatori autorizzati con relativa profilazione. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Possibilità di riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi per la gestione degli operatori autorizzati con relativa profilazione. |
| 29 | Riconfigurazione da remoto relativa ai pazienti. | Riconfigurazione da remoto delle regole di gestione di eventuali blocchi legati alla identificazione dei pazienti. PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Possibilità di riconfigurazione da remoto delle regole di gestione di eventuali blocchi legati alla identificazione dei pazienti. |
| 30 | Riconfigurazione da remoto relativa ai materiali. | Riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi riguardanti la modalità di inserimento dei lotti strisce reagenti e di inserimento dei materiali di controllo di qualità e delle relative scadenze. PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza della possibilità di riconfigurazione da remoto delle regole e dei relativi blocchi riguardanti la modalità di inserimento dei lotti strisce reagenti e di inserimento dei materiali di controllo di qualità e delle relative scadenze. |
| 31 | Riconfigurazione delle regole di allarme. | Riconfigurazione da remoto delle regole generali che si riferiscono alla gestione del livello di gravità degli allarmi e degli errori (per la conseguente attivazione e disattivazione). PUNTI 2 SI PUNTI 0 NO | 2 | TABELLARE | 2 | Presenza della possibilità di riconfigurazione da remoto delle regole generali che si riferiscono alla gestione del livello di gravità degli allarmi e degli errori (per la conseguente attivazione e disattivazione). |
| 32 | Numero di installazioni attive in Italia | Numero delle installazioni di progetti analoghi a quello richiesto con glucometri con controllo remoto, middleware di gestione e interfacciamento effettuate sul territorio italiano presso strutture accreditate pubbliche e private | 2 | QUANTITATIVO | 2 | In assenza di altre offerte si assegna il massimo del punteggio. |
| | | TOTALE MASSIMO PUNTI 70/70 | 70 | | 69,42 | |



Allegato N° 4

Fascicolo n. 2020/387/0 - CL.1.06.03

PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT) OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) ALL'ASST DEL GARDA, ALL'ASST DELLA FRANCIACORTA, ALL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'ASST DI BERGAMO EST ED ALL'ASST DI LODI (MANDANTI).

VERBALE SEDUTA PUBBLICA
DI APERTURA OFFERTA ECONOMICA

VERBALE N. 4

L'anno 2021, il giorno 1 dicembre alle ore 14:00, presso la Sala riunioni del S.I.A (Servizi Informatici Aziendali) del Presidio Ospedaliero di Mantova, si sono riuniti:

- il Seggio di Gara individuato nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto, con decreto del Direttore Generale n. 1209 del 07/10/2021, come di seguito composto:

- Presidente Seggio: Dott. Raffaele Bonora Dirigente amministrativo Struttura Gestione Acquisti;
- Componente Seggio: Sig.ra Lorella Ruggeri, Collaboratore Amministrativo Struttura Gestione Acquisti
- Componente Seggio con funzioni di Segretario verbalizzante: Dott. Pier Luigi Baschieri, Collaboratore Amministrativo Esperto Struttura Gestione Acquisti.

- la Commissione Giudicatrice, nominata con medesimo decreto del Direttore Generale, nella seguente composizione:

- Presidente di Commissione: Dr. Maurizio Giovanetti, Dirigente Biologo del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Mantova, presente in collegamento telematico;
- Componente Commissione: Ing. Marco Siliprandi, Responsabile Area Amministrativa e Clinico Sanitaria (Sistemi Informativi Aziendali);
- Componente Commissione: Dr. Giovanni Zandonatti, Coordinatore Tecnici SIMT;

e, per conto della Ditta di seguito indicata sono presenti, in forma telematica, i Sigg.ri, muniti di idonea delega (D) o procura (P) di seguito indicati:

Ditta Roche Diagnostics SpA _____ Dr.ssa Vittoria Musarella x D P

Quanto sopra premesso, il Presidente del Seggio di Gara dichiara aperta la seduta pubblica.

La Commissione prende atto che il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica è come di seguito indicato:



- Relativamente all'offerta economica, il punteggio di punti 30 sarà attribuito automaticamente dal Sistema mediante applicazione della seguente formula:

$$PE = P_{min} * 30 / P_o$$

dove:

P_{min}: prezzo più basso presentato;

P_o: prezzo offerto dal concorrente preso in considerazione.

Il metodo per il calcolo del punteggio totale è come di seguito indicato:

- Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{tot} = PT + PE$$

dove:

PT: somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE: somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

Con la presente seduta pubblica, svolta mediante l'ausilio della Piattaforma SINTEL, si dà avvio alle operazioni previste dal Disciplinare di gara che vengono di seguito riassunte.

Il Presidente del Seggio, in primo luogo, dà pubblica lettura dei punteggi tecnici attribuiti alla Ditta concorrente dalla Commissione Giudicatrice e precisamente:

| Ditta | Valutazione Tecnica Complessiva |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ditta Roche Diagnostics SpA | punti 70 su 70 |

Si procede quindi, direttamente mediante la Piattaforma SINTEL, all'apertura dell'offerta economica presentata dalla Ditta concorrente i cui risultati sono di seguito riportati:

| | |
|--|--------------------------------|
| Importo complessivo Base d'Asta Iva esclusa – durata contrattuale 72 (settantadue) mesi | € 2.054.990,00 |
| DITTA | Importo complessivo di offerta |
| Ditta Roche Diagnostics SpA | € 1.589.736,00 |

Il Sistema procede autonomamente all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo, assegnando il massimo (30 su 100) al prezzo più favorevole. Ai fini di tale operazione viene preso in considerazione l'importo complessivo esennale della fornitura.

In base a tale operazione la Ditta concorrente ottiene per l'elemento di valutazione "prezzo" il risultato di seguito indicato:

| DITTA | Valutazione Economica |
|-----------------------|-----------------------|
| Roche Diagnostics SpA | Punti 30/70 |



La Piattaforma, infine, automaticamente, stila la graduatoria finale, sommando i punteggi globali relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica ed individua la Ditta provvisoriamente aggiudicataria della fornitura in esame come di seguito riportato:

| GRADUATORIA | Punteggio tecnico Max 50 punti | Punteggio economico Max 50 punti | Punteggio Complessivo | Importo aggiudicazione 72 MESI |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 1° Ditta Roche Diagnostics SpA | 70 | 30 | 100 | € 1.589.736,00 |

Il Presidente del Seggio di Gara individua, pertanto, quale Ditta provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Roche Diagnostics SpA di Monza (MB), rinviando comunque alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalla normativa di legge, onde procedere al perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva.

La seduta viene chiusa alle ore 14:30.

Il presente verbale è costituito di n. 3 pagine, n. 0 allegati e n. 0 dichiarazioni a verbale della Ditta presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG PADRE N. 88867970E2

ALLEGATO N. 5

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE

| | TOTALE FORNITURA | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Il prezzo totale della fornitura di cui alle schede di offerta di DETTAGLIO PREZZI UNITARI D6/a, D6/b e D6/c, è il seguente: | IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE | IMPORTO COMPLESSIVO ESENNALE |
| REAGENTI (STRISCE REATTIVE) | 179.520,00 € | 1.077.120,00 € |
| CONSUMABILI | 73.416,00 € | 440.496,00 € |
| CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI GLUCOMETRI POCT | 5.410,00 € | 32.460,00 € |
| CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK RELATIVO AI GLUCOMETRI POCT | 5.410,00 € | 32.460,00 € |
| CANONE DI LOCAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI (MIDDLEWARE) E RELATIVE MANUTENZIONI ED INTEGRAZIONI | 1.200,00 € | 7.200,00 € |
| A) TOTALE | 264.956,00 € | 1.589.736,00 € |
| B) COSTI INTERFERENZA | 0,00 € | 0,00 € |
| C) TOTALE (A+B) | 264.956,00 € | 1.589.736,00 € |



Carlo Poma



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Sistema Socio Sanitario

ALLEGATO N. 5

IL TOTALE COMPLESSIVO ESENNALE DI CUI AL PUNTO A) CHE PRECEDE VA SUDDIVISO TRA LE AZIENDE AGGREGATE COME DI SEGUITO INDICATO:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ASST DI MANTOVA | 370.776,00 € |
| ASST DEL GARDA | 313.536,00 € |
| ASST DELLA FRANCIACORTA | 212.256,00 € |
| ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | 269.976,00 € |
| ASST DI BERGAMO EST DI SERIATE | 186.576,00 € |
| ASST DI LODI | 236.616,00 € |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

ASST DI MANTOVA

MATERIALE DI CONSUMO

(SISTEMI PUNGIDITO, REAGENTI AUSILIARI, CALIBRATORI, CONTROLLI, SOLUZIONI DI LAVAGGIO, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO, CARTA PER REPERTEZZAZIONE ETC.)
 La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei tests dimensionato al fabbisogno presunto di gara.
 A tale fine la Ditta è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutto il materiale di consumo necessario in relazione al fabbisogno di test indicati.

| Codice prodotto | Nome commerciale prodotto | CND | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Qtà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero esennale confezioni offerte | Prezzo Listino | % sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa |
|---|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| 05048010004 | ACCU-CHEK LINEARITY TEST KIT | W0101060108 | (*) vedere nota | 6 x 1 BTL x 2.5 ML | 1 confez. | 24 | 100.00 | 76.00 % | 24.00 € | 22.00 % | 576.00 € | 0.00032 € |
| 05078164001 | ACCU-CHEK PERFORMA INTL CONTROLS II | W0101060108 | 1219771 | 2 BTL x 2.5 ML | 1 confez. | 1 920 | 30.00 | 83.33 % | 5.00 € | 22.00 % | 9 600.00 € | 0.00533 € |
| 03603539150 | ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS EU | V0104 | 1413606 | 200 PZ | 1 confez. | 7 500 | 33.56 | 58.28 % | 14.00 € | 22.00 % | 105 000.00 € | 0.05833 € |
| 05511631001 | TONER PRINTER HP P2055DN (7498309) | non applicabile | non applicabile | 1 PZ | 1 confez. | 6 | 128.00 | 100.00 % | 0.00 € | 22.00 % | 0.00 € | 0.00000 € |
| 04159233001 | PAPER PRINTER HP 6L | non applicabile | non applicabile | 500 PZ | 1 confez. | 60 | 9.00 | 100.00 % | 0.00 € | 22.00 % | 0.00 € | 0.00000 € |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO Iva esclusa | | | | | | | | | | | 115 176.00 € | |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO Iva inclusa | | | | | | | | | | | 140 514.72 € | |

ASST DI MANTOVA

CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE AE, ASSISTENZA TECNICA E INTERFACCIAMENTO.

APPARECCHIATURE (GLUCOMETRI POCT)

APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta, oltre al numero di strumenti offerti, articolata secondo la classificazione CND:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 80 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 80 | W020106019080 | vedi nota (*) | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD 5E RED | 80 | non applicabile | non applicabile | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 8 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 80 | W020106019080 | vedi nota (*) | |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | |
| 06651471001 | HP LASER PRINTER P2035 | 1 | non applicabile | non applicabile | |

CANONE DI LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo locazione |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 80 | W020106019082 | vedi nota (*) | 800,00 € |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 80 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD 5E RED | 80 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 8 | W020106019082 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 80 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| 05651471001 | HP LASER PRINTER P2035 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |

TOT. ANNUO IVA ESCLUSA

800,00 €

TOT. ANNUO IVA INCLUSA

976,00 €

Quota a determinazione Iva esclusa:

0,00267 €

TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA

4.800,00 €

TOT. ESENNALE IVA INCLUSA

5.856,00 €

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE dettagliata per ogni singola componente strumentale offerta. (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo manutenzione | |
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 80 | W020106019082 | vedi nota (*) | 800,00 € | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 80 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD 5E RED | 80 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 8 | W020106019082 | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 80 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 09096012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 05551471001 | HP LASER PRINTER P2035 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | 800,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | 978,00 € | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | 0,00267 € | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | 4.800,00 € | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | 5.856,00 € | |
| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI | | | | | | |
| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI dettagliati per ogni singola voce componente l'offerta (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) | | | | | | |
| (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | | |
| 08888080001 | POC IT CACHE - S (151-600) | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| 06909701001 | RACK SERVER KIT - MEDIUM | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| 09048944001 | SERVER HPEDL380 GEN10 RK (19-MGA-0618) | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| CANONE DI LOCAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (MIDDLEWARE) E RELATIVE MANUTENZIONI ED INTEGRAZIONI, dettagliata per ogni singola voce componente l'offerta di tutti i sistemi informativi gestionali offerti (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo locazione e manutenzione | |
| 08868808001 | POC IT CACHE - S (151-800) | 1 | non applicabile | non applicabile | 200,00 € | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 06909701001 | RACK SERVER KIT - MEDIUM | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 09048944001 | SERVER HPEDL380 GEN10 RK (19-MGA-0618) | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| | |
|---|-------------|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | 200.00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | 244.00 € |
| Quota a determinazione IVA esclusa: | 0.00037 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | 1.200.00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | 1.494.00 € |
| TOTALE GENERALE CANONI ASST DI MANTOVA | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | 1.800.00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | 2.196.00 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | 10.800.00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | 13.176.00 € |

^(*) In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/06/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 332/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostici. Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile per i prodotti offerti.

ASST DEL GARDA

REAGENTI (STRISCIE REATTIVE)

La Ditta deve indicare l'uso cioè che è necessario per l'esecuzione dei test dimensionato al fabbisogno presunto di gara.

| Tipologia test | Numero determinazioni essenziali | Codice prodotto | Nome commerciale prodotto | CMD | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 2312/2013) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero determinazioni per calibratori e controlli di parte prima | Quantità essenziali confezioni offerte | Prezzo Listino | % Sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---|-----|--|---------------------|--------------------------|--|--|----------------|----------|-----------------------|-------|--------------------------|------------------------------------|
| Glucosio | 1440000 | 05942861016 | ACCUCHECK INFORM II 50CT C ELRO F2 10CS | | 1548813 | 500 | 1 KIT | 611.520 | 2.860 | 287.00 | 76.31 | 68.00 | 22.00 | 195.840,00 | 0,13800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESSEZIALE REAGENTI | | | | | | | | | | | | | | 195.840,00 € | |
| TOT. ESSEZIALE REAGENTI | | | | | | | | | | | | | | 238.924,80 € | |

ASST DEL GARDA

MATERIALE DI CONSUMO

(SISTEMI PUNGIDITO, REAGENTI AUSILIARI, CALIBRATORI, CONTROLLI, SOLUZIONI DI LAVAGGIO, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO, CARTA PER REPERTAZIONE ETC.)

La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei test di dimensionato al fabbisogno presunto di gara.

A tale fine la Ditta è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutto il materiale di consumo necessario in relazione al fabbisogno di test indicato.

| Codice prodotto | Nome commerciale prodotto | CMD | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Qtà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero essenziale confezioni offerte | Prezzo Listino | % sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa |
|--|--|-----------------|---|------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------------|---------|-----------------------------|--|
| 05048010001 | Nome commerciale prodotto ACCU-CHEK LINEARITY TEST KIT | W0101060108 | (*) vedere nota | 6 x 1 BTL X 2.5 MIL | 1 confez. | 24 | 100,00 | 76,00 % | 24,00 € | 22,00 % | 576,00 € | 0,00040 € |
| 05078164001 | ACCU-CHEK PERFORMANCE INT'L CONTROLS II | W0101060108 | 1219771 | 2 BTL x 2.5 MIL | 1 confez. | 3 360 | 30,00 | 83,33 % | 5,00 € | 22,00 % | 16 800,00 € | 0,01167 € |
| 03603539150 | ACCU-CHEK SAFE-F- PRO PLUS EU | V0104 | 1413606 | 200 | 1 confez. | 5 880 | 33,56 | 58,28 % | 14,00 € | 22,00 % | 82 320,00 € | 0,05717 € |
| 05511631001 | TONER PRINTER HP P2055DN (7498309) | non applicabile | non applicabile | 1 | 1 confez. | 6 | 128,00 | 100,00 % | 0,00 € | 22,00 % | 0,00 € | 0,00000 € |
| 04159233001 | PAPER PRINTER HP 6L | non applicabile | non applicabile | 500 | 1 confez. | 60 | 9,00 | 100,00 % | 0,00 € | 22,00 % | 0,00 € | 0,00000 € |
| TOT. ESSENZIALE MATERIALE DI CONSUMO Iva esclusa | | | | | | | | | | | 99 696,00 € | |
| TOT. ESSENZIALE MATERIALE DI CONSUMO Iva inclusa | | | | | | | | | | | 121 629,12 € | |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

ASST DEL GARDA
CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA/E, ASSISTENZA TECNICA E INTERRACCIAMENTO.

| APPARECCHIATURE (GLUCOMETRI POCT) | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|--|--|--|
| APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta, oltre al numero di strumenti offerti, articolata secondo la classificazione CND: (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | | | | | |
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 140 | WD20106019082 | vedi nota (*) | | | | | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 140 | WD20106019080 | vedi nota (*) | | | | | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 140 | non applicabile | non applicabile | | | | | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 14 | WD20106019082 | vedi nota (*) | | | | | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 140 | WD20106019080 | vedi nota (*) | | | | | |
| 09056012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | | | | | |
| 05551471001 | HP LASER PRINTER P2035 | 1 | non applicabile | non applicabile | | | | | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | | | | | |
| CANONE DI LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE dettagliata per ogni singola componente strumentale offerta: | | | | | | | | | |
| (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo locazione | | | | |
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 140 | WD20106019082 | vedi nota (*) | 1 400,00 € | | | | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 140 | WD20106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € | | | | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 140 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | | | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 14 | WD20106019082 | vedi nota (*) | 0,00 € | | | | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 140 | WD20106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € | | | | |
| 09056012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | | | |
| 05551471001 | HP LASER PRINTER P2035 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | | | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | | | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | | | |
| 1 400,00 € | | | | | | | | | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | | | |
| 1 708,00 € | | | | | | | | | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | | | |
| 0,00583 € | | | | | | | | | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | | | |
| 8 400,00 € | | | | | | | | | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | | | |
| 10 248,00 € | | | | | | | | | |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE dettagliata per ogni singola componente strumentale offerta. (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--|
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo manutenzione | |
| 05080303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 140 | W020106019082 | vedi nota (*) | 1.400,00 € | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 0767171190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 140 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 140 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 04884671001 | CODE KEY READER N8BG | 14 | W020106019082 | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FWS001M12.12V | 140 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 05551471001 | HP LASER PRINTER P2035 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21,5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | |
| | | | | | 1.400,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | |
| | | | | | 1.708,00 € | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | |
| | | | | | 0,00583 € | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | |
| | | | | | 8.400,00 € | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | |
| | | | | | 10.248,00 € | |

SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI dettagliati per ogni singola voce componente l'offerta (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| 06909701001 | RACK SERVER KIT - MEDIUM | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| 09048944001 | SERVER HPEDL380 GEN10 RK (19-MGA-0618) | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| CANONE DI LOCAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (MIDDLEWARE) E RELATIVE MANUTENZIONI ED INTEGRAZIONI dettagliata per ogni singola voce componente l'offerta di tutti i sistemi informativi gestionali (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) | | | | | | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 06909701001 | RACK SERVER KIT - MEDIUM | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 09048944001 | SERVER HPEDL380 GEN10 RK (19-MGA-0618) | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| CANONE annuo locazione e manutenzione | | | | | | |
| | | | | | 200,00 € | |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| | |
|--|-------------|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | 200,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | 244,00 € |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | 0,00083 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | 1.200,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | 1.464,00 € |
| TOTALE GENERALE CANONI ASST DEL GARDA | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | 3.000,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | 3.690,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | 18.000,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | 21.980,00 € |

(*) In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 332/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostici. Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile per i prodotti offerti.

ASST DELLA FRANCIACORTA

REAGENTI (STRISCIE REATTIVE)

La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei testis dimensionato al fabbisogno presunto di gara.

| Topologia test | Numero determinazioni esemplari | Codice prodotto | Nome commerciale prodotto | CND | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 22/12/2012) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero determinazioni per calibrazioni e controlli di parte prima | Quantità esemplare confezioni offerte | Prezzo Listino | % Sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quantità a determinazione IVA esclusa |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|-------------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|
| Glucosio | 1080000 | 059428E1016 | ACCU-CHEK INFORM II SOT°C EURO P2 10ICS | W0101080101 | 1648813 | 500 | 1 kit | 240 | 2.160 | 287,00 | 76,31 | 88,00 | 22,00 | 146.880,00 | 0.13900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESSENZIALE REAGENTI IVA esclusa | | | | | | | | | | 146.880,00 € | | | | | |
| TOT. ESSENZIALE REAGENTI IVA inclusa | | | | | | | | | | 179.183,60 € | | | | | |

ASST DELLA FRANCIACORTA

MATERIALE DI CONSUMO
(SISTEMI PUNGDITO, REAGENTI AUSILIARI, CALIBRATORI, CONTROLLI, SOLUZIONI DI LAVAGGIO, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO, CARTA PER REPERTAZIONE ETC.)
La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei test dimensionato al fabbisogno presunto di gara.
A tale fine la Ditta è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutto il materiale di consumo necessario in relazione al fabbisogno di test indicato.

| Codice prodotto | Nome commerciale prodotti | CND | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medicali (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero esennale confezioni offerte | Prezzo Listino | % sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa |
|------------------------------------|--|--------------|---|------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------------|---------|-----------------------------|--|
| 05048010001 | ACCU-CHEK LINEARITY TEST KIT | WM0101060108 | (*) vedere nota | 6 x 1 BTL x 2,5 ML | 1 confez. | 24 | 100,00 | 76,00 % | 24,00 € | 22,00 % | 576,00 € | 0,00053 € |
| 05078164001 | ACCU-CHEK PERFORMA INT'L CONTROLS II | WM0101060108 | 1219771 | 2 BTL x 2,5 ML | 1 confez. | 1 320 | 30,00 | 83,33 % | 5,00 € | 22,00 % | 6 600,00 € | 0,00611 € |
| 03603539150 | ACCU-CHEK SAFE-T- PRO PLUS EU | V0104 | 1413606 | 2001 confez. | | 3 600 | 33,59 | 58,28 % | 14,00 € | 22,00 % | 50 400,00 € | 0,04667 € |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO | Iva esclusa | | | | | | 57 576,00 € | | | | | |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO | Iva inclusa | | | | | | 70 242,72 € | | | | | |

(*) In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.lgs. 332/2000 per i quali i fabbricanti e i Mandatarci non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostici. Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

ASST DELLA FRANCIACORTA
CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA/E, ASSISTENZA TECNICA E INTERFACCIAMENTO.

APPARECCHIATURE (GLUCOMETRI POCT)

APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta, oltre al numero di strumenti offerti, articolata secondo la classificazione CND:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 55 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 55 | W020106019080 | vedi nota (*) | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD 5E RED | 55 | non applicabile | non applicabile | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 6 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M1/2.12V | 55 | W020106019080 | vedi nota (*) | |
| 08095012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | non applicabile | |

CANONE DI LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) | Canone annuo locazione | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 55 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 550,00 € | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 55 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD 5E RED | 55 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 6 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 0,00 € | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M1/2.12V | 55 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € | |
| 08095012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | 550,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | 121,00 € |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | 0,003306 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | 3.300,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | 726,00 € |

CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale

offerta: (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) | Canone annuo manutenzione |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 55 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 550,00 € |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 55 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD 5E RED | 55 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 6 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 0,00 € |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M1/2.12V | 55 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € |
| 08095012001 | HP Engage Flex Pro i5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | 550,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | 671,00 € |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | 0,00305 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | 3.300,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | 4.026,00 € |
| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI | | | | | | | |
| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI dettagliati per ogni singola voce componente l'offerta (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | | Canone annuo locazione e manutenzione | |
| 03868808001 | POC IT CACHE - S (151-500) | 1 | non applicabile | non applicabile | | 200,00 € | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | 200,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | 244,00 € | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | 0,00111 € | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | 1,484,00 € | |
| TOTALE GENERALE CANONI ASST DELLA FRANCIACORTA | | | | | | | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | 1.300,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | 1.586,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | 7.808,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | 9.516,00 € |

(*) In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 332/2000 per i quali i Fabricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostici. Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile per i prodotti offerti.

ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

MATERIALE DI CONSUMO

SISTEMI PUNGIIDITO, (REAGENTI AUSILIARI, CALIBRATORI, CONTROLLI, SOLUZIONI DI LAVAGGIO, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO, CARTA PER REPERIVAZIONE ETC.)

La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei test dimensionale al fabbisogno presunto di gara.

A tale fine la Ditta è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutto il materiale di consumo necessario in relazione al fabbisogno di test indicato.

| Codice prodotto | Nome commerciale prodotto | CND | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero essenziale confezioni offerte | Prezzo Listino | % sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa |
|------------------------------------|--|-------------|---|------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------------|---------|-----------------------------|--|
| 05048010001 | ACCU-CHEK LINEARITY TEST KIT | W0101060108 | (*) vedere nota | 6 x 1 BTL x 2.5 ML | 1 confez. | 24 | 100,00 | 76,00 % | 24,00 € | 22,00 % | 576,00 € | 0,00048 € |
| 05078164001 | ACCU-CHEK PERFORMA INTL CONTROLS II | W0101060108 | 1219771 | 2 BTL x 2,5 ML | 1 confez. | 3 350 | 30,00 | 83,33 % | 5,00 € | 22,00 % | 16 800,00 € | 0,01400 € |
| 03603539150 | ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS EU | VD104 | 1413606 | 2001 | 1 confez. | 5 100 | 33,56 | 58,28 % | 14,00 € | 22,00 % | 71 400,00 € | 0,05950 € |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO | | Iva esclusa | 88 778,00 € | | | | | | | | | |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO | | Iva inclusa | 108 306,72 € | | | | | | | | | |

(*) In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.lgs. 332/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.lgs. e per gli autodiagnostici... Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE/KV/L, ASSISTENZA TECNICA E INTERFACCIAMENTO.

APPARECCHIATURE (GLUCOMETRI POCT)

APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta, oltre al numero di strumenti offerti, articolata secondo la classificazione CND:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 140 | W020106019082 | | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 140 | W020106019080 | | vedi nota (*) |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 140 | non applicabile | | non applicabile |
| 04884871001 | CODE KEY READER NGBG | 14 | W020106019082 | | vedi nota (*) |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M/12.12V | 140 | W020106019080 | | vedi nota (*) |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro 15-8500 | 1 | non applicabile | | non applicabile |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | | non applicabile |

CANONE DI LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) | Canone annuo locazione | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 140 | W020106019082 | | | 1.400,00 € | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 140 | W020106019080 | | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 140 | non applicabile | | non applicabile | 0,00 € | |
| 04884871001 | CODE KEY READER NGBG | 14 | W020106019082 | | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M/12.12V | 140 | W020106019080 | | vedi nota (*) | 0,00 € | |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro 15-8500 | 1 | non applicabile | | non applicabile | 0,00 € | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | | non applicabile | 0,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | 1.400,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | 1.708,00 € |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | 0,00700 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | 8.400,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | 10.248,00 € |

CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta: (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) | Canone annuo manutenzione |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 140 | W020106019082 | | | 1.400,00 € |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 140 | W020106019080 | | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 140 | non applicabile | | non applicabile | 0,00 € |
| 04884871001 | CODE KEY READER NGBG | 14 | W020106019082 | | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M/12.12V | 140 | W020106019080 | | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro 15-8500 | 1 | non applicabile | | non applicabile | 0,00 € |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | | non applicabile | 0,00 € |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | | | | | | | | 1 400,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | | | | | | | | 1 708,00 € |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | | | | | | | | 0,00700 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | | | | | | | | 8 400,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | | | | | | | | 10 248,00 € |

SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI dell'azienda, per ogni singola voce componente l'offerta (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | | | | | | | | | | |
| 0886808001 | POC IT CACHE - S (151-800) | 1 | non applicabile | non applicabile | | | | | | | | | | |
| completo dei seguenti accessori: | | | | | | | | | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | | | | | | | | | | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | | | | | | | | | | |

CANONE DI LOCAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (MIDDLEWARE) E RELATIVE MANUTENZIONI ED INTEGRAZIONI dettagliata per ogni

singola voce componente l'offerta di tutti i sistemi informativi gestionali offerti (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo locazione e manutenzione | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0886808001 | POC IT CACHE - S (151-800) | 1 | non applicabile | non applicabile | 200,00 € | | | | | | | | | |
| completo dei seguenti accessori: | | | | | | | | | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | | | | | | | | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | | | | | | | | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | 200,00 € | | | | | | | | | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | 244,00 € | | | | | | | | | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00700 € | | | | | | | | | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | 1 200,00 € | | | | | | | | | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | 1 464,00 € | | | | | | | | | |

TOTALE GENERALE CANONI ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | | | | | | | | | 3 690,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | | | | | | | | | 18 000,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | | | | | | | | | 21 960,00 € |

[*] In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 5 del D.Lgs. 33/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostici... Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile per i prodotti offerti.

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)
ASST DI BERGAMO EST

REAGENTI (STRISCIE REATTIVE)

La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione del test dimensionato ai fabbisogni presunto di gara.

| Tipologia test | Numero determinazioni essenziali | Codice prodotto | Nome commerciale | CMD | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero determinazioni per controlli di parte prima | Quantità essenziale confezioni offerte | Prezzo Listino | % Sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------|---|---------------------|--------------------------|--|--|----------------|----------|-----------------------|-------|--------------------------|------------------------------------|
| Glucosio | 1.250.000 | 05942961-016 | ACCU-CHEK INFORM II SOCT C EURO F2.100CS | W0101060101 | 1849813 | 500 | 1 kit | 244.808 | 2.520 | 287.001 | 78,31 | 68.001 | 22,00 | 171.380,400 | 0,13800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESENNIALE REAGENTI | | | | | | | | | | 171.380,00 € | | | | | |
| TOT. ESENNIALE REAGENTI | | | | | | | | | | 209.059,20 € | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ASST DI BERGAMO EST

| MATERIALE DI CONSUMO (SISTEMI PUNGGIDITO, REAGENTI AUSILIARI, CALIBRATORI, CONTROLLI, SOLUZIONI DI LAVVAGGIO, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO, CARTA PER RERERTAZIONE ETC.) La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei testis dimensionato al fabbisogno di test indicato. | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|--|
| Codice prodotto | Nome commerciale prodotto | CND | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero esennale confezioni offerta | Prezzo Listino | % sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa | |
| 05048010001 | ACCU-CHEK LINEARITY TEST KIT | WD0101060108 | (*) vedere nota | 6 x 1 BTL x 2.5 ML | 1 confezione | 24 | 100,00 | 76,00 % | 24,00 € | 22,00 % | 576,00 € | 0,00046 € | |
| 05078164001 | ACCU-CHEK PERFORMANCE INTL CONTROLS II | WD0101060108 | 1219771 | 2 BTL x 2,5 ML | 1 confez. | 1 344 | 30,00 | 83,33 % | 5,00 € | 22,00 % | 6 720,00 € | 0,00533 € | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESSENNALE MATERIALE DI CONSUMO Iva esclusa | | | | | | | | | | | 7 296,00 € | | |
| TOT. ESSENNALE MATERIALE DI CONSUMO Iva inclusa | | | | | | | | | | | 8 901,12 € | | |

{*} In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 332/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostici. Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non

ASST DI BERGAMO EST

CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE/AE, ASSISTENZA TECNICA E INTERFACCIAMENTO.

APPARECCHIATURE (GLUCOMETRI POCT)

APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta, oltre al numero di strumenti offerti, articolata secondo la classificazione CND:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 56 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 56 | W020106019080 | vedi nota (*) | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 56 | non applicabile | non applicabile | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 6 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 56 | W020108019080 | vedi nota (*) | |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro I5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | |

CANONE DI LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo locazione |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 56 | W020106019082 | vedi nota (*) | 560,00 € |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 56 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 56 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 6 | W020106019082 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 56 | W020108019080 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro I5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | |
| Quota a determinazione IVA esclusa: | | | | | |
| 683,20 € | | | | | |
| 0,00267 € | | | | | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | |
| 3 350,00 € | | | | | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | |
| 4 039,20 € | | | | | |

CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta: (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo manutenzione |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 05060303001 | ACCU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 56 | W020106019082 | vedi nota (*) | 560,00 € |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACCU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 56 | W020106019080 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 56 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 6 | W020106019082 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M12.12V | 56 | W020108019080 | vedi nota (*) | 0,00 € |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro I5-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 inch | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | 580,00 € | | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | 683,20 € | | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | 0,00287 € | | |
| TOT. ESENNIALE IVA ESCLUSA | | | | | 3.360,00 € | | |
| TOT. ESENNIALE IVA INCLUSA | | | | | 4.093,20 € | | |

SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI dettagliati per ogni singola voce componente l'offerta (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | | | |
| 08868808001 | POC IT CACHE - S (151-600) | 1 | non applicabile | non applicabile | | | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | | | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | | | |

CANONE DI LOCAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (MIDDLEWARE) E RELATIVE MANUTENZIONI ED INTEGRAZIONI dettagliate per ogni

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|--|
| singola voce componente l'offerta di tutti i sistemi informativi gestionali offerti (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo locazione e manutenzione | | |
| 08868808001 | POC IT CACHE - S (151-600) | 1 | non applicabile | non applicabile | 200,00 € | | |
| 08739170001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | |
| 04420306001 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | 200,00 € | | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | 244,00 € | | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | |
| | | | | | 0,00095 € | | |
| TOT. ESENNIALE IVA ESCLUSA | | | | | 1.200,00 € | | |
| TOT. ESENNIALE IVA INCLUSA | | | | | 1.464,00 € | | |

TOTALE GENERALE CANONI ASST DI BERGAMO EST

| | |
|----------------------------|------------|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | 1.320,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | 1.610,40 € |
| TOT. ESENNIALE IVA ESCLUSA | 7.920,00 € |
| TOT. ESENNIALE IVA INCLUSA | 9.682,40 € |

(*) In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 33/21/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostics. Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile per i prodotti offerti.

REAGENTI (STRISCIE REATTIVE)

La ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei tests dimensionali al fabbisogno presunto di gara.

| | Numero determinazioni essenziali | Codice prodotto | Nome commerciale prodotto | CND | M. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero determinazioni per calibratori e controlli di parte prima | Quantità confezioni offerte | Prezzo Listino | % Sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quote a determinazione IVA esclusa |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|--------------|---|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| Glucosio | 1.140.000 | 06942981018 | ACCU-CHEK INF-DM II 50CT C EURO FZ 10CS | WD0101060101 | 1649813 | 500 l ml | 305,760 | 2.280 | 287,00 | 76,31 | 68,00 | 22,00 | 155.040,00 | 0,13500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESSENZIALE REAGENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESSENZIALE REAGENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA esclusa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. ESSENZIALE REAGENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA inclusa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

155.040,00 €
189.146,80 €

ASST DI LODI

MATERIALE DI CONSUMO

SISTEMI PUNGIDITO, (REAGENTI AUSILIARI, CALIBRATORI, CONTROLLI, SOLUZIONI DI LAVAGGIO, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO, CARTA PER REPERTAZIONE, ETC.)

La Ditta deve indicare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione dei tests dimensionato al fabbisogno presunto di gara.

A tale fine la Ditta è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutto il materiale di consumo necessario in relazione al fabbisogno di testi indicato

| Codice prodotto | Norma commerciale prodotto | CND | N. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici (D.M. Ministero Salute 23/12/2013) | Q.tà per confezione | Unità minima di acquisto | Numero esennale confezioni offerte | Prezzo Listino | % sconto | Prezzo netto scontato | % IVA | Costo totale IVA esclusa | Quota a determinazione IVA esclusa | |
|---|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|--|
| 05048010001 | ACCU-CHEK LINEARITY TEST KIT | W0101080108 | (*) vedere nota | 6 x 1 BTL x 2.5 ML | 1 confez. | 24 | 100,00 | 78,00 % | 24,00 € | 22,00 % | 576,00 € | 0,00051 € | |
| 05078164001 | ACCU-CHEK PERFORMA INTL CONTROLS II | W0101080108 | 1219771 | 2 BTL x 2.5 ML | 1 confez. | 1 680 | 30,00 | 83,33 % | 5,00 € | 22,00 % | 8 400,00 € | 0,00737 € | |
| 03603539150 | ACCU-CHEK SAFE-1-PRO PLUS EU | V0104 | 1413606 | 200 | 1 confez. | 4 500 | 33,66 | 58,28 % | 14,00 € | 22,00 % | 63 000,00 € | 0,05526 € | |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO Iva esclusa | | | | | | | 71 976,00 € | | | | | | |
| TOT. ESENNALE MATERIALE DI CONSUMO Iva inclusa | | | | | | | 87 810,72 € | | | | | | |

(*) In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D. Lgs. 332/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D. Lgs. e per gli autodiagnostici. . Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

ASST DI LODI
CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE, ASSISTENZA TECNICA E INTERFACCIAMENTO.

APPARECCHIATURE (GLUCOMETRI POCT)

APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta, oltre al numero di strumenti offerti, articolata secondo la classificazione CND:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 05060303001 | ACQU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 70 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | |
| 07671717190 | ACQU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 70 | W020106019080 | vedi nota (*) | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 70 | non applicabile | non applicabile | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 7 | W020106019082 | vedi nota (*) | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M/2.12V | 70 | W020106019080 | vedi nota (*) | |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro 15-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | non applicabile | |

CANONE DI LOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta:

(Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) | Canone annuo locazione | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|------------|
| 05060303001 | ACQU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 70 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 700,00 € | |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | | |
| 07671717190 | ACQU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 70 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € | |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 70 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 7 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 0,00 € | |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M/2.12V | 70 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € | |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro 15-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | | 700,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | | 854,00 € |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | | 0,00366 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | | 4.200,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | | 5.124,00 € |

CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE dettagliate per ogni singola componente strumentale offerta: (Specificare modello e codice, CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | vedi nota (*) | Canone annuo manutenzione |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 05060303001 | ACQU-CHEK INFORM II METER KIT + RF | 70 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 700,00 € |
| completo dei seguenti accessori | | | | | | |
| 07671717190 | ACQU-CHEK INFORM II BASE UNIT KIT | 70 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € |
| 05848512001 | CABLE CORD CAD SE RED | 70 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € |
| 04884671001 | CODE KEY READER NGBG | 7 | W020106019082 | vedi nota (*) | | 0,00 € |
| 08692432001 | HANDHELD POWER SUPPLY FW8001M/2.12V | 70 | W020106019080 | vedi nota (*) | | 0,00 € |
| 09095012001 | HP Engage Flex Pro 15-8500 | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € |
| 09437924001 | HP P22 G4 FHD Monitor 21.5 Inch | 1 | non applicabile | non applicabile | | 0,00 € |

SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA (POCT)

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | | 700,00 € |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | | 854,00 € |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | 0,00368 € |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | | 4 200,00 € |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | | 5 124,00 € |

SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI , dettagliati per ogni singola voce componente l'offerta (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server) (Specificare modello e codice CND, n. Registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici di cui al D.M. 20/02/2007 e ss.mm.ii.) | | | | | | |
| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | | |
| 0886808001 | POC IT CAICHE - S (151-600) | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| compleso dei seguenti accessori | | | | | | |
| 0873917001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | | |
| 0442030801 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | | |

CANONE DI LOCAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (MIDDLEWARE) E RELATIVE MANUTENZIONI ED INTEGRAZIONI, dettagliata per ogni

singola voce componente l'offerta di tutti i sistemi informativi gestionali offerti (software gestionali, interfacciamento, relativi accessori e, ove richiesto, server)

| Codice | Descrizione | n. strumenti | codici CND | n. Repertorio | Canone annuo locazione e manutenzione | |
|--|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 0886808001 | POC IT CAICHE - S (151-600) | 1 | non applicabile | non applicabile | 200,00 € | |
| compleso dei seguenti accessori | | | | | | |
| 0873917001 | cobas infinity POC IT solutions | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| 0442030801 | COBAS IT 1000 CORE LICENSE | 1 | non applicabile | non applicabile | 0,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | 200,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | 244,00 € | |
| Quota a determinazione Iva esclusa: | | | | | | |
| | | | | | 0,00105 € | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | 1 200,00 € | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | 1 464,00 € | |
| TOTALE GENERALE CANONI ASST DI LODI | | | | | | |
| TOT. ANNUO IVA ESCLUSA | | | | | 1 800,00 € | |
| TOT. ANNUO IVA INCLUSA | | | | | 1 952,00 € | |
| TOT. ESENNALE IVA ESCLUSA | | | | | 9 600,00 € | |
| TOT. ESENNALE IVA INCLUSA | | | | | 11 712,00 € | |

[*] In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 332/2000 per i quali i Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autocatalognostici. Questi prodotti oggetto dell'offerta non ricadono nell'allegato II della Direttiva 98/79/CE, di conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile per i prodotti offerti.