



Mantova, 09/07/2025

Fascicolo n. 438/2025

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL’ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE – SOVRADIMENSIONATO

CHIARIMENTI

Quesito: cosa identifica la "B" finale del codice ISO 18.12.10.009B?

Risposta: La lettera “B” identifica la caratteristica “sovradimensionato”

Quesito: Trattandosi di un letto bariatrico chiediamo quale portata deve soddisfare il prodotto: fino a 150 Kg. - Fino a 210 Kg. - fino a 300 Kg. - oltre 300 Kg.

Risposta:

Premesso che le caratteristiche tecniche richieste in questa fase di indagine di mercato sono da intendersi come indicative e che la Stazione Appaltante, tenuto conto anche degli esiti della medesima indagine di mercato, si riserva di rivalutare l’adeguatezza delle stesse, si precisa che il letto richiesto dovrà avere una portata adeguata ad un paziente con peso corporeo di circa 65 kg, con disturbi del tono muscolare che causano contrazioni improvvise.

Quesito: si chiede cortesemente di specificare peso ed altezza dell'utente cui l'ausilio sarebbe destinato; nonchè se la consegna deve essere effettuata al magazzino ASL oppure al domicilio

Risposta: I dati antropometrici del paziente sono: altezza 160 cm, peso 65kg. La consegna sarà effettuata al domicilio del paziente.

Il Dirigente
Dott. Raffaele Bonora

L’originale del presente documento, sottoscritto digitalmente dal Dirigente delegato dal Direttore della Struttura Gestione Acquisti, è depositato in atti.

Responsabile Unico del Progetto: Raffaele Bonora

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Antonella Boni

Responsabile dell’istruttoria: Paola Fregni tel. 0376/464151 e-mail paola.fregni@asst-mantova.it