



DM 2025/OSP_93

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI CATETERI PER URETEROCUTANEOSTOMIA AUTOSTATICI**

Si rende noto che l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Strada Lago Paiolo, 1 – 46100 Mantova, con il presente avviso intende effettuare un'indagine esplorativa di mercato, al fine di individuare gli Operatori Economici in grado di fornire mediante **affidamento diretto** il seguente prodotto:

**CATETERI PER URETEROCUTANEOSTOMIA AUTOSTATICI
ID SINTEL: 204020898**

Le caratteristiche della suddetta fornitura sono di seguito indicate:

Catetere, tutore per ureterocutaneostomia, in poliuretano trasparente, autostatico con foro terminale e centimetrato lungo la lunghezza;

- Privo di lattice e ftalati;
- Misura CH10-lunghezza 30 cm circa;
- Misura CH12-lunghezza 25 cm circa.

Si precisa che le caratteristiche tecniche richieste sono da intendersi come indicative, pertanto la Stazione Appaltante, tenuto conto anche degli esiti dell'indagine di mercato, si riserva di rivalutare l'adequatezza delle caratteristiche tecniche già indicate.

Gli Operatori Economici interessati alla fornitura in oggetto dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse sulla base del Modello allegato (All.1) e la documentazione richiesta e di seguito indicata entro e non oltre il

02/07/2025 ore 17:00

tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia.

Si rammenta che, poiché la piattaforma Sintel richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, in tale campo dovrà essere inserito il valore simbolico di € 0,1 in quanto trattasi di mero avviso ricognitivo.

Si informa che verranno invitati a presentare offerta economica sulla piattaforma Sintel per il successivo affidamento diretto gli Operatori economici i cui prodotti saranno considerati idonei a seguito di valutazione della documentazione tecnica presentata ed a seguito della valutazione della campionatura,

Non sarà invitato il fornitore uscente, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, salvo il caso in cui dal presente avviso esplorativo dovesse risultare l'assenza di alternative.

Non si pongono limitazioni in ordine al numero di soggetti da invitare.

Il valore complessivo dell'appalto viene quindi stimato in complessivi **€ 28.000,00 Iva esclusa**, ed è così costituito:



a) valore presunto della fornitura **€ 28.000,00, Iva esclusa**;

Il valore complessivo della fornitura come sopra stimato, non potrà in ogni caso superare l'importo complessivo di € 140.000,00 Iva esclusa.

Durata presunta del contratto: 48 mesi

Fabbisogni stimati:

- Misura CH10 400 pz complessivi;
- Misura CH12 400 pz complessivi;

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: Gli operatori economici interessati devono inserire sulla piattaforma SINTEL, a pena di esclusione, in una busta unica:

- 1) La manifestazione d'interesse (all.1) compilata e firmata digitalmente;
- 2) La Documentazione tecnica, di seguito indicata, riferita ai dispositivi offerti:
 - Copia scansionata delle Schede Tecniche, di sicurezza, per ogni prodotto offerto, conformemente a quanto disposto dalla Direttiva 93/112/CEE e dal D.M. 28.01.1992. Le Schede Tecniche devono essere redatte in lingua italiana. In caso siano disponibili solo Schede Tecniche in lingua diversa da quella italiana, la Ditta concorrente dovrà presentare la documentazione in lingua originale, corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, ai sensi del DPR 445/2000;
 - Copia scansionata delle Certificazioni di conformità alle normative vigenti possedute al momento della presentazione delle offerte. Se uno o più prodotti offerti sono da considerare pericolosi, devono essere etichettati secondo le norme vigenti. Devono essere fornite le schede di sicurezza e deve essere dimostrato che i prodotti offerti sono in linea con le norme ISO riferite allo specifico settore produttivo e commerciale;
 - Dichiarazione, firmata digitalmente, relativamente alla classificazione, ultimo livello, dei prodotti offerti con riferimento alla CND (Classificazione Nazionale Dispositivi), numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici di cui al D.M. Ministero della Salute 23 dicembre 2013; se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, dovrà essere presentata copia dell'iscrizione alla suddetta Banca Dati;
 - Ogni altra documentazione che la Ditta offerente ritenga utile presentare per una completa valutazione dei dispositivi offerti.

CAMPIONATURA. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei prodotti offerti, questa Azienda si riserva di chiedere alle Ditte interessate alla suddetta fornitura, la presentazione di idonea campionatura.



La stessa sarà quantificata nella comunicazione dove verranno richiesti i pezzi dei dispositivi richiesti per le quali l'Operatore Economico è disponibile a presentare offerta.

La campionatura dovrà essere consegnata a titolo gratuito e dovrà essere del tutto identica ai prodotti che si intende successivamente offrire e fornire in caso di aggiudicazione.

La campionatura richiesta dovrà pervenire, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione sopracitata, presso il magazzino del Presidio Ospedaliero di Mantova, Via Donatori di Sangue, 2-46010 Levata di Curtatone (MN) nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

La campionatura dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento pena la non accettazione della stessa.

Il plico contenete la campionatura dovrà recare all'esterno, oltre all'indicazione del numero di protocollo e del mittente, la seguente dicitura "CAMPIONATURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI XXX – DITTA XXX".

Sulla confezione di ogni campione dovrà essere apposta un'etichetta, riportante:

- il nome della Ditta concorrente;
- il nome commerciale del prodotto;
- il codice prodotto;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: La fornitura verrà aggiudicata, previa pubblicazione di apposita richiesta di offerta sulla piattaforma Sintel riservata ai partecipanti invitati a seguito della presente manifestazione di interesse, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs n.36/2023 tenuto conto del prezzo e del previo giudizio di congruità dell'offerta economica presentata, preceduta dalla valutazione espressa insindacabilmente da questa ASST, circa l'idoneità testata anche con la eventuale campionatura e la qualità del prodotto in relazione allo specifico utilizzo previsto.

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativi alla presente indagine di mercato, possono essere presentate per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel **entro il 30/06/2025**.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali aggiornamenti alla presente procedura saranno comunicati a tutti i concorrenti mediante la medesima funzionalità "Comunicazioni della procedura".

La presente manifestazione di interesse non ingenera nell'Amministrazione alcun vincolo al successivo invito alla procedura.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di revocare il presente avviso o di non dar corso alla procedura di affidamento della fornitura, senza che i soggetti interessati possano vantare il diritto a rimborsi o compensi per la presentazione della manifestazione di interesse o per le spese sostenute in funzione della stessa. In particolare, la presente ASST non procederà all'aggiudicazione in caso di attivazioni di Convenzioni ARIA/CONSIP aventi ad oggetto la fornitura dei dispositivi richiesti.

Mantova, li 25/06/2025

Il Dirigente
Dott. Raffaele Bonora

Allegati:



1. Manifestazione di interesse;
2. Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 – GDPR per i fornitori.

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*

Responsabile dell'istruttoria: Nicola Chiribella

☎ 0376/464147 - E-Mail nicola.chiribella@asst-mantova.it

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Claudia Ghidoni

☎ 0376/464903- E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) Raffaele Bonora